

LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L.
 300136 Timișoara; Str. Avram Imbroane nr. 9
 Tel. 0256 300727
 Fax 0256 201348

CERTIFICAT DE CALITATE

Produsul: Acetilena flamfotometrie
Livrat in: butelie: 40 l
Termen de valabilitate: 4 ani
Societatea furnizoare:
I.C.S Acseal Gaz S.R.L.

CARACTERISTICI CALITATIVE DE BAZA

| Componenta | Cantitate |
|-----------------------------------|--------------|
| Acetilena flamfotometrie | min.99,999 % |
| Compusi hidrogenati ai As, S,P | max. 5 ppm |

Acetilenă, dizolvată
 EEC Nr. (după EINECS): 200-816-9
 Nr. CAS: 74-86-2
 Index Nr. 601-015-00-0
 Formula chimică C₂H₂
 Număr de înregistrare REACH:
 01-2119457406-36
 Utilizări cunoscute
 Este utilizat în tehnici autogene, flamfotometrie, sinteze chimice.

Societatea furnizoare: Acseal Gaz S.R.L

Prezentul certificat întocmit în conformitate cu legea atestă calitatea produsului livrat, parametrii săi încadrându-se în normativul de calitate.
 Pentru a contribui și dvs. la menținerea calitatii produsului, vă rugăm, returnați butelia cu o presiune remanentă de min. 0,5 bar.



Linde Gaz Romania

Timișoara
 Str. Avram Imbroane 9
 Tel.: +40 256 300 700
 Fax: +40 256 225 608

București
 Autostrada București – Pitești km.11
 Tel.: +40 21 318 1920
 Fax: +40 21 3181934

Cluj Napoca
 Blvd. Muncii 18
 Tel.: +40 264 415 707
 Fax: +40 264 415 708