

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1775207703251/21592839 din: 03.04.2026 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea investigațiilor pentru determinarea hemoglobinei cu analizoare în comod conform necesităților Centrului Național de Transfuzie pentru anul 2026								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
1	Investigații pentru determinarea hemoglobinei cu analizoare în comod	Investigații pentru determinarea hemoglobinei	TEST PENTRU DETERMINAREA CANTITATIVĂ A HEMOGLO - CUTIE NR. 50, 2 X 25 / FIOLE; TEST DE CONTROL PENTRU DETERMINAREA CANTITATIVĂ A HEMOGLOBINEI - CUTIE NR. 50, 2 X 25 / FIOLE	China	Hangzhou Bosure Biotech Co., Ltd	Investigații pentru determinarea hemoglobinei compatibile cu analizoarele oferite în comod	Cuve specializate de unica folosinta pentru determinare cantitativa a hemoglobinei + solutii de control	ISO, CE DM00216856 DM00216857
1	Investigații pentru determinarea hemoglobinei cu analizoare în comod	Analizator portativ pentru determinarea hemoglobinei în comod	HEMOGLOBIN TESTING SYSTEM	China	Hangzhou Bosure Biotech Co., Ltd	<p>Analizator portativ pentru determinarea hemoglobinei</p> <p>Descriere: Un dispozitiv medical compact, utilizat pentru măsurarea rapidă a nivelului de hemoglobină din sânge.</p> <p>Parametri Specificații Tip dispozitiv Portativ Metoda Fotometrică</p> <p>Cuve din sticlă/teflon individual Parametri hemoglobină -Hb hemocrit - Hct, opțional</p> <p>Domenii măsurare: tehnologia cu microscop; interval de măsurare: 1-25 g/dL; tehnologia strip-test rapid; interval de măsurare: 5-25 g/dL. Tip probă Sînge capilar / venos</p> <p>Volum probă ≤ 10 µL. Temp analiză ≤ 60 sec. Calibrare Automată Program de control al calității Obligații Afajaj Ecran LED/LCD</p> <p>Stocare date ≥ 1000 rezultate Conectivitate USB sau Bluetooth Alimentare Baterie reîncărcabilă Autonomie ≥ 10 zile</p> <p>Validitate teste Cel puțin 24 luni din momentul livrării</p> <p>Anul de fabricare Maxim 2024 Se solicită punerea la dispoziția beneficiarului în mod comod - 8 dispozitive medicale identice ca model și performanță.</p> <p>Criterii tehnice față de ficare dispozitive medicale ce urmează a fi oferite în comod:</p> <p>Descriere: analizoare automate noi sau cu o vechime nu mai mare de 2 ani de la producere, nerecondiționate.</p> <p>Note:Oferte de pret trebuie să includă top reactive/teste și consumabile necesare pentru investigațiile/teste indicate, inclusiv solutii QC (control calitatii).</p> <p>Cantitatea solutiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității, ori de câte ori este necesar.</p> <p>Paravanul va asigura izolarea și conectarea analizoarelor la rețeaua electrică Instalarea personalului</p> <p>Montarea preventivă și corectivă pe toată durata contractului atât pentru analizoare cât și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Serviciu de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizoare cât și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS).</p> <p>Toate consumabile necesare gratuite pe toată durata contractului pentru analizoare cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. calculator, UPS), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.</p> <p>Tempul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.</p> <p>Perioada de valabilitate pentru reștergi livrare:</p> <p>La momentul livrării: Cel puțin 24 luni din momentul livrării.</p> <p>Să se indice timpul de stabilizare a reactiilor/testerelor după deschidere.</p> <p>Operantul economic va include în oferta doar prețurile pentru ficare tip de test/investigatie considerată.</p> <p>Controlul calității se va realiza conform instrucțiunilor producătorului și bunelor practici aplicabile/teste materialele de control necesare pentru întreaga perioadă contractuală.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare înainte funcționării pe întreaga perioadă a contractului de comod</li> <li>- UPS și costurile acumulatoarelor necesare pe toată perioada contractului de comod</li> <li>- Toate consumabile, inclusiv: solutii de spălare, solutii de buffer, limpi și tot spectrul de consumabile necesare bunelor funcționării pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de institutie.</li> <li>- Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunelor funcționării pe perioada contractului de comod</li> <li>- Se va lua în calcul toate deblocările care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului de comod legate de funcționarea dispozitivului și realizarea reștergii a investigațiilor. <p>Operantul economic va include în oferta toate consumabilele și accesoriile necesare efectuării testelor, specifice tehnologiei echipamentului oferit (ex.: microscop, suport, tuburi capilare de transfer sau echipamente, lancețe, etc.), la conformitate cu instrucțiunile producătorului, astfel încât să fie asigurat realizarea integrală a numărului de investigații solicitate.</p> </li></ul>	Cuve specializate de unica folosinta pentru determinare cantitativa a hemoglobinei + solutii de control	ISO, CE DM00216855
<p>Semnat: _____</p> <p>Numele, Prenumele Jighili Tatiana</p> <p>În calitate de: administrator</p> <p>Ofertantul: SRL Triumf-Motiv</p> <p>Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4</p>								