

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1746193826711 din 15.06.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insușiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.10)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumire a poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1			2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	21	Microscop binocular, cu contrast de fază	Microscop binocular, cu contrast de fază	B-383PHi	Italia	Optika	Conform caietului de sarcini	Descriere "Microscopalele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale prin metode de contrast: în cîmp iluminat, în cîmp întunecat, fluorescent, de contrast prin interferență, cu contrast de fază și/sau lumina polarizată." Parametru Specificația Tip Configurat pentru tehnica de vizualizare în cîmp luminos, cîmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în cîmp luminos (<i>Brosura pag 2 Abbe. Brightfield - Phase contrast - Darkfield (dry)</i>). Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă XLED (<i>Brosura pag 2 Abbe. X-LED</i>); Măsuța mecanică pentru operare cu mîna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y (<i>Brosura pag 1 Stage X-Y Vernier scale</i>) Fixator de probe (lamelle) universal pentru unu sau doua specimene (<i>Brosura pag 1 Stage Slide number - 2</i>) Revolver pentru 5 obiective	CE

							Objective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei : IOS W-PLAN objective 4x/0.10 (optional, inclus in pret), IOS W-PLAN PH 10x/0.25, W.D. 10 mm, IOS W-PLAN PH 20x/0.40, W.D. 5.1 mm, IOS W-PLAN PH 40x/0.65, W.D. 0.54 mm, IOS W-PLAN PH 100x/1.25 (Oil), W.D. 0.13 mm) (Brosura pag 1 Nosepiece Positions Quintuple) Condensor universal pre-centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat (Brosura pag 2 Condenser - Multiple Position Abbe. Brightfield - Phase contrast - Darkfield (dry)) Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler (Web Illumination (Fixed Koehler type): X-LED³ with white 3.6 W LED (6,300K) with brightness control. Multi-plug 100-240Vac/6Vdc external power supply.) Tub trinocular cu unghi de înclinare 30° (Brosura pag 1 Head Trinocular (Siedentopf) Inclination 30°) -cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul 48-75 mm; (Brosura pag 1 Head Interpupillary distance (mm) 48-75) Oculare 10x/20 – 2 buc.(unul cu focusare) (Brosura pag 1 Eyepieces 10x/20) Iluminare XLED (Brosura pag 2 Abbe. X-LED) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticlă Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază	
33100000-1	22	Centrifuga cu 8-12 tuburi	Centrifuga cu 8-12 tuburi	CENTRIC CF 220 IVD	Slovenia	Domel	Conform caietului de sarcini 150940 + Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație, rpm 200-6000 (Brosura pag 1 200 - 6000 rpm, step of 100 rpm) Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8 tuburi (Brosura pag 1 8 x 15 ml) Timer Diapazon minim de timp 10 s - 99 min Incrementarea 10 sec	CE

								(Brosura pag 1 1 0 s to 99 min 50 s and continuous, step 10 s) Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului (Brosura pag 1 Lid locking mechanism manual closed, motorized open) Indicatori Indicarori vizual și acustic - da Debalansare - da Pornire/oprire - da Capac deschis - da Display Digital - da Nivelul de zgomot ≤ 60 dBA Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare - da Lungimea tubului minim 12 cm Diametrul Tubului 17 mm (Brosura pag 2) Nr RDM DM000528585	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau