

Specificații tehnice (F4.1)

Licitatie Deschisa nr.ocds-b3wdp1-MD-1613921194677						Data: „12” Martie 2021	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitatiei: "Reactivi și consumabile pentru laboratorul microbiologic"						Lot: _____	Pagina: __din __	
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Medii de cultură						
1	33140000-3	Mediu B (Pentru dozare AB)	M1346	INDIA	HIMEDIA	Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate.	Mediu B (Pentru dozare AB). Specificatii tehnice anexate	Certificat CE; ISO
2	33140000-3	Tioglicolat Flud mediu,ambalaj 100ml steril	LQ026-100ml	INDIA	HIMEDIA	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate.	Tioglicolat Flud mediu,ambalaj 100ml steril Specificatii tehnice anexate	Certificat CE; ISO
3	33140000-3	Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril	LQ027-100ml	INDIA	HIMEDIA	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate.	Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril Specificatii tehnice anexate	Certificat CE; ISO
4	33140000-3	Fluid K, ambalaj 300ml ,steril perforabile	LQ122L-300ml	INDIA	HIMEDIA	Aspect: Fluid cu nuanță slab gălbuie, fără precipitat și particule vizibile. Aplicații cheie: • Testarea sterilității preparatelor farmaceutice • Ph. Eur. 2.6.1 Ambalaj: flacoane de 300 ml cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate.	Fluid K, ambalaj 300ml ,steril perforabile Specificatii tehnice anexate	Certificat CE; ISO
5	33140000-3	Fluid D, ambalaj 300ml ,steril perforabile	LQ510L	INDIA	HIMEDIA	Aspect: Fluid cu aspect limpede și incolor până la slab gălbui, fără precipitat și particule vizibile. • Testarea sterilității preparatelor farmaceutice • Ph. Eur. 2.6.1 Ambalaj: flacoane de 300 ml cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate	Fluid D, ambalaj 300ml ,steril perforabile Specificatii tehnice anexate	Certificat CE; ISO
8	33140000-3	Polisorbant-80	GRM159	INDIA	HIMEDIA	Lighid viscos,non-ionic,utilizat in mediile de cultura microbiologice. . Certificat de conformitate,termin de valabilitate min.2 ani	Polisorbant-80 Specificatii tehnice anexate	Certificat CE; ISO
		Culturi de referință						
11	33140000-3	Staphylococcus aureus ATCC 6538	MM46-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Staphylococcus aureus ATCC 6538, fl-10 disc.	Certificat CE; ISO
12	33140000-3	Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	MM15-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate	Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 fl-10 disc.	Certificat CE; ISO
13	33140000-3	Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	MM40-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 fl-10 disc.	Certificat CE; ISO
14	33140000-3	Bacillus subtilis ATCC 6633	MM29-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate	Bacillus subtilis ATCC 6633 fl-10 disc.	Certificat CE; ISO
16	33140000-3	Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028	MM11-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028 fl-10 disc.	Certificat CE; ISO
17	33140000-3	E.Coli ATCC 8739	MM38-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	E.Coli ATCC 8739 fl-10 disc.	Certificat CE; ISO
19	33140000-3	Sacharomyces cerevisiae ATCC 9763	MM50-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate	Sacharomyces cerevisiae ATCC 9763 fl-10 disc.	Certificat CE; ISO

20	33140000-3	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	MM94-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Conform Ph.Eur.2.6.1., Certificat de conformitate	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 fl-10 disc.	Certificat CE; ISO
21	33140000-3	Clostridium sporogenes ATCC 19404	MM31-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Clostridium sporogenes ATCC 19404 fl-10 disc.	Certificat CE; ISO
Consumabile								
32	33140000-3	Supliment de Beta lactamază sterilă	FD314	INDIA	HIMEDIA	Conform Ph. Eur. 2.6.1. Sterilitatea. Cu certificat de calitate pe lot. Cu Cephalosporinase și Penicillinase, care poate inactiva o gamă largă de antibiotice cum ar fi penicilinele, cefalosporinele din prima, a doua, a treia și a patra generație și Penemele.	Supliment de Beta lactamază sterilă Specificatii tehnice anexate	Certificat CE; ISO
44	33140000-3	Cutii Petri din plastic de unică folosință,sterile cu diametru 90 mm.	328244	ITALIA	Syntesys	diametrul 90 mm, sterile, h=10mm cu termen de valabilitate minim 2 ani. Certificat de calitate.	Cutii Petri din plastic de unică folosință,sterile cu diametru 90 mm.	Certificat CE; ISO
45	33140000-3	Anse plastic de unică folosință sterile, 1 mkl	318285	ITALIA	Syntesys	din poliester, sterile, cu dimensiunea de 1 microlitru Cu certificat de conformitate	Anse plastic de unică folosință sterile, 1 mkl (amb.5buc)	Certificat CE; ISO
46	33140000-3	Anse în formă de „L” din polistiren	318289	ITALIA	Syntesys	sterile, de unică folosință, din polistiren, în formă de L, tip Drigalski, 140x35mm, ambalaj individual	Anse în formă de „L” din polistiren (amb.5buc)	Certificat CE; ISO
47	33140000-3	Psipete (pipete Pasteur) 3ml	384338	ITALIA	Syntesys	De 3ml,sterile,de unica folosnta,ambalate individual.	Psipete (pipete Pasteur) 3ml, amb.individ.	Certificat CE; ISO
48	33140000-3	Pipete de unică folosință serologice 1ml	323205	ITALIA	Syntesys	sterile, 1/100 ml, terminală, ambalate fiecare pipeta separat, fabricat din polistiren transparent și imprimate cu o gradare bidirecțională și negativă. Certificat CE.	Pipete de unică folosință serologice 1ml, amb.individ.	Certificat CE; ISO
49	33140000-3	Pipete de unică folosință serologice 5 ml	323245	ITALIA	Syntesys	sterile, 1/10 ml, terminală, ambalate fiecare pipeta separat, fabricat din polistiren transparent și imprimate cu o gradare bidirecțională și negativă. Certificat CE.	Pipete de unică folosință serologice 5 ml, amb.individ.	Certificat CE; ISO
50	33140000-3	Pipete de unică folosință serologice 10 ml	323265	ITALIA	Syntesys	sterile, 1/100 ml, terminală, ambalate fiecare pipeta separat, fabricat din polistiren transparent și imprimate cu o gradare bidirecțională și negativă. Certificat CE.	Pipete de unică folosință serologice 10 ml, amb.individ.	Certificat CE; ISO
65	33140000-3	Filtre de celuloză regeneranta pentru filtrarea antibioticelor, sterile	SF97D-100N	INDIA	HIMEDIA	Diametrul filtrului 47 mm, cu porii de 0,45 μm, ambalate separat fiecare filtru. Cu certificat de calitate pe lotul prezentat.albe sau transparente.	Filtre de celuloză regeneranta pentru filtrarea antibioticelor, sterile	Certificat CE; ISO
67	33140000-3	Tampoane getabile, sterile în ambalaj individual sub formă de eprubetă	323150	ITALIA	Syntesys	sterile, fiecare în ambalaj individual, cu tijă de lemn, în eprubete din PS de unică folosință.	Tampoane getabile, sterile în ambalaj individual sub formă de eprubetă	Certificat CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9