

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655477829847 din 17.06.2022
Obiectul achiziției: "Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” "

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 31						
<i>Tonometru Goldman</i>	AT020 cu suport 30AT020H	Germania	Carl Zeiss	Anul de producere: 2021 - 2022; Cu cutie pentru transportare / păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul. Compatibil cu lampa cu fantă Zeiss SL 120 din dotarea spitalului; Suport de fixare la lampa cu fantă; Diapazonul necesar de măsurări (minim): 0 / 80 mmHg; Pasul de măsurări (maxim): 2 mmHg; Bara de calibrare cu 6 puncte. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română (maxim 4 pagini A4).	Anul de producere: 2021 - 2022 - DA Cu cutie pentru transportare / păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul. / BROȘURA LOT 31, PAG. 6/ Compatibil cu lampa cu fantă Zeiss SL 120 din dotarea spitalului; / BROȘURA LOT 31, PAG. 8/ Suport de fixare la lampa cu fantă; / BROȘURA LOT 31, PAG. 9/ Diapazonul necesar de măsurări: 0 / 80 mmHg; / BROȘURA LOT 31, PAG. 24/ Pasul de măsurări: 1.96 mmHg; / BROȘURA LOT 31, PAG. 24/ Bara de calibrare cu 6 puncte. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română (maxim 4 pagini A4).	ISO, EC

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **GHERMAN Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**Denolga Medical**" SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**