

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă

<b>Numărul licitației:</b>		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1775478632767					Data: „__” _____ 20__		Alter nativa nr.:	
<b>Denumirea licitației:</b>		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 16)								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referi	Beneficiar
33100000-1	2	Sistem videolar ingosco pie / endosco pie ORL	Sistem videolar ingosco pie ORL	Sistem videolaringosco pie ST-E500 + YKD-9001 + UPS PCM RPT-1500AP + Monitor 21,5"DELL E2222H Negru	China	Foshan Suntem Medical Instrument CO., Ltd.	<p><b>Sistem videolaringoscopie / endoscopie ORL</b>  <b>1. General / configurație</b>                      Componentă sistem:  <b>Stație video (procesor) + cameră + sursă lumină + monitor + set endoscoape ORL</b>                      Alimentare 220-230 V AC, 50/60 Hz (Pentru toate componentele (sau prin alimentator dedicat))                      Montaj pe cărucior mobil sau stație ORL (stand) inclus(ă). Trebuie să asigure poziționarea monitorului și organizarea accesoriilor.                      Cărucior/stand 1 buc.</p> <p><b>2. Stație video / procesor</b>                      Rezoluție ieșire video Full HD ≥1920×1080                      Format video / frame rate ≥50 fps/50i sau ≥60 fps (echivalent)                      Ieșiri video HDMI (min. 1). Compatibil cu monitor și captură externă. Cabluri video (HDMI)- 1 buc inclus</p> <p>Funcții minime Freeze + zoom digital + reglaj luminozitate. Alte funcții pentru diagnostic ORL.                      Presetări ORL ≥3 moduri/presetări pentru ORL (ureche/nas/gât) sau echivalent</p> <p><b>3. Cameră endoscopică</b>                      Senzor imagine 1/3" CMOS/MOS Full HD sau mai bun                      Rezoluție captură FHD 1920×1080                      Butoane pe cap cameră ≥1 buton funcțional (ex.: capture/freeze)                      Control focus Focus prin cuplor/endocuplor sau echivalent. Endocuplor universal 1 set inclus                      White balance Automat și/sau manual</p> <p><b>4. Sursă de lumină</b>                      Tehnologie LED (sau echivalent fără consumabile frecvente)                      Port lumină Minim 1 port pentru fibră                      Temperatură culoare ≥5000 K                      Cablu fibră optică Lungime ≥1,8 m. Compatibil cu sursa și endoscoapele rigide. 1 buc inclusa</p> <p><b>5. Monitor 1 buc</b></p>	Alimentare 220-230 V AC, 50/60 Hz (Pentru toate componentele (sau prin alimentator dedicat)) -da Catalog 9001E-T Montaj Pe cărucior mobil sau stație ORL (stand) inclus(ă). Trebuie să asigure poziționarea monitorului și organizarea accesoriilor. Cărucior/stand 1 buc.- da- combina ORL ST-E500.pdf 2. Stație video / procesor Rezoluție ieșire video Full HD ≥1920×1080 - da Catalog 9001E-T Format video / frame rate ≥50 fps/50i sau ≥60 fps (echivalent) - da Catalog 9001E-T Ieșiri video HDMI (min. 1). Compatibil cu monitor și captură externă. Cabluri video (HDMI)- 1 buc inclus - da Catalog 9001E-T Funcții minime Freeze + zoom digital + reglaj luminozitate. Alte funcții pentru diagnostic ORL. - da Catalog 9001E-T Presetări ORL ≥3 moduri/presetări pentru ORL (ureche/nas/gât) sau echivalent - - da Catalog 9001E-T 3. Cameră endoscopică Senzor imagine 1/3" CMOS/MOS Full HD sau mai bun - - da Catalog 9001E-T Rezoluție captură FHD 1920×1080 - - da Catalog 9001E-T Butoane pe cap cameră ≥1 buton funcțional (ex.: capture/freeze) - - da Catalog 9001E-T Control focus Focus prin cuplor/endocuplor sau echivalent. Endocuplor universal 1 set inclus- - da Catalog 9001E-T White balance Automat și/sau manual - - da Catalog 9001E-T 4. Sursă de lumină Tehnologie LED (sau echivalent fără consumabile frecvente) --. Lumina LED 80W este inclusa in processor Catalog 9001E-T Port lumină Minim 1 port pentru fibră -da- da in combina ORL ST-E500.pdf Temperatură culoare ≥5000 K - da in combina ORL ST-E500.pdf,Catalog 9001E-T Cablu fibră optică Lungime ≥1,8 m. Compatibil cu sursa și endoscoapele rigide. 1 buc inclusa - da in combina ORL ST-E500.pdf 5. Monitor 1 buc da - da in combina ORL ST-E500.pdf, DELL E.pdf Diagonală ≥21,5 inch -da ,Rezoluție 1920×1080 -da, Interfață HDMI -da ,Cabluri alimentare inclus -da 6. Înregistrare / stocare / software Captură imagine DA. Buton pe cap cameră sau pe panou. -da - da Catalog 9001E-T Înregistrare video DA (direct sau prin modul/converter). Soluție integrată sau converter HDMI→USB inclus (dacă este cazul). - da Catalog 9001E-T Stocare USB pentru salvare imagini/video. USB stick (min. 32 GB) inclus. -- da Catalog 9001E-T Software Software pentru arhivare/înregistrare și export (sau echivalent). Licență/software inclus (dacă este cazul) -- da Catalog 9001E-T 7. Endoscoape ORL rigide – set minim - incluse in set ST-E500 Otoscoape rigid- 1 buc Pentru otoscopie / canal auditiv. Ø 2,7 mm; L 70-80 mm; unghi 0°-30°; autoclavabil – inclus in set - da in combina ORL ST-E500.pdf Laringoscop rigid- 1 buc Pentru laringoscopie indirectă rigidă. Ø 6,0 mm; L 150-180 mm; unghi 70°; autoclavabil – inclus in set- da in combina ORL ST-E500.pdf Endoscop nazal adult 0°-1 buc Pentru rinoscopie anterioară. Ø 4,0 mm; L 160-180 mm; unghi 0°; autoclavabil – inclus in set - da in combina ORL ST-E500.pdf Endoscop nazal adult 30°-1 buc Pentru evaluare detaliată cavitate nazală/sinusuri. Ø 4,0 mm; L 160-180 mm; unghi 30°; autoclavabil -- inclus in set- da in combina ORL ST-E500.pdf Endoscop pediatric-1 buc Obligatoriu pentru investigații pediatrice / anatomie îngustă. Ø 2,7 mm; L 70-120 mm; unghi 0°; autoclavabil -- inclus in set - da in combina ORL ST-E500.pdf		AMT Ciocana





