

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21019640							din 25.02.2020	
Denumirea licitației: Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2020 Conform necesitatilor IMSP-Spitalul raional Dondușeni							Lot: conform listei solicitate	Alternativa nr. Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 34						
33000000-0		Lampă halogen	64250 HXL	Germania	OSRAM GmbH		Comparativ cu lămpile standard de până la 10% mai mare eficacitate luminoasă (HLX) Lumină instantanee (HLX) Domenii de aplicare Becuri pentru corpuri de iluminat speciale Optica fibră optică (HLX) Tensiune nominală 6 V Putere nominală 20,00 W Temperatura de culoare 3350 K Flux luminos nominal de 460 lm Baza (denumire standard) G4	ISO 50001:2011
		Total lot 34						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23