

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

**Centrul de Medicină Legală**

Numărul achiziției comerciale: 21504988, ocds-b3wdp1-MD-1762335982303.						Data: 10.11.2025	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Utilaj de laborator (secția Biologie).						Lot:	pag. 1 din 1	
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
2	33100000-1	Mixer-Vortex	MX-S+ / accesorii	China	DLAB	<p>Agitator pentru tuburi de la 0,5 ml până la 50 ml;                      Rotații maxime până la 5000;                      Compact, de masă, cu greutatea până la 1000 grame;                      Stabil, cu ventuze pe suprafața inferioară</p>	<p><b>Mixer vortex digital pentru laborator MX-S+</b>                      Catalog pag. 176                      Caracteristici principale:                      Afișaj LCD pentru viteză și timp în timp real;                      Viteză reglabilă pentru amestecare ușoară până la intensă;                      Motor DC fără perii – stabil și fără întreținere;                      Bază robustă și accesorii cu montare prin presiune;                      Funcționare silențioasă;                      Compatibil cu diverse tuburi și microplăci.  <i>Specificații tehnice</i>                      Viteză: 200–3000 rpm;                      Amplitudine: 4 mm;                      Moduri: Atingere / Continuă;                      Timp: 1 s – 99 min 59 s;                      Motor: DC fără perii;                      Dimensiuni: 160 × 135 × 120 mm;                      Greutate: 4,5 kg;                      Alimentare: 100–240 V, 50/60 Hz;                      Consum: 36 W;                      Condiții ambientale: 5–40°C, ≤80% RH;                      Protecție: IP21.  <i>Accesorii (selectiv)</i>                      Cupă superioară, Placă universală / placă „snap-in”, Adaptoare pentru tuburi (2–50 mL), Cleme pentru microplăci, Suport pentru baloane Erlenmeyer</p>	ISO, CE.

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

**Data: 10.11.2025**

**Valabilitatea ofertei - 30 zile.**