

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1629372471464 din 01.10.2021 Cod CPV 33100000-1  
 Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului  
 Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022

## CERTIFICAT DE CORESPUNDERE A STANDARTELOR IEC118-0

pentru aparatele auditive prezentate la licitație

### Specificarea tehnică Măsurările au fost pe trecute conform IEC 60118-0

Cerințele	ENZO 3D ET 588- DWH	Linx Quattro RE977- DWT	ENZO 3D ET 988- DWH	ENZO Q EQ 998- DWT
Căștigul maximal , dB	80	66	80	86
Ieșirea maximal (OSPL90), dB	140	134	140	144
Limita inferioară a diapazonului frecvențial, Hz	100	100	100	100
Limita superioara a diapazonului frecvențial, Hz	5960	6790	5960	6120
Nivel de zgomot , dB	22	24	22	23
Coeficientul distorsiunelor armonice , %	1,1	0,9	1,1	4,7
	1,2	1,2	1,2	0,8
	0,7	1,0	0,7	0,8
Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului	12	17	17	17
Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup FM	Da	Da	Da	Da
Anti-feedback	Da	Da	Da	Da
Sincronizarea și coordonare binaural	Da	Da	Da	Da
Metoda de programare	computerizată	computerizată	computerizată	computerizată

Director SRL Sirexton Casminin Serghei  
 01.10.2021

