

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1623213486124	Data: 19 iun 2021, 9:00 - 30 iun 2021, 8:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Servicii de reparație al dispozitivelor medicale pentru anul 2021 (REPETAT)	Lot: 5,6	Pagina: 1 din 2

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
1		2	3	4	5	6	7	8
5	50421 000-2	5. Lucrări de reparație și ajustare a video gastroscopului GIF-H185, Olympus	-	-	-	Video gastroscop cu un canal “Olympus GIF-H185, s/n:2400762, 2400759” 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumental; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare elevatorului; Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic. Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	Conform protocolului de reparație Olympus-Europa Video gastroscop cu un canal “Olympus GIF-H185, s/n:2400762, 2400759” 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumental; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare elevatorului; Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic. Termen de garanție a lucrărilor efectuate 6 luni.	-
6	50421 000-2	6. Lucrări de reparație și ajustare a video colonoscopului CF-H185L, Olympus	-	-	-	Videocolonoscop “Olympus CF-H185L, s/n:2400347” 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumental; 1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer;	Conform protocolului de reparație Olympus-Europa Videocolonoscop “Olympus CF-H185L, s/n:2400347” 1.1. Schimbarea fibrei de lumină; 1.2. Schimbarea capului distal; 1.3. Schimbarea părții de angulație; 1.4. Schimbarea canalului instrumental;	-

					1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare CCD-camera; 1.13. Schimbarea elevatorului; Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic.Termen de garanție a lucrărilor efectuate minim 6 luni.	1.5. Repararea frînghiilor metalice; 1.6. Schimbarea părții de inserție C– tube; 1.7. Schimbarea canalelor de apa/aer; 1.8. Schimbarea cauciucului capului distal A; 1.9. Eliminarea luftului; 1.10. Ajustarea unghiurilor; 1.11. Setarea etansietatii; 1.12. Schimbare CCD-camera; 1.13. Schimbarea elevatorului; Piese necesare pentru înlăturarea defectelor fac parte din oferta operatorului economic.Termen de garanție a lucrărilor efectuate 6 luni.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**