

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1690438851342 din 03.08.2023
Obiectul achiziției: Lămpi bactericide conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/cod de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri	<u>Lotul 1</u>					
Instalație pentru 2 tuburi bactericide	Corp de iluminat 2x15W	Republica Moldova	”Caravan Express” SRL	Corp cu reflector prevazut pentru două tuburi bactericide 15W tip T8. Lungimea corpului 500 ± 10%. Alimentarea 220V, 50 Hz. Instalația fabricată din metal inoxidabil, cu posibilitatea de fixare pe perete.	Corp cu reflector prevazut pentru 2 tuburi bactericide 15W tip T8-da. Lungimea corpului 470mm. Alimentarea 220V, 50 Hz.-da. Din metal inoxidabil, cu posibilitatea de fixare pe perete-da. AMDM DM000564955 Rg04-000160	Aviz sanitar. Declarație conformitate, certificat conf Cert Electrotest
Instalația pentru 2 tuburi bactericide	Corp de iluminat 2x30W	Republica Moldova	”Caravan Express” SRL	Corp cu reflector prevazut pentru două tuburi bactericide 30 W, tip T8. Lungimea corpului 950, ± 10%, Alimentarea 220V, 50 Hz. Instalația fabricată din metal inoxidabil, cu posibilitatea de fixare pe perete.	Corp cu reflector prevazut pentru 2 tuburi bactericide 30 W, tip T8- da. Lungimea corpului 945mm. Alimentarea 220V, 50 Hz – da. Din metal inoxidabil, cu posibilitatea de fixare pe perete-da. AMDM DM000564950 Rg04-000160	Aviz sanitar. Declarație conformitate, certificat conf Cert Electrotest

Tub/lampă bactericida 15 W	Lampă bactericidă T8 15W	China	NINGBO SUNLE LIGHTING ELECTRIC CO.LTD	Destinat utilizării în spitale, pentru sterilizarea aerului în sala operație, sala proceduri, pansamente *Spectru raze – UV-C vizibil, *Soclu G13, *Uunda de iradiere – 253,7 nm., *Timpul de funcționare – min 8000ore *puterea -15W *Aria de sterilizare $\geq 15 \text{ m}^2$, *Alimentarea 220V, 50 Hz.	Destinat utilizării în spitale, pentru sterilizarea aerului în sala operație, sala proceduri, pansamente – da. - Spectru raze – UVC vizibil- da. - Soclu G13 – da. - Unda de iradiere – 253,7 nm. - Timpul de funcționare 8000 h- da. - Puterea -15W. - Aria de sterilizare - 15 m^2 - Alimentarea 220V, 50 Hz. AMDM DM000564955 Rg04-000160	CE,. raport expertiza, declarație.
Tub/lampă bactericida/cuarț 30 W	Lampă bactericidă T8 30W	China	NINGBO SUNLE LIGHTING ELECTRIC CO.LTD	Destinat utilizării în spitale, pentru sterilizarea aerului în sala operație, sala proceduri, pansamente *Spectru raze – UV-C vizibil, * Soclu G13, *Uunda de iradiere – 253,7 nm., *Timpul de funcționare – min. 8000 ore *puterea UV - 30W *Aria de sterilizare $\geq 30 \text{ m}^2$ *Alimentarea 220V, 50 Hz.	Destinat utilizării în spitale, pentru sterilizarea aerului în sala operație, sala proceduri, pansamente- da - Spectru raze – UVC vizibil-da. - Soclu G13- da, - Unda de iradiere -253,7nm- da. - Timpul de funcționare 8000 h-da. - Puterea UV - 30W- da. - Aria de sterilizare- 30 m^2 - Alimentarea 220V, 50 Hz.- da AMDM DM000564950 Rg04-000160	CE,. raport expertiza, declarație.

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str. Petru Movilă 23/5,ap (of)3