




Посуда мерная лабораторная для клинических исследований

Пипетки прямые (типа Сали ППС-01-20)

ТУ 9464-013-52876351-2014
 РУ № РЗН 2016/4740 от 29.05.2017 г.

 0 — «отливные», вымеряемые «на слив»

Предназначены для дозирования 20 мкл жидкости. Погрешность, мкл - $\pm 0,3$.

Размеры, мм - $(150 \pm 2,0) \times (5 \pm 1,0)$.

Внутренний диаметр, мм - $0,5 - 0,6$.

Номинальная вместимость, мкл - $20 \pm 0,3$.

Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75, медицинского стекла по ГОСТ 19808-86. Упаковка 100 шт.

Артикул **10001901**

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия




Пипетки с одной отметкой (Мора)

ТУ 9464-013-52876351-2014

ГОСТ 29169-91

РУ № РЗН 2016/4740 от 29.05.2017 г.

Исполнение 2, класс точности 2


 0 — «отливные», вымеряемые «на слив»

Предназначены для отмеривания заданного объема жидкости. Изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.

Артикул	Наименование	Вместимость, мл	Допустимая погр., мл	Уп., шт
10001801	Пипетка 2-2-1	1,0	$\pm 0,015$	10
10001805	Пипетка 2-2-2	2,0	$\pm 0,02$	10
10001808	Пипетка 2-2-5	5,0	$\pm 0,03$	10
10001802	Пипетка 2-2-10	10,0	$\pm 0,04$	10
10001803	Пипетка 2-2-10,77	10,77	$\pm 0,04$	10
10001806	Пипетка 2-2-20	20,0	$\pm 0,06$	5
10001807	Пипетка 2-2-25	25,0	$\pm 0,06$	5
10001809	Пипетка 2-2-50	50,0	$\pm 0,1$	4
10001804	Пипетка 2-2-100	100,0	$\pm 0,15$	2

Производитель: ООО «МиниМедПром», Россия

Лоток для дезинфекции пипеток



Предназначен для химической дезинфекции мерных пипеток согласно нормам СанПин. Изготовлен из нержавеющей стали, с покрытием из эпоксидной смолы. Устойчив к коррозии. Выдерживает автоклавирование.

Размер, мм - 502x105x54. Упаковка 1 шт.

Артикул 12002639

Произведено в Китае