

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1637761078234 (21047501)

Data: 01,01,2022

Denumirea licitației: Achiziționarea de Echipamente medicale conform necesităților IMSP SCR pentru anul 20

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33140000-3	54	Lot 54: Ace Spinale tip Quincke G25	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G25 (0,70 x 90 mm), ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul este insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul, varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	G25 (0,70 x 90 mm), ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul este insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul, varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	55	Lot 55: Ace Spinale tip Quincke G26	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G26 (0,47*88mm), cu introduser d-0,9*35mm 20G, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introductorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	G26 (0,47*88mm), cu introduser d-0,9*35mm 20G, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introductorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	56	Lot 56: Ace Spinale tip Quincke;	GT038-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	G22 (1,20mm x 90 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	G22 (1,20mm x 90 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	59	Lot 59: Aleze 60x90cm	GT168-101	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	60x90cm O parte impermeabilă, cealaltă parte absorbantă.	60x90cm O parte impermeabilă, cealaltă parte absorbantă.	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	61	Lot 61: Aparat de ras de unica folosință	GT043-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	cu 2 lame, de unică folosință	cu 2 lame, de unică folosință	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	52	Lot 66: Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material nețesut	GT168-101	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	steril, hipoalergic, material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.	steril, hipoalergic, material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	72	Lot 72: Canula nazala pentru oxygen	GT013-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia.	Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia.	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	80	Lot 80: Cateter de aspiratie CH 10	GT017-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	CE, ISO, Declaratie de conformitate

33140000-3	81	Lot 81: Cateter de aspiratie CH 12	GT017-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 12; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	82	Lot 82: Cateter de aspiratie CH 6	GT017-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	83	Lot 83: Cateter de aspiratie CH 8	GT017-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	94	Lot 94: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr 10	GT017-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Fr 10, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	Fr 10, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	95	Lot 95: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr 12	GT017-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Fr 12, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	Fr 12, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	96	Lot 96: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr14	GT017-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	F-14, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	F-14, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	CE, ISO, Declaratie de conformitate
33140000-3	97	Lot 97: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr16	GT017-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	F-16, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	F-16, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	CE, ISO, Declaratie de conformitate
		Lot 109: Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc.,jetabil	SDP-002	Turcia	Su Biyomedical	Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	CE, ISO, Declaratie de conformitate

33140000-3	110	Lot 110: Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/-5cm) (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil	SDP-001	Turcia	Su Biomedical	Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm) si capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	111	Lot 111: Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm	SAFD-078	Turcia	Su Biomedical	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Bistratificat, 75-80 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	112	Lot 112: Cîmp operații cerebrale neurochirurgie adulti steril jetabil	NCSP-003	Turcia	Su Biomedical	Set cerebral, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparenta 30x20 cm (+/-2 cm) , cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru - 1 buc. Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 2. Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm) - 4 buc. Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 2 buc. Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, ranforsat in zona critica. 6. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm) – 2 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă 65x85 cm (+/-5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 7. Cateter de aspirație 12CH, minim 3 m – 1 buc. 8. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 9. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 10. Mânere pentru lampa de operație – 2 buc. 11. Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșesut, fără scame, hidrofîl, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 10 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 12. Bisturiu jetabil N15 – 1 buc. 13. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 14. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de	Set cerebral, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparenta 30x20 cm (+/-2 cm) , cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru - 1 buc. Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 2. Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm) - 4 buc. Material neșesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 2 buc. Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, ranforsat in zona critica. 6. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm) – 2 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă 65x85 cm (+/-5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 7. Cateter de aspirație 12CH, minim 3 m – 1 buc. 8. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 9. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 10. Mânere pentru lampa de operație – 2 buc. 11. Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșesut, fără scame, hidrofîl, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 10 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 12. Bisturiu jetabil N15 – 1 buc. 13. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 14. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de	CE, ISO, Declarație de conformitate

33140000-3	113	Lot 113: Cîmp operații spinale neurochirurgie adulti steril jetabil	NCSP-003-1	Turcia	Su Biomedical	Set spinal, componentele 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 145x79 cm (+/-2 cm) – 3 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm. Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp cu apertură adezivă absorbant 90x75 cm (+/-2 cm) – 2 buc., Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil, zonă absorbantă minim 90x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 4 buc. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se propune lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6. Cearșaf steril cu apertură adezivă și câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm) – 1 buc., material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixarea tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si 1. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 145x79 cm (+/-2 cm) – 3 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm. Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp cu apertură adezivă absorbant 90x75 cm (+/-2 cm) – 2 buc., Material nețesut absorbant, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil, zonă absorbantă minim 90x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 4 buc. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5. Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se propune lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6. Cearșaf steril cu apertură adezivă și câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm) – 1 buc., material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixarea tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, întărit în zona critica. 8. Cateter de aspirație 12CH – 1 buc. 9. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 10. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 11. Mânere sterile pentru lampa de operație – 2 buc. 12. Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm – 1 buc. 13. Tampon absorbant neurochirurgical, din material netesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 14. Bisturiu jetabil N11 – 1 buc. 15. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc.	
33140000-3	114	Lot 114: Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril 240x200	STC-014	Turcia	Su Biomedical	240x200 cm (+/-10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm (+/-5cm). Capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.Ambalare per unitate cu plisare transversală.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	115	Lot 115: Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm)	SPD-085	Turcia	Su Biomedical	Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm2, grosimea stratului – minim 75 g/m2 • strat adeziv aplicat pe bordură, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer. Materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în interiorul cutiei toracice). Indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	124	Lot 124: Colac antiescare din cauciuc	GT105-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	pernă gonflabilă, utilizare pre si postoperatorie în leziuni, escare,hemoroizi, marime 42,5 cm-45cm, înălțimea 10-15 cm	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	134	Lot 134: Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei	GT102-130	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	menține ochiul umed , non-latex și hipoalergic.	CE, ISO, Declarație de conformitate

33140000-3	143	Lot 143: Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat	SG002-5	Turcia	Su Biomedical	1.Din material neîncusut - fibre din polipropilena, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mîineca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm), lungimea	2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mîineca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm), lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	144	Lot 144: Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat	SG002-6	Turcia	Su Biomedical	de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mîineca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânecilor nu mai puțin de 60cm(±3cm), lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de	1.Din material neîncusut - fibre din polipropilen, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mîineca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânecilor nu mai puțin de 60cm(±3cm), lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE, certificat EN13795;	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	150	Lot 150: Husă pt tub camera video sterile	14x250 cm	Turcia	Su Biomedical	14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a țigii endoscopului cu lipici rezistent la apă.	14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a țigii endoscopului cu lipici rezistent la apă.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	156	Lot 156: Lame pentru bisturiu nr.10	GT040-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	157	Lot 157: Lame pentru bisturiu nr.20	GT040-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc	2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	158	Lot 158: Lame pentru bisturiu nr.22	GT040-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	159	Lot 159: Lame pentru bisturiu nr.23	GT040-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO, Declarație de conformitate

33140000-3	160	Lot 160: Lame pentru bisturiu nr. 11	GT040-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	161	Lot 161: Lame pentru bisturiu nr.	GT040-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	165	Lot 165: Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	Wash gloves	Turcia	Medoffice	protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material neșut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminopropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușetel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material neșut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminopropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușetel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	177	Lot 177: Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulti	GT010-150	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu cureauă dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent	Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu cureauă dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	178	Lot 178: Mască inhalare oxigen cu prelungitor	GT010-110	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	dotată cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex.	dotată cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	179	Lot 179: Masca Nebulizer	GT012-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	cu camera speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din masca-nebulizator, camera nebulizator si tub de 210 cm	cu camera speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din masca-nebulizator, camera nebulizator si tub de 210 cm	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	180	Lot 180: Mască resuscitare pentru ventilație mecanică, reciclabilă, autoclavabilă, fara	GT012-400	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	nr.5; nr.4;nr.6;Masca adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valva	nr.5; nr.4;nr.6;Masca adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valva	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	187	Lot 187: Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi	GT102-130	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	9,5x6,5 cm Pansamentul sa fie prevazut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să	9,5x6,5 cm Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	188	Lot 188: Pansament steril adeziv Dimesniuni: 10x10 cm (-/+ 1cm)	GT102-110	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	189	Lot 189: Pansament steril adeziv Dimesniuni: 5x7 cm (-/+ 1cm)	GT102-110	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	CE, ISO, Declarație de conformitate

33140000-3	190	Lot 190: Pansamente adezive Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm)	GT102-110	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	191	Lot 191: Pansamente adezive Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm)	GT102-110	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	195	Lot 195: Perii pentru prelucrarea miinilor preoperator	GT078-200	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	impregnate cu săpun chirurgical, soluție cutanată betadină – iod povidina 7,5%, confecționat din materiale moi, nu irita pielea si reduce riscul infecțiilor. Dimensiuni: lățimea 5-6cm; lungimea8-9(cm), o parte – burete, cealaltă parte - perie. De unica folosință, ambalate individual și etichetate conform prevederilor legislației în vigoare, cu toate informațiile necesare (producător, data expirării, nr. lot, CE)".	impregnate cu săpun chirurgical, soluție cutanată betadină – iod povidina 7,5%, confecționat din materiale moi, nu irita pielea si reduce riscul infecțiilor. Dimensiuni: lățimea 5-6cm; lungimea8-9(cm), o parte – burete, cealaltă parte - perie. De unica folosință, ambalate individual și etichetate conform prevederilor legislației în vigoare, cu toate informațiile necesare (producător, data expirării, nr. lot, CE)".	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	199	Lot 199: Ploșcă pentru femei	GT138-106, GT138-108	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Capacitate: 2 litri, material - masă plastică;	Capacitate: 2 litri, material - masă plastică;	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	209	Lot 209: Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C.) 250mmx200m	GT170-103	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	rulou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.	rulou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	210	Lot 210: Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C.) 300mmx200m	GT170-103	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	rulou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C	rulou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	214	Lot 214: Robinete 3-directionale	Beybi	Turcia	Beybi Plastik	medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril	3-directionale, rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	225	Lot 225: Scutece-adulți L	GT168-102	China	Medical Instruments Co, Ltd	>75 kg 100cm-150cm	>75 kg 100cm-150cm	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	226	Lot 226: Scutece-adulți M	GT168-102	China	Medical Instruments Co, Ltd	55-80kg 55cm-110cm	55-80kg 55cm-110cm	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	227	Lot 227: Scutece-adulți XL	GT168-102	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	> 95kg 130cm-170cm	> 95kg 130cm-170cm	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	228	Lot 228: Scutece-copii 2-5kg	GT168-102	China	Medical Instruments Co, Ltd	2-5kg cu benzi flexibile laterale	2-5kg cu benzi flexibile laterale	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	229	Lot 229: Scutece-copii 4-9kg	GT168-102	China	Medical Instruments Co, Ltd	pentru copii, 4-9kg, cu benzi flexibile laterale	pentru copii, 4-9kg, cu benzi flexibile laterale	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	230	Lot 230: Scutece-copii 7-14kg	GT168-102	China	Medical Instruments Co, Ltd	pentru copii, 7-14kg, cu benzi flexibile laterale	pentru copii, 7-14kg, cu benzi flexibile laterale	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	238	Lot 238: Servetele umede pentru igienă personală	N 120	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Set in ambalaj de 120 servetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenic. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea.	Set in ambalaj de 120 servetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenic. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea.	CE, ISO, Declarație de conformitate

33140000-3						ranforsat, dimensiuni 80x145cm (± 5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (± 5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (± 5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (± 5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (± 5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteizată, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (± 5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănilor postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși	Lot 240: Set cardiovascular adulți steril jetabil	CVKP-002	Turcia	Su Biyomedical	cm), zonă absorbantă 65x85 cm (± 5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (± 5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (± 5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (± 5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteizată, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (± 5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănilor postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (± 5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (± 5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (± 5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză;; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. Despăcură urogenitală 20x100cm (± 5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu	CE, ISO, Declarație de conformitate
------------	--	--	--	--	--	---	---	----------	--------	----------------	---	-------------------------------------

33140000-3						1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, rânforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofoabă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 8 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: Câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/- 5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mânecă cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mânecă cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5	(±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofoabă). Pictogramă pentru ghidare.	2. 8 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.	3. 1 buc.: Câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil.	4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil.	5. 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mânecă cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mânecă cusută cu acul mânecă de poliester;	6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil;	8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil.	9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil;	10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din polietilena, transparente, cu lipici pentru ajustarea mărării individuale.	11. 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.	12. 3 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.	CE, ISO, Declarație de conformitate
	241	Lot 241: Set cardiovascular Bypass steril jetabil	CVKP-002-1	Turcia	Su Biomedical														

		Lot 242: Set cardiovascular copii steril jetabil	CVKP-001	Turcia	Su Biomedical	1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operare, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumental - 150x190cm (+/- 5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Măneacă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Măneacă cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneacă cusută cu acul măneacă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5	(±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumental - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5. 1 buc.: Măneacă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Măneacă cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneacă cusută cu acul măneacă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil. 9. 1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5	CE, ISO, Declarație de conformitate
--	--	--	----------	--------	---------------	---	---	--

33140000-3		Lot 243: Set chirurgical mare p/ operații cu risc sporit de lichide, jetabil	GSP-014-3	Turcia	Su Biomedical	1.Camp Mayo pentru masa de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbiei majorat. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbtie minim 75x190 cm (+/-5cm). 2	1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbiei majorat. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbtie minim 75x190 cm (+/-5cm) . 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8..Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3		Lot 244: Set chirurgical standard steril	GSP-014-2	Turcia	Su Biomedical	1. Camp Mayo pentru masa de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbtiei mediu. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbtiei mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbtiei mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 5. Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbtiei mediu. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbtiei mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbtiei mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 5. Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 8.Marcaj CE,certificat EN13795;	CE, ISO, Declarație de conformitate

	246	Lot 246: Set de aspirație cu miner Yankauer	GT027-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striții longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm , transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril.	Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striții longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm , transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril.	CE, ISO, Declarație de conformitate
	261	Lot 261: Set ORL pentru 5 operații, jetabil	ENTP-001	Turcia	Su Biomedical	1. Cîmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cîmp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona absorbanta minim 65x85 cm	1. cîmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cîmp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona absorbanta minim 65x85 cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	263	Lot 263: Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrică	GT013-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	pentru copii	pentru copii	CE, ISO, Declarație de conformitate
	264	Lot 264: Set pentru nefrostoma percutanata 10FR	UNPS-001	Turcia	Su Biomedical	Set pentru nefrostomie percutanata , sonda tip PIGTAL,dilatator cu teaca detasabila,ghidj 0,38x80cm,ac de punctie cu mandren 18sx20cm,seringa luerlok,bisturiu,Flansa de fixare,patch-uri de fixare steril.	Set pentru nefrostomie percutanata , sonda tip PIGTAL,dilatator cu teaca detasabila,ghidj 0,38x80cm,ac de punctie cu mandren 18sx20cm,seringa luerlok,bisturiu,Flansa de fixare,patch-uri de fixare steril.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	265	Lot 265: Set pentru operații proctologice mici,jetabil	GSP-012-11	Turcia	Su Biomedical	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă (210x100 cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Cîmp steril cu bord adeziv (140x110 cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 5.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă (210x100 cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Cîmp steril cu bord adeziv (140x110 cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 5.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc	CE, ISO, Declarație de conformitate

33140000-3			ASP-001-4 (produs după cerințele specificației tehnice a AC, conform declarației de la producător)			1. 1 buc.: câmp angiogram - 270x300cm (+/-5cm); integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm (+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic 5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant. 7. 2X boluri de 100- 120ml transparent 8. Bol tip renal 9. Recipient polipropilena 2500 ml cu aripioare 10. minim 4 Servetele celuloza 40x50cm (+/-5cm) 11. Forceps 12 cm (+/-2cm) verde din plastic 12. bol 250ml gradat cu capac 13. forceps pentru albituri 12cm (+/-2cm) 14. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se	toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm (+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic 5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant. 7. 2X boluri de 100- 120ml transparent 8. Bol tip renal 9. Recipient polipropilena 2500 ml cu aripioare 10. minim 4 Servetele celuloza 40x50cm (+/-5cm) 11. Forceps 12 cm (+/-2cm) verde din plastic 12. bol 250ml gradat cu capac 13. forceps pentru albituri 12cm (+/-2cm) 14. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se 15. Seringă luerlock 20 ml rezistentă la proceduri sub presiune alunecarea glisanț a pistonului, se va exclude setringile cu miscare sacadata. *Certificat CE și declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin	CE, ISO, Declarație de conformitate
------------	--	--	---	--	--	--	---	-------------------------------------

33140000-3			ASP-001-3 (produs dupa cerintele specificatiei tehnice a AC, conform declaratiei de la producator)			1. 1 buc.: Camp angiografic - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumental - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. minim 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 pereche; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; a)pirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru	toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumental - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. minim 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 pereche; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; a)pirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscricționat cu eticheta "risc biologic".	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	274	Lot 274: Set TUR steril	UTSP-004	Turcia	Su Biomedical	pîlnie p/u colectarea materialului biologic înlăturat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat p/u masă de istumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc	1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pîlnie p/u colectarea materialului biologic înlăturat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat p/u masă de istumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	305	Lot 305: Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga 500ml	GT029-610	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Volum 500ml	Volum 500ml	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	308	Lot 308: Sistema pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu	GT012-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml	transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml	CE, ISO, Declarație de conformitate

33140000-3	312	Lot 312: Sisteme stomice	GT030-300	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1. Flanșă plină adecvată pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșă ce se poate decupa până la 80mm. 2. Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material neșut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid.	hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșă ce se poate decupa până la 80mm. 2. Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material neșut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	313	Lot 313: Sondă (cateter) urinară Foley CH 6 (F) două canale	GT022-900	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1. Dimensiuni: CH 6 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2. Model: cu 2 (două) canale 3. Material: silicon, transparent, 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac. 7. Valva Luer și Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	1. Dimensiuni: CH 6 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2. Model: cu 2 (două) canale 3. Material: silicon, transparent, 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac. 7. Valva Luer și Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	314	Lot 314: Sondă (cateter) urinară Foley CH 10 (F) două canale	GT022-900	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1. Dimensiuni: CH 10 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2. Model: cu 2 (două) canale 3. Material: silicon, transparent, 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac. 7. Valva Luer și Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	1. Dimensiuni: CH 10 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2. Model: cu 2 (două) canale 3. Material: silicon, transparent, 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac. 7. Valva Luer și Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	315	Lot 315: Sondă (cateter) urinară Foley CH 16 (F) trei canale	GT022-900	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1. Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2. Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac 7. Valva Luer și Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	1. Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2. Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac 7. Valva Luer și Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	316	Lot 316: Sondă (cateter) urinară Foley CH 18 (F) trei canale	GT022-900	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1. Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2. Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac 7. Valva Luer și Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	1. Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2. Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac 7. Valva Luer și Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	CE, ISO, Declarație de conformitate

33140000-3	317	Lot 317: Sondă (cateter) urinară Foley CH 20 (F) trei canale	GT022-900	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	318	Lot 318: Sondă (cateter) urinară Foley CH 22 (F) trei canale	GT022-900	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Dimensiuni: CH 22 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 22 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	319	Lot 319: Sondă (cateter) urinară Foley CH 24 (F) trei canale	GT022-900	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Dimensiuni: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	321	Lot 321: Sondă (cateter) urinară Foley CH 8 (F) două canale	GT022-900	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Dimensiuni: CH 8 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 8 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	323	Lot 323: Sonda pentru alimentatie 4F	GT018-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Marcarea FG - 4(F) Lungimea - 50cm x 1.33mm Material PVC (Polyvinil chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control	Marcarea FG - 4(F) Lungimea - 50cm x 1.33mm Material PVC (Polyvinil chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	327	Lot 327: Sonde pentru alimentare 8Fr	GT018-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	8 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril	8 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	238	Lot 328: Sonde gastro-duodenale 16Fr	GT019-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril	16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	329	Lot 329: Sonde gastro-duodenale 14Fr	GT019-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril	14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	345	Lot 345: Stilet (bougie) intubație pentru intubație dificilă. Adulți	GT014-800	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Virf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Virf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil	CE, ISO, Declarație de conformitate

33140000-3	346	Lot 346: Stilet (bougie) intubație pentru intubație dificilă. Neonatal	GT014-800	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Virf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Virf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	347	Lot 347: Stilet (bougie) intubație pentru intubație dificilă. Pediatric	GT014-800	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Virf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Virf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	353	Lot 353: Termomentru medical electronic	GT004-223	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Sfera de aplicare: axilar, rectal, oral Interval temperatura masurata: 36-43 °C Eroare admisibile: 0.1 °C	Tip: electronic Sfera de aplicare: axilar, rectal, oral Interval temperatura masurata: 36-43 °C Eroare admisibile: 0.1 °C	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	379	Lot 379: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 10.0	GT014-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cat mai mică pentru a scădea riscul	10.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cat mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cat mai bun cu traheea. Steril	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	384	Lot 384: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 6.5	GT014-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cat mai mică pentru a scădea riscul	6.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cat mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cat mai bun cu traheea. Steril	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	385	Lot 385: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.0	GT014-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cat mai mică pentru a scădea riscul	7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cat mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cat mai bun cu traheea. Steril	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	386	Lot 386: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.5	GT014-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cat mai mică pentru a scădea riscul	6.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cat mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cat mai bun cu traheea. Steril	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	387	Lot 387: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0	GT014-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cat mai mică pentru a scădea riscul	7.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cat mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cat mai bun cu traheea. Steril	CE, ISO, Declarație de conformitate
33140000-3	388	Lot 388: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5	GT014-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	8.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cat	la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cat mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cat mai bun cu traheea. Steril	CE, ISO, Declarație de conformitate

331400003	405	Lot 405: Urinar pentru barbate	GT138-104	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	volum 1200ml, material plastic	volum 1200ml, material plastic	CE, ISO, Declaratie de conformitate
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-------	---	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Semnat:_____ Numele, Prenumele: DIANA TUTUNARU În calitate de: JURIST

Ofertantul: NATUSANA SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31

