

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21661840/ ocds-b3wdp1-MD-1785409312624, din 10/08/2026	Data: 10/08/2026	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Utilaj specializat pentru laboratoarele din cadrul Departamentului Alimentație și Nutriție.	Lot: 3; 8; 10; 12.	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
42943200-0	3.1	Baie ultrasonica digitalizata	Baie ultrasonica digitalizata	DCG-80H	ISRAEL	MRC	Tip echipament: Baie ultrasonică digitalizată cu încălzire Capacitate utilă: minimum 0,9 L Frecvență ultrasonică: 35 kHz Interval de temperatură: 20 – 80 °C Control temperatură: digital Volum de lucru: baie cu apă, fără sistem de recirculare și fără agitare mecanică Dimensiuni interioare minime: 190 × 85 × 60 mm Dimensiuni exterioare maxime: 205 × 100 × 180 mm Putere consumată: maximum 70 W Clasa de protecție: minimum IP33 Alimentare: 220 V, 50 Hz Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului. Mentenanță cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE.	Tip echipament: Baie ultrasonică digitalizată cu încălzire Capacitate utilă: minimum 0,9 L- Capacitate: 2L; Frecvență ultrasonică: 35 kHz – Frecvență ultrasonică: 40 KHz; Interval de temperatură: 20 – 80 °C – Interval de temperatură: 0 – 80°C Control temperatură: digital – Da, corespunde; Volum de lucru: baie cu apă, fără sistem de recirculare și fără agitare mecanică Dimensiuni interioare minime: 190 × 85 × 60 mm - 150x140x100 Dimensiuni exterioare maxime: 205 × 100 × 180 mm - 190x170x220 Putere consumată: maximum 70 W – 50 W Clasa de protecție: minimum IP33 Alimentare: 220 V, 50 Hz – Da, corespunde Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului. Mentenanță cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE	CE/ISO
38416000-4	8.1	pH-metru	pH-metru	INE-PH200E, pH Mete	ISRAEL	MRC	Tip: De laborator Afisaaj: LCD Accesorii incluse: Electrod (combinat) Bratul electrodului Soluție tampon pentru pH 4.01, 7.00, 9.21 Alimentare: 100-240 V, 50/60 Hz Măsurare pH Domeniu de masura: 0 - 14 pH Acuratete: ±0.01 pH Măsurare mV Domeniu de masura: -2000 - 2000 mV Acuratete: ±1 mV Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului. Mentenanță cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni.	Afisaaj: LCD – Da corespunde; Accesorii incluse: Electrod (combinat) – Da corespunde; Bratul electrodului - Da corespunde; Soluție tampon pentru pH 4.01, 7.00, 9.21 - NIST pH buffer (PH 4.01, PH 7.00, PH 10.01) for one each bottle-50mL*3; Alimentare: 100-240 V, 50/60 Hz - AC Adapter, 100-240V AC input, DC9V output; Măsurare pH – Da corespunde Domeniu de masura: 0 - 14 pH – Domeniul de măsurare: -2.00 to 18.00 pH; Acuratete: ±0.01 pH – Da, corespunde; Măsurare mV – Da, corespunde; Domeniu de masura: -2000 - 2000 mV – Domeniul de măsurare: -1999 to 1999 mV; Acuratete: ±1 mV – Da, corespunde Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului și instruirea personalului. Mentenanță cu reprezentat în țară. Perioada de garanție min. 12 luni.	CE/ISO
38436400-4	10.1	Agitator magnetic cu încălzire	Agitator magnetic cu încălzire	HS-135	ISRAEL	MRC	Frecventa de agitare: 200 - 1500 RPM Platforma agitare: Ø 135 mm sau mai mare Încalzire: Da Temperatura maxima: până la 300 C Alimentare: 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: agitatore magnetice - min. 2 buc. Perioada de garanție min. 12 luni Certificat CE.	Frecventa de agitare: 200 - 1500 RPM – frecventa: 0-1500 rpm Platforma agitare: Ø 135 mm sau mai mare - da Încalzire: Da - da Temperatura maxima: până la 300 C- pana la 350 Alimentare: 220 V, 50 Hz - da Accesorii incluse: agitatore magnetice - min. 2 buc. – da sunt incluse Perioada de garanție min. 12 luni Certificat CE.	CE/ISO
38400000-9	12.1	Refractometru	Refractometru	REF-ABBE	ISRAEL	MRC	De tip Abbe de laborator Domeniu de masura Brix Interval brix: 0 - 95% Rezolutie: 0- 25 % Domeniu de masura indice de refractive Interval indice de refractie: 1.300 - 1.700 nD Rezolutie: 0.0005 nD Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE	De tip Abbe de laborator - Da Domeniu de masura Brix: Interval brix: 0 - 95% - da Rezolutie: 0- 25 % - Da Domeniu de masura indice de refractive: Interval indice de refractie: 1.300 - 1.700 nD - Da Rezolutie: 0.0005 nD – rezolutie 0.0002 nD - Da Oferta prevede instalarea, calibrarea echipamentului. Perioada de garanție min. 12 luni. Certificat CE	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
-----------	---------	--------------	--------------------	-----------------------	-----------------	--------------	---	---	--

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L., Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chișinău, Moldova