

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1663141541471 din 21.09.2022
Obiectul achiziției: Cameră orizontală pentru electroforeză pe gel de agaroză din finanțarea instituțională pentru proiectul științific	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Cameră orizontală pentru electroforeză pe gel de agaroză (<u>compatibilă cu sursa de alimentare electrică model EV245</u>)	EHS3200-SYS	Belgia	Consort	Conform caietului de sarcini	Cameră orizontală pentru electroforeză pe gel de agaroză , pentru realizarea testelor de biologie moleculară cu utilizarea metodei clasice PCR prin migrarea ampliconilor ADN în gel de electroforeză. Dimensiune gel: 9x11 cm Volum bufer: 600 mL Volum gel (la 0.5 cm): 50 mL Capacitate: 36 probe Fante pentru pieptene: 2 Dimensiunea: 15x22x9.5 cm Funcționare: 90V la 5V/cm Tava cu gel transmisibil UV: DA Include: camera de electroforeză, 2 pieptene, tavă UVT pentru gel 9x11 cm. <u>cameră orizontală pentru electroforeză pe gel de agaroză, compatibilă cu sursa de alimentare electrică model EV245.</u>	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau