

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1665054949303 din 25.10.2022

Obiectul de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 19)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	8	Analizator automat pentru investigații de laborator al sistemului de hemostază	Analizator automat pentru investigații de laborator al sistemului de hemostază	Coatron A4	Germania	TECO Medical Instruments Production and Trading GmbH	Analizator de hemostază automatizat, sistem semiînchis sau închis sau deschis cu cel puțin 4 canale de măsurare simultane. Viteza de lucru de la 50 teste/oră. Analizator dotat cu sisteme de dozare, sistem de detectare a nivelului de reagenți și volumului rămas de reagenți, dotat cu seringi și ace noi acoperiți cu materiale de protecție, sistem de detectare a nivelului de plasmă, sistem de citire a barcodurilor de pe eprubete, sistem de detecție a prezenței/absenței eprubetei în rak-ul analizatorului, sistemul optic de măsurare să fie funcționabili. Toate sisteme de dozare și modulul optic de măsurare să fie calibrate de producător, însoțite de certificat de calibrare de la producător. Soft încorporat instalat și activ, compatibil cu Windows. Limbele softului RU/RO/ENG/FR. Toate aplicațiile softului să fie deschise pentru utilizator medic/laborant. Posibilitate de conectare la LIS prin Ethernet și citirea eprubetelor barcodate. Memorie cu stocarea rezultatelor investigațiilor, posibilitate de stocare pe USB extern. Memorie pentru stocarea controlului intern de calitate în sistem Lewy-Genings. Softul să aibă programate aplicațiile pentru invesigarea Activității Protrombinei după Quick, Fibrinogenul după Claus, APTT, TT, D-dimeri cantitativ și alte investigații al sistemului de hemostază. Metode de analizare: clotting cu detecție optică sau optomecanic, immunoturbidimetrie, cromogenice. Garanție de import și procurarea consumabilelor specifice analizatorului pe piața RM. Instalarea totată și instructaj de către serviciul ingineresc al agentului economic cîștigător. În contract de vânzare a analizatorului să fie prevăzute pe perioada uzurei analizatorului deserviri ingineresti gratuite din partea agentului economic, executarea mentenanțelor la 6 și 12 luni specifice - gratuite. Manualul de utilizare a analizatorului în limba de stat, sau un ghid scurt de utilizare pe aplicații și mentenanțe în limba de stat.	Analizator de hemostază automatizat, sistem închis cu 4 canale de măsurare simultane. Viteza de lucru de la 50 teste/oră. Analizator dotat cu sisteme de dozare, sistem de detectare a nivelului de reagenți și volumului rămas de reagenți, dotat cu seringi și ace noi acoperiți cu materiale de protecție, acul are o acoperire ceramică hidrofobă interioară, sistem de detectare a nivelului de plasmă, sistem de citire a barcodurilor de pe eprubete -"Laser Barcode reader for samples and reagents", sistem de detecție a prezenței/absenței eprubetei în rak-ul analizatorului, sistemul optic de măsurare funcționabil. Toate sisteme de dozare și modulul optic de măsurare sunt calibrate de producător, însoțite de certificat de calibrare de la producător. Soft încorporat instalat și activ, compatibil cu Windows. Limbele softului RU/RO/ENG/FR. Toate aplicațiile softului sunt deschise pentru utilizator medic/laborant, programator de acces aleatoriu. Profilurile pot fi realizate pentru un grup de utilizatori sau selectiv. Posibilitate de conectare la LIS prin Ethernet și citirea eprubetelor barcodate. Memorie cu stocarea rezultatelor investigațiilor, posibilitate de stocare pe USB extern, baza de date fiind până la 1 milion de rezultate. Memorie pentru stocarea controlului intern de calitate în sistem Lewy-Genings. Softul are programate aplicațiile pentru invesigarea Activității Protrombinei după Quick, Fibrinogenul după Claus, APTT, TT, D-dimeri cantitativ și alte investigații al sistemului de hemostază, (Certificatul de performanță se anexează.). Metode de analizare: clotting cu detecție optică sau optomecanic, immunoturbidimetrie, cromogenice. Garanție de import și procurarea consumabilelor specifice analizatorului pe piața RM. Instalarea totată și instructaj de către serviciul ingineresc al agentului economic cîștigător. În contract de vânzare a analizatorului va fi prevăzut pe perioada uzurei analizatorului deserviri ingineresti gratuite din partea agentului economic, executarea mentenanțelor la 6 și 12 luni specifice - gratuite. Manualul de utilizare a analizatorului în limba de stat, sau un ghid scurt de utilizare pe aplicații și mentenanțe în limba de stat. (Broșura și manualul se anexează)	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; Autorizație

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9