

Specificații tehnice (F 4.1)

MTenderID: ocds-b3wdp1-MD-1758709403190						
Obiectul achiziției: “Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.24)”						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă (poziția 1.1)	CENTRIC CF 220 IVD	Slovenia	DOMEL, D.O.O.	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație (să cuprindă intervalul): Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori: Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare. obligatoriu Parametri eprubetă: Compatibilă cu eprubete cu dimensiunile: 17mm diametru x 102 mm lungime.	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație (cuprinde intervalul): Minimală, rpm 200 Maximală, rpm 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8 tuburi Timer: Diapazon de timp 10 secunde - 99 min 50 sec Incrementarea: 10 secunde Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Indicatori: Indicatori vizual și acustic Debalansare Pornire/oprire Capac deschis Display Digital Nivelul de zgomot ≤ 60 dB Fereastra pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare Parametri eprubetă: inclus rotor RA 8/15, compatibil cu eprubete cu dimensiunile: 17 mm diametru x 120 mm lungime.	DM000528585

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44