

Specificații tehnice								
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
<b>Numărul licitației:</b>		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1662112521797				Data: „23”09 2022		
<b>Denumirea licitației:</b>		Monitor Fetal				Alternativa nr.: _____		
						Pagina: __ din __		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1			2	3	4	5	6	8
3310000-1	1	Mnitor Fetal	Mnitor Fetal	AFM-800P	China	ARI	<p>Specificare tehnicii. 1: Cardiomonitor fetal            Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG            Tipul pacientului- fetal și maternal;            Antepartum -da;            Intapartum -da;            Internal fetal parametrs: DECO, IUP;            Maternal parametrs: MEGC, Pulse. Optional: NBP, SpO2; NST timer - da            Ultrasunet- unda continua sau pulastiva- I ... 2,5 MHz; CL Ultrasound transducer - da;            CL ECG IUP transducer - da;            CL Toco + MP transducer - da;            Frecventa cardiaca a fatului- 30-240 bpm;            Activitatea uterina- da;            Referinta control zero - da;            Calibrare - frecventa cardiaca la fat, contractii uterine;            Numa.ml de canale - 2;            Imprimanta-termica,incorporata;            Alarme -vizuale și acustice;            Display - 5-8 inch;            Afisaj= LCD, color;            Conexiunea PC - da;            Timpul de operare a bateriei - min 3 ore;            Alimentarea- 220 V, 50 Hz;            Accesorii: hlrte pentru imprimanta - 5 buc;            electrozi- setul complet;            gel de contact- I I;            support pe rotile (modelul)</p>	<p>Specificare tehnicii. 1: Cardiomonitor fetal            Cardiomonitor fetal cu posibilitatea înregistrării ECG            Tipul pacientului- fetal și maternal;            Antepartum -<b>da</b>;            Intapartum -<b>da</b>;            Internal fetal parametrs: DECO, IUP;            Maternal parametrs: MEGC, Pulse. Optional: NBP, SpO2; NST timer - <b>da</b>            Ultrasunet- unda continua sau pulastiva- I ... 2,5 MHz; CL Ultrasound transducer - <b>da</b>;            CL ECG IUP transducer - <b>da</b>;            CL Toco + MP transducer - <b>da</b>;            Frecventa cardiaca a fatului- 30-240 bpm;            Activitatea uterina- <b>da</b>;            Referinta control zero - <b>da</b>;            Calibrare - frecventa cardiaca la fat, contractii uterine;            Numa.ml de canale - 2;            Imprimanta-termica,incorporata;            Alarme -vizuale și acustice;            Display - <b>12</b> inch;            Afisaj= LCD, color;            Conexiunea PC - <b>da</b>;            Timpul de operare a bateriei - min 3 ore;            Alimentarea- 220 V, 50 Hz;            Accesorii: hlrte pentru imprimanta - 5 buc;            electrozi- setul complet;            gel de contact- I I;            support pe rotile (modelul)</p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_