

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1687776320578					Data: 12.07.2023		
Denumirea licitației: Achiziționarea Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare (repetat)					Pagina 1 din 1		
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	<i>Lotul 4</i>						
4	Etuvă	DOVF-125-001	Spania	LabBox	Conform caietului de sarcini	Carcasa exterioara metalica vopsita cu rasina epoxidica. Camera interioara din otel inoxidabil oglinda. Temperaturi de lucru de la 5 ° C la 300 ° C. Rezoluție: 1,0 ° C. Fluctuația temperaturii: ± 1°C. Incalzirea pina la 150°C - 60 min. Volumul camerei de lucru 125 litri,. Reglarea temperaturii prin microprocesor cu funcții precum protecție la supratemperatură, alarmă de defecțiune a senzorului, funcționare cu temperatură fixă, funcție de temporizare (0-999 min), corectare a abaterii, blocarea parametrilor interni etc. Omogenitate și stabilitate temperaturii. Controller cu afisaj LCD. Picioare reglabile pentru a facilita instalarea si nivelarea cuptorului. Ușă cu fereastră cu deschidere la 180° cu sticlă securizată termică dublă pentru control extern, fără variații de temperatură în camera interioară. Convecția aerului naturală. Comutator ventilator standard care permite funcționarea si cu convecție fortata . Usor de curatat. Se livreaza cu doua tavi grilaj reglabile pe inaltime . Încărcarea maximă kg ≥ 30kg, Încărcarea pe raft kg ≥ 10 kg . 220-240 V / 50-60 Hz.	

Valabilitatea ofertei - 60 zile

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

In calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chişinău, bd. Decebal, 17/Z-7**