



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul licitatiei: 21572288 din 01.03.2026
Denumirea licitatiei: Achiziționarea serviciilor de mentenanță a stației de producere a oxigenului medical SUMER

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificația tehnică propusă, Standarde de referință
Lot 1.					
1.1	50400000-9	Generator de oxigen Model OxyFresh 200	1 Buc.	Verificare/Testare/Calibrare Verificare UPS Schneider Electric Schimbare filtre Generator de oxigen MHA65-D(1 buc); MHA65-DS(1 Buc) odata la 2000 ore in sarcina.(filtrele nu sunt incluse)	Verificare/Testare/Calibrare Verificare UPS Schneider Electric Schimbare filtre Generator de oxigen MHA65-D(1 buc); MHA65-DS(1 Buc) odata la 2000 ore in sarcina.(filtrele nu sunt incluse)
1.2		Senzor de Zirconiu Generator de Oxigen (ZIR-OXY-SENS)	1 Buc.	La Solicitare	La Solicitare

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.3		Amortizoare de zgomot la Generatorul de oxigen	1 Buc.	La Solicitare	La Solicitare
1.4		Compresor de aer Model SK25/ 11bar	1 Buc.	KIT B (la solicitare): -Pinza de filtru 1 -Spuma radiator -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) Alte Lucrari: -Verificarea curea de antrenare -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare	KIT B (la solicitare): -Pinza de filtru 1 -Spuma radiator -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) Alte Lucrari: -Verificarea curea de antrenare -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).
1.5		Compresor de aer Model SK25/ 11bar	1 Buc.	KIT C (la solicitare): -Pinza de filtru 1 -Spuma radiator	KIT C (la solicitare): -Pinza de filtru 1 -Spuma radiator

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				-Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Curea trapezoidala 1 - Kit Intretinere supapa min. presiune 1 -Kit intretinere supapa admisie 1 -Kit intretinere supapa comanda aerisire 1 -Kit intretinere supapa termostatica 1 -Kit intretinere rulmenti 1 Alte Lucrari: -Verificarea curea de antrenare -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).	-Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Curea trapezoidala 1 - Kit Intretinere supapa min. presiune 1 -Kit intretinere supapa admisie 1 -Kit intretinere supapa comanda aerisire 1 -Kit intretinere supapa termostatica 1 -Kit intretinere rulmenti 1 Alte Lucrari: -Verificarea curea de antrenare -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatlui -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).
1.6		Uscator de Aer Model iDFA-60 (SMC/Japonia)	1 Buc.	1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File”	1)Masina curatata:

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare	• Verificarea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectarea unitatii pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificare circuit frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. • Măsurare și înregistrare amperajul. Verificare dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectare furtunuri flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificare funcționare. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare
1.7		Sistemul de filtrare aer MHA-260/G + G01; MHA-260/H; MHA-260/C; MHA-260/DS (antibacterial). Verificare/Curatare Purje.	1 Buc.	Cartus Filtru (P)= 1 buc Cartus Filtru (G)= 1 buc Cartus Filtru (H)= 1 buc Cartus Filtru (D)= 1 pcs Curatare/Ungere Filtru separator ciclonic= 1 buc Purja mecanica pentru filtre= 4 buc Pretul include schimbarea cartusilor	Cartus Filtru (P)= 1 buc Cartus Filtru (G)= 1 buc Cartus Filtru (H)= 1 buc Cartus Filtru (D)= 1 pcs Curatare/Ungere Filtru separator ciclonic= 1 buc Purja mecanica pentru filtre= 4 buc Pretul include schimbarea cartusilor

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.8	Rezervor de Aer 500L (Model AVT500/11 bar) Purja automata: model RD50016-15G	1 Buc.	Verificare Scurgeri Verificare purja automata.	Verificare Scurgeri Verificare purja automata
1.9	Rezervor de Oxigen AISI304 500L (Model AVT500/11 bar)	1 Buc.	Verificare Scurgeri	Verificare Scurgeri
1.10	Sistem de filtrare antibacterian a oxigenului medic Model MHA- 65/D+MHA-65/DS	1 Buc.	Schimbare elemente filtrante: -Model MHA-65/D -Model MHA-65/DS	Schimbare elemente filtrante: -Model MHA-65/D -Model MHA-65/DS
1.11	Senzor de Oxigen Model OX-600 (RKI)	1 Buc.	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)
1.12	Detector de fum cu alarma	1 Buc.	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)
1.13	Rampa cu butelii de rezerva Model:Model PF-5121- 00O2 + PF-	1 Buc.	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare garnituri la necesitate (pret neinclus)	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare garnituri la necesitate (pret neinclus)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	40UT-000P+PF-4202-00O2+PF-3902-0000+PF-40DF-S0O2+KT-4200-00EV+KT-4200-0010+KT-2200-2000+KT-2200-HWA1+AQ-2521-0001			
1.14	Control and Reducer Panel O2 MGSAPL6 + Transducer 0-16 bar (cod. 10201010016)	1 Buc.	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare garnituri la necesitate.	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare garnituri la necesitate.
1.15	Conditioner Boche	1 Buc.	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)	Verificare/Testare/Calibrare Schimbare Baterii la necesitate (pret neinclus)
1.16	Filtru de admisie a aerului în container (Conform ISO 16890; Filter Class G3 - G4)	1 Buc.	Verificare/Curatare Schimbare Filtru la necesitate (pret neinclus)	Verificare/Curatare Schimbare Filtru la necesitate (pret neinclus)
1.17	Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător.	1 Buc.	Verificare/Curatare Schimbare element incalzitor la necesitate (pret neinclus)	Verificare/Curatare Schimbare element incalzitor la necesitate (pret neinclus)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

1.18		Panou electric	1 Buc.	Verificare Panou electric Verificare si stergere erori de pe releul de tensiune	Verificare Panou electric Verificare si stergere erori de pe releul de tensiune
1.19		Manopera	1 Buc.	Lucrari pentru alte activitati se achita conform tarifului pe ore de activitati desfasurate(ora de munca incepe din momentul deplasarii catre beneficiar de la sediul prestatorului)	Lucrari pentru alte activitati se achita conform tarifului pe ore de activitati desfasurate(ora de munca incepe din momentul deplasarii catre beneficiar de la sediul prestatorului)

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul licitatiei: 21572288 din 01.03.2026
Denumirea licitatiei: Achiziționarea serviciilor de mentenanță a stației de producere a oxigenului medical SUMER

Cod CPV	Nr. d/0	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
50400000-9	1	Mentenanța stației de producere a oxigenului medical SUMER	Buc.	1	164.880,00	197.856,00	164.880,00	197.856,00
	TOTAL						164.880,00	197.856,00

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.