

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100 000-1	6	Videolaringoscop flexibil	Videolaringoscop flexibil	Videolaringoscop flexibil Descriere: Este folosit pentru examinarea clinică a cavității nazale, laringelui și a gâtului Parametru Specificație Diametrul de inserție distală 3-3,9mm Diametrul proximal 3-3,9mm Ecran LCD color minim 8" integrat cu port USB, port SD meniu digital Iluminare LED Memorare poză Obligatoriu Înregistrare video Obligatoriu Funcția Freeze Obligatoriu minim 3 butoane de comandă Câmp vizual 85-120° Focusare imagine în adâncime: minim 5 până 50mm Gradul de îndoire a vârfului distal minim 130° stanga/dreapta Accesorii: Cablu USB Cablu Video Pedala pentru operațiuni de amplificare și înghețare-opțional Tester scurgeri 1 bucată Capac pentru sterilizare Inel de etanșare pentru tester de scurgere 3 bucă Capac de protecție pentru capatul distal - 1 bucată Leduri de rezervă 3 bucăți, dacă sunt schimbabile	Da, Mindsion, VS100+BF30 Da, inclusiv pentru intubare Da, 3.8mm Da, 3.8mm Da, 10" Da, USB, SD-CARD Da, LED Da, JPG,BMP Da, MP4 Da Da, 3 butoane + ecran Touch Screen Da, 120 mm Da, 3-200mm Da, 180/130 Da, toate accesoriile și cablurile necesare incluse în set, inclusiv cablu pentru monitor extern Da, prin adapter USB Da, Nu este cazul Da, inclus Da Nu este cazul, >10 000 ore de lucru	DM000835413 DM000836753