

**SPECIFICAȚII TEHNICE**  
**pentru IMSP Institutul de Medicină Urgență**

Numărul procedurii de	ocds-b3wdp1-MD-1675064420798 / 21072509	din 22 februarie 2023
Obiectul de achiziție: <b>Deservire și întreținere dispozitive medicale - 2023</b>		

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
4	50421000-2 Analizator hematologic Sysmex KX – 21N	KX-21N	Sysmex	Japonia	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Curățați camera de TD și linia de proba diluată. (Execute închidere.)</li> <li>– Verificați nivelul Camera capcană, și aruncați în cazul în care consideră.</li> <li>– Curățați supapa rotorului (SRV) țava eșantion.</li> <li>• Întreținerea lunară (sau la fiecare 2500 Probele)</li> <li>– Curățați camera de deșeu (clătire secvență).</li> <li>– Curățați traductorul (clătire secvență).</li> <li>• Fiecare întreținere de 3 luni (sau la fiecare 7500 de probe)</li> <li>– Curățați supapa rotorului eșantion (SRV).</li> <li>• Întreținere de necesități</li> <li>– Auto Clățiți</li> <li>– Curățați Cupa clătire.</li> <li>– WBC / RBC Clean traductor deschidere.</li> <li>– Înlocuiți rezervorul de deșeu</li> </ul> Serviciile vor fi prestate trimestrial	Conform condițiilor licitației	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive
8	50421000-2 Analizator biochimic "BS-200, Mindray"	BS-200	China	Mindray	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;</li> <li>–Curațarea părților de lucru;</li> <li>–Calibrarea dispozitivului;</li> <li>–Curățarea acelor funcționale cu apă distilată;</li> <li>–Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic;</li> <li>–Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale;</li> <li>–Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor;</li> <li>–Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program;</li> </ul> Serviciile vor fi prestate trimestrial	Conform condițiilor licitației	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive
9	50421000-2 Analizator hematologic "XN-1000i, Sysmex"	XN-1000i	Japonia	Sysmex	<ul style="list-style-type: none"> <li>–Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;</li> <li>–Curațarea părților de lucru;</li> <li>–Calibrarea dispozitivului;</li> <li>–Curățarea acelor funcționale cu apă distilată;</li> <li>–Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic;</li> <li>–Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale;</li> <li>–Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor;</li> <li>–Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program;</li> </ul> Serviciile vor fi prestate trimestrial	Conform condițiilor licitației	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
0	1		2	3	4	5	6	7
10	50421000-2	Coagulometru "CA-560, Sysmex"	CA-560	Japonia	Sysmex	<p>Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;</p> <p>-Curațarea părților de lucru;</p> <p>-Calibrarea dispozitivului;</p> <p>-Curățarea acelor funcționale cu apă distilată;</p> <p>-Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic;</p> <p>-Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale;</p> <p>-Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor;</p> <p>-Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program;</p> <p>Serviciile vor fi prestate trimestrial</p>	Conform condițiilor licitației	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive
11	50421000-2	Analizator ionometric "HumaLyte Plus 5, HUMAN"	HumaLyte Plus 5	Germania	HUMAN	<p>Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia;</p> <p>-Curațarea părților de lucru;</p> <p>-Calibrarea dispozitivului;</p> <p>-Curățarea acelor funcționale cu apă distilată;</p> <p>-Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic;</p> <p>-Efectuarea inspecțiilor și verificărilor generale;</p> <p>-Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor;</p> <p>-Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program;</p> <p>Serviciile vor fi prestate trimestrial</p>	Conform condițiilor licitației	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive
12	50421000-2	Analizator ABL800 Flex	ABL800 Flex	Radiometer	Danemarca	<p>Mentenanța preventivă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•testarea pCO2,pO2, electrolit si electrod</li> <li>•înlocuire șaibă de intrare</li> <li>• verificare nivelul în calomel si electrod</li> </ul> <p>Mentenanța trimestrială:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umplere din nou calomelul si electrodul</li> <li>• înlocuire ventilatorul cu tot cu filtru</li> </ul> <p>Mentenanța simestrială :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• înlocuire tuburi de la pompă</li> </ul> <p>Cînd este necesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• înlocuire Soluție (1) și (5)</li> <li>• înlocuire contaiener recipient</li> <li>• curățare cameră de măsură</li> <li>• înlocuire electrod (dupa manual)</li> <li>• înlocuire printer cu hirtie</li> <li>• înlocuire cilindru CO2</li> <li>• îndeplinire decontaminării</li> <li>• curățarea acoperirii frontale</li> </ul> <p>Serviciile vor fi prestate trimestrial</p>	Conform condițiilor licitației	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
0	1		2	3	4	5	6	7
16	50421000-2	Sterilizator cu aburi Matachana 1008-E2	1008E2	Matachana	Spania	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reînnoirea sistemului software la cea mai actuală versiune</li> <li>- Verificarea sistemului de purificare a apei</li> <li>- Testarea pompei de vacuum și a celei de aer</li> <li>- Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare</li> <li>- Curățarea și lubrifierea părților mecanice</li> <li>- Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cît și de apă</li> <li>- Curățarea rezervorului de apă</li> <li>- Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare)</li> <li>- Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice</li> <li>- Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui</li> <li>- Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program</li> </ul> Serviciile vor fi prestate trimestrial	Conform condițiilor licitației	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive
17	50421000-2	Mașină de spălare și dezinfecție Matachana MAT LD521 XLS	MAT LD521 XLS	Matachana	Spania	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea sistemului de asigurare cu detergenți, curățarea gnrurilor</li> <li>- Verificarea sistemului de purificare a apei</li> <li>- Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare</li> <li>- Curățarea și lubrifierea părților mecanice</li> <li>- Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cît și de apă</li> <li>- Curățarea rezervorului de apă</li> <li>- Verificarea funcționalității printerului</li> <li>- Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice</li> <li>- Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui</li> <li>- Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program</li> <li>- Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</li> </ul> Serviciile vor fi prestate trimestrial	Conform condițiilor licitației	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**