

泰州市康平医疗科技有限公司

Taizhou Kangping Medical Science And Technology Co., Ltd.

酒精片质量检验单

CERTIFICATE OF ANALYSIS OF ALCOHOL PAD

规格 (SPECIFICATION)		卷数 (QUANTITY)	箱数 (CARTONS)
30mm x 60mm,100pcs/box		6000 BOX	60
序号 NO.	检验项目 Testing Items	标准要求 Standard	检验结果 Results
1	外观要求 Appearance	1. 产品应清洁。 The pad must be clean.	OK
		2. 无破洞和杂物, 色泽均匀。 No hole, the colour should be even.	OK
2	产品尺寸 Size of pad	3. $30\pm 2\text{mm} \times 60\pm 2\text{mm}$	30mm x 60mm
	包装袋尺寸 Size of bag	4. $50\pm 2\text{mm} \times 50\pm 2\text{mm}$	50mm x 50mm
3	无纺布平方克重 Non woven weight of per square	5. 每平方米重量不少于 40 ± 2 克。 Not less than $40\text{g}\pm 2 \text{ g/m}^2$.	40g/m ²
4	酒精片重量 Weight of 70% alcohol pad	6. $0.4\pm 0.05\text{g}$	0.4g
5	密封效果 Seal quality	7. 四周密封良好, 在 3kpa 的压力下, 无任何泄漏。 Sides should be sealed good, no any leakage after pressed by pressure 3kpa	OK
质检科意见 Comments From Inspection Section		经质检科确认, 产品质量符合 BP1988 要求。 The above results complied with BP1988 standard.	
备注 (Remarks)		Batch No.: 20211001D Mfg. Date:10-2021 Exp. Date: 10-2026	

检验 Inspector: Chenlan

核校 Corrector: Wang Shengli

批准 Ratifier: Zhu Ziqing

日期 Date: 2021-10-27

泰州市康平医疗科技有限公司 陈阿平

Taizhou KangPing Medical Science And Technology Co.,Ltd