

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1726152695332 / 21277361 din 18.10.2024							
Denumirea procedurii de achiziție:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 21)							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	14	Centrifugă de laborator	Centrifugă de laborator	Centrifuga DM0424 + Rotor A24-15P (Cat.nr.19400101) +Adaptor A15P22 (Cat.nr.19500021)	CHINA	DLAB	Rotorul: (90 grade) Posibilitatea utilizării 24 eprubete 10-12ml Tuburi utilizate până la 16,8 x 115MM, diametru în rândul exterior pana la 140 mm Viteza maxima de 3500 rpm Viteza minima de 100 RPM Pasul schimbării vitezelor 100 rotații Display electronic Da Butoane de schimbare a vitezei de centrifugare Da Clapa pentru a bloca și debloca capacul Da Posibilitatea de a opri centrifuga și de a deschide capacul, în caz de necesitate. Da Posibilitatea de a schimba accelerația și de a opri rotorul (forțat și lent) Da Viteza de centrifugare și timpul rămas sunt afișate în timp real pe display Da Camera de centrifugare este produsa din oțel inoxidabil Da Termen de garanție : 24 luni Alimentare: 220-230V-50/60Hz	Centrifugă de laborator (24 tuburi)DM0424 + Rotor A24-15P +Adaptor A15P22 - <i>Catalog- paj.96,97;</i> Cod 150920 Descriere: centrifugarea singelui ,urinei,maselor Parametrul , Specifica: <i>User Manual pag.5</i> Viteza de rotație: Minimală- 500 rpm Maximală, rpm≥ 4000 - User manual pag.5 Setarea vitezei - (500-4000 rpm), schimbării vitezelor -step: 100 rpm - <i>User Manu</i> Capacitatea Tipul tuburilor : 50 ml x4 ; 15 ml x2- Numărul de tuburi- 24 unitati TimerDiapazon minim de timp- ≥ 99 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea,Blocarea capacului în timpul lucrului- Da (lacat electronic care se blocheaza odata cu inceperea regimului de lucru ; la finisarea regimului de lucru se aude signalul sonor si capacul se deschide automat) Indicari vizual și acusti- Da Posibilitatea de a opri centrifuga și de a deschide capacul, în caz de necesitate - Da User manual pag.11,figura 6.1 Debalansare - Da - Centrifuga dispune de 4 picioruse de silicon care se lipeesc de suprafata mesei pe care este amplasata,ceea ce nu permite debalansarea si vibrarea	 ul Declarația de Conformitate CE pentru echipament electronic; ISO; CE

Nume: Varman Irina În calitate de: Director_

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6

semnat electron