

SPECIFICAȚII TEHNICE

Solicitant: IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1770381202179 / 21561924	din 13 februarie 2026
Obiectul de achiziției:	Achiziționarea reagenților și materialelor de control hematologic necesar pentru analizatoarele de tip închis, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani pentru lunile martie-aprilie 2026	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
4		Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis), (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)						
4.1	33696500-0	CELLPACK DCL 20 lit. - reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare	CELLPACK DCL	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 20 lit Componența: Sodium chloride 0,7%, Tris bufer 0,2%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului	Conform cerințelor; ambalaj 20 L; Produsul este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
4.2	33696500-0	SULFOLYSER 3 x 500 ml- reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge	SULFOLYSER	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 3 x 500 ml Componența: Sodium lauryl sulfate 1,7 g/L. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 3x500 ml; Produsul este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
4.3	33696500-0	LYSERCELL WNR 5 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor	LYSERCELL WNR	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 5 lit. Componența: Organic quaternary ammonium salts 0,20%, Nonionic surfactant 0,10%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 5 L; Produsul este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
4.4	33696500-0	LYSERCELL WDF 2 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor	LYSERCELL WDF	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 2 lit. Componența: Organic quaternary ammonium salts 0,07%, Nonionic surfactant 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2 L; Produsul este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
4.5	33696500-0	FLUOROCCELL WNR 2 x 82 ml- reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat și lizat	FLUOROCCELL WNR	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 2 x 82 ml Componența: Polymethine 0,005%, Ethylene glycol 99,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2x82 ml; Produsul este original de la producătorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
4.6	33696500-0	FLUOROCCELL WDF 2 x 22 ml- reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat	FLUOROCCELL WDF	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 2 x 22 ml Componența: Polymethine 0,002%, Methanol 3,0%, Ethylene glycol 96,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2x22 ml; Produsul este original de la producătorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
4.7	33696500-0	CELLPACK DFL 1 lit.- diluant pentru analiza reticulocitelor	CELLPACK DFL	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 1 lit. Componența: Tricine buffer 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 1 L; Produsul este original de la producătorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
4.8	33696500-0	CELLCLEAN 50 ml- soluție de spălare concentrată	CELLCLEAN	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 50 ml Componența: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produsul este original de la producătorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
4.9	33696500-0	XN CHECK 3 x 3 ml- set de materiale de control (3 nivele - scăzut, normal, înalt)	XN CHECK	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 3 x 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 3x3 ml; Produsul este original de la producătorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**