

Specificații tehnice

Anexa nr. 22  
la Documentația standard din  
Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15 septembrie 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1651847965407	Data: 18 iunie 2022
Obiectul achiziției:	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022	Lot: 38,39,43

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
3310000-1	38	Termometru mecanic Cod 260600	Termometru fara mercur Model: CR.W00 DM000213618	China	Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.	Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur; Rezoluție 0.1 grade; Acuratețe 0.1 grade; Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C	Termometru mecanic Cod 260600 Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material: fără de mercur; Rezoluție 0.1 grade; Acuratețe 0.1 grade; Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C Descriere: conține amestec de galii și indiu în loc de mercur, netoxic, fără baterii. Intervalul de măsurare: 35-42 grade Celsius . Dimensiunea termometrului: lungime 120 + 8mm, lățimea 12 ± 0.4 mm. Model: CR.W00 (pagina din catalog 16)	Declarația CE, CE certificat, ISO, DM înregistrat în RM
3310000-1	39	Termometru digital Cod 260610	Flexible digital thermometer MC-202	China	Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd	Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată Alarmer/ indicatori Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da Baterie inclusa da	Termometru digital Cod 260610 Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 32-42,9 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată "Alarmer/indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare da Rezistent la patrunderea apei da Codul produsului MC-201 (202) (pagina din catalog 12,14)	Declarația CE, CE certificat, ISO

3310000-1	43	Tensiometru Adult Cod 260700	TENSIOMETRU MECANIC Medline Cu stetoscop, <b>MC-50A</b> <b>DM000213605</b>	China	Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd	Tensiometru Adult Cod 260700 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da Codul produsului <b>MC-50A (pagina din catalog 02, 04)</b>	Declarația CE, CE certificat, ISO, DM înregistrat în RM
		<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS "Farmina" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**