

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1698396896271/ 21111217 conform SIA RSAP M-Tender
Obiectul achiziției: «Consumabile Imagistica - 2024»

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 8. Șorț de radioprotecție pentru gonade	Șorț de radioprotecție pentru gonade Model Lead Gonad Apron – 0.50LE 40x50cm	Turcia	Aktif X-ray	Șorț de radioprotecție pentru gonade echiv.0,50 mm Pb, dimensiuni 40x50cm	Șorț de radioprotecție pentru gonade echiv.0,50 mm Pb, dimensiuni 40x50cm	Ce, Declaration of conformity
Lot 9. Șorț de radioprotecție panoramică	Șorț de radioprotecție panoramică Model Lead Panorama Apron-Front 0.35le-Back 0.35LE	Turcia	Aktif X-ray	Șorț pentru radioprotecție panoramică pacient adult, cu două fețe, echiv.0,35 mm Pb,,mărimea L	Șorț pentru radioprotecție panoramică pacient adult, cu două fețe, echiv.0,35 mm Pb,,mărimea L	Ce, Declaration of conformity
Lot 10. Șorț pentru radioprotecție cu o singură față	Șorț pentru radioprotecție cu o singură față Model Lead Front Apron- Front 0.50LE	Turcia	Aktif X-ray	Șorț pentru radioprotecție cu o singură față, echiv.0,50 mm Pb,mărimea L și XL	Șorț pentru radioprotecție cu o singură față, echiv.0,50 mm Pb,mărimea L și XL	Ce, Declaration of conformity
Lot 11. Gulerașe de radioprotecție	Gulerașe de radioprotecție Model Radiation	Turcia	Aktif X-ray	Echipament de protecție radiologică pentru glanda tiroidă. Echivalent Plumb:	Echipament de protecție radiologică pentru glanda tiroidă. Echivalent	Ce, Declaration

	Protective Standard Thyroid Collar- 0.50LE		<p>0,50 mm.Gulerul pentru protejarea glandei tiroide asigură o protecție a gâtului și a sternului. Inchidere ajustata cu velcro.</p> <p>Designul gulerului se potrivește perfect glandei tiroide, acoperire totală, mărime universală. Material LeadLite.</p>	<p>Plumb: 0,50 mm.Gulerul pentru protejarea glandei tiroide asigură o protecție a gâtului și a sternului. Inchidere ajustata cu velcro.</p> <p>Designul gulerului se potrivește perfect glandei tiroide, acoperire totală, mărime universală. Material LightWeight Lead</p>	<p>of conformity</p>
--	---	--	---	---	--------------------------

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup”SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str. Petru Movilă 23/5,ap (of)3