

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1758021270412						Data: 30.10.2025	Alternativa
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026						Pagina:	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Absorbante igienice, flux abundent	Absorbante igienice, flux abundent (001887)	Absorbante igienice Greenday Ultra Night N6	Turcia	Sevinçler Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş	Absorbante pentru femei, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Absorbante pentru femei, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. TDS(pag.1) Facturare N6.	Aviz sanitar
33100 000-1	49	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (002583)	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 14G (Codul produsului:SC1440)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEME LERI SAN. TIC. A.Ş.	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 14G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală. (Catalog, pag. 4) Facturare N1	DM000510 351
33100 000-1	50	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (002584)	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (Codul produsului:SC1640)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEME LERI SAN. TIC. A.Ş.	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală. (Catalog, pag. 4) Facturare N1	DM000510 348
33100 000-1	51	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G (002588)	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 14G, 200mm (Codul produsului:GPN1420-M)	Turcia	GEOTEK MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI TIC.SAN.LTD.STI	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comod pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 14Gx2,1mm, lungimea 200mm, steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comod pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1.	DM000391 412
33100 000-1	52	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G (002589)	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 16G, 250mm (Codul produsului:GPN1625-M)	Turcia	GEOTEK MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI TIC.SAN.LTD.STI	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comod pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55mm, lungimea 240mm (±20mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comod pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1.	DM000391 419

33100 000-1	53	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G (002590)	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 18G, 250mm (Codul produsului:GPN1825-M)	Turcia	GEOTEK MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLE RI TIC.SAN.LT D.STI	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodă pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20mm, lungimea 240mm (±20mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în comodă pentru fiecare beneficiar, până la finalizarea acelor. Ambalare individuală. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1.	DM000391 426
33100 000-1	64	Ac pentru puncție hepatică 16G, semiautomat	Ac pentru puncție hepatică 16G, semiautomat (002615)	Ac pentru puncție hepatică 16G, semiautomat (Codul produsului:ACT16200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEME LERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 16G. Steril, ambalat individual	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 16G. Steril, ambalat individual (Catalog, pag.7) Facturare N1	DM000510 256
33100 000-1	66	Ac pentru puncție renală percutanată 14G, 10cm	Ac pentru puncție renală percutanată 14G, 10cm (002619)	Ac pentru puncție renală percutanată 14G, 10cm (Codul produsului:CS14100)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEME LERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncția renală percutanată 14G, 10cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	Ac pentru puncția renală percutanată 14G, 10cm. De unică folosință, steril, ambalat individual (Catalog, pag.5) Facturare N1	DM000510 330
33100 000-1	68	Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm	Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm (002621)	Ac pentru puncție renală percutanată 16G, 16cm (Codul produsului:CS16160)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEME LERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncția renală percutanată 16G, 16cm. De unică folosință, steril, ambalat individual	Ac pentru puncția renală percutanată 16G, 16cm. De unică folosință, steril, ambalat individual (Catalog, pag.5) Facturare N1	DM000510 336
33100 000-1	93	Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm	Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm (002701)	Pansament adeziv pentru fixarea cateterului, 7cm x 8.5cm (Codul produsului: MDIT0785)	China	Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.	Pansamentul transparent tip Tegaderm I. V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor și pentru pansarea rănilor acute și cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm (±0,5cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Pansamentul transparent tip Tegaderm I. V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor și pentru pansarea rănilor acute și cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. TDS (pag.1-4) Facturare N50.	DM000846 391
33100 000-1	95	Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă	Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă (002734)	Câmp chirurgical (Codul produsului:105-006)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Câmp chirurgical utilitar, material - neșesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Câmp chirurgical utilitar, material - neșesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Conform TDS pag.1. Facturare N1	DM000810 701

33100 000-1	96	Cearșaf laparoscopic steril	Cearșaf laparoscopic steril (002925)	Cearsaf laparoscopic steril (Codul produsului:108-003)	Turcia	ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNSAAT SAN. VE TİC. LTD. STİ	Câmp chirurgical utilitar, material - neșesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Câmp chirurgical utilitar, material - neșesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Conform TDS pag.1. Facturare N1	DM000397 542
33100 000-1	98	Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil (002935)	Cearsaf steril adeziv 175x175cm x2 N1 (Codul produsului:104-067)	Turcia	ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNSAAT SAN. VE TİC. LTD. STİ	Câmp chirurgical utilitar, material - neșesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Câmp chirurgical utilitar, material - neșesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Conform TDS pag.1. Facturare N1	DM000397 544
33100 000-1	99	Cearșaf TUR	Cearșaf TUR (002936)	Cearsaf TUR (Codul produsului:103-011-S)	Turcia	ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNSAAT SAN. VE TİC. LTD. STİ	Material neșesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 250x200cm (+/-10cm)	Material neșesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 250x200cm (+/-10cm) Conform TDS pag.1. Facturare N1	DM000397 543
33100 000-1	109	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L (002964)	Container galben deseuri intepatoare 1L N1 (Codul produsului: BPTA00004)	Turcia	MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L. TDS (pag 1-2) Facturare N1.	DM000555 022
33100 000-1	111	Containere pentru ace 1 litru	Containere pentru ace 1 litru (002966)	Container galben deseuri intepatoare 1L N1 (Codul produsului: BPTA00004)	Turcia	MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ	Containere pentru ace 1 litru. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Containere pentru ace 1 litru. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. TDS (pag 1-2) Facturare N1.	DM000555 022
33100 000-1	112	Containere pentru ace 2 litri	Containere pentru ace 2 litri (002967)	Container galben deseuri intepatoare 2L N1 (Codul produsului: BPTA00006)	Turcia	MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ	Containere pentru ace 2 litri. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Containere pentru ace 2 litri. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. TDS (pag 1-2) Facturare N1.	DM000555 024

33100 000-1	128	Masca de Oxygen mărirea XL	Masca de Oxigen mărirea XL (003067)	Masca oxigen cu sac si tub adulti (Codul produsului:T20170)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	PVC transparent netoxic, nu conține latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unică folosință, ambalate individual	PVC transparent netoxic, nu conține latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unică folosință, ambalate individual. Conform TDS pag.1. Facturare N1	DM000656 128
33100 000-1	129	Mucus extractor tip Polymed 4004+++4008	Mucus extractor tip Polymed 4004+++4008 (003124)	Extractor de mucus pentru copii FG 8 (Codul produsului: 3003)	India	SURU INTERNATI ONAL PVT.LTD	Mucus extractor tip Polymed 4004+++4008, cu capac rotativ	Mucus extractor tip Polymed 4004+++4008, cu capac rotativ, FG 8 TDS (pag.1). Facturare N1.	DM000848 395
33100 000-1	134	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm (003138)	Hartmann Atrauman Ag Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 10 x 10cm N10 (Codul produsului: 499573)	Germania	PAUL HARTMAN N AG	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. TDS(pag.1-5). Facturare N10.	DM000570 229
33100 000-1	135	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm (003139)	Hartmann Atrauman Ag Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 5 x 5cm N10 (Codul produsului: 499571)	Germania	PAUL HARTMAN N AG	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. TDS(pag.1-5). Facturare N10.	DM000570 230
33100 000-1	136	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacter ian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacteria n) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm (003140)	Hartmann Atrauman Ag Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 10x20 cm N10 (Codul produsului: 499575)	Germania	PAUL HARTMAN N AG	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. TDS(pag.1-5). Facturare N10.	DM000570 232
33100 000-1	139	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm (003146)	Hartmann Sorbalgon Classic Pansament alginat de calciu pt plagi adanci cu secretii abundende 10 x 10cm N10 999013	China	HUIZHOU FORYOU MEDICAL DEVICES CO.,LTD.	Pansament steril cu alginat de calciu. Destinat pentru tratarea rănilor adânci cu mult exsudat, Pansament foarte absorbant, Menține un mediu hidratant, Moale și ajustabil, pansamentul se adaptează pe formă individuala a răni. 10x10cm	Pansament steril cu alginat de calciu. Destinat pentru tratarea rănilor adânci cu mult exsudat, Pansament foarte absorbant, Menține un mediu hidratant, Moale și ajustabil, pansamentul se adaptează pe formă individuala a răni. 10x10cm TDS(pag.1-5) Facturare N10.	DM000381 493

33100 000-1	154	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip (003183)	Hartmann Omnistrip Plasture pt inlocuirea suturilor chirurgicale 12 x 101mm (3x2) benzi N50 5406855	Germania	PAUL HARTMAN N AG	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip. Pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamida nețesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliactic hipoalergenic permeabil la aer și vaporii de apă. Steril. 12mm x 101mm. În cutie minim 10 fâșii (3 stripuri pe fâșie).	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip. Pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamida nețesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliactic hipoalergenic permeabil la aer și vaporii de apă. Steril. 12mm x 101mm. TDS(pag. 1-4) Facturare 50 plicuri a cate 2 fâșii (3 stripuri pe fâșie).	DM000350 445
33100 000-1	166	Recipient din plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 1 litru	Recipient din plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 1 litru (003216)	Container galben deșeurii întepătoare 1L N1 (Codul produsului: BPTA00004)	Turcia	MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Forma - paralelipiped dreptunghic. Capacitate 1L, dimensiuni 8x8x15-17cm. Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeurii tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Forma - trunchi de con inversat. Capacitate 1L, dimensiuni 10,3 x 8,3 x 17,7cm. Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeurii tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	DM000555 022
33100 000-1	167	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 0,75 litri	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 0,75 litri (003218)	Container galben deșeurii întepătoare 1L N1 (Codul produsului: BPTA00004)	Turcia	MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%) ; H: 13-15 cm- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeurii tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner;- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1 litru; H: 17,7 cm- Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeurii tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	DM000555 022
33100 000-1	168	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 1,5 litri	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 1,5 litri (003219)	Container deșeurii întepătoare 1,5L N1 (Codul produsului: BPTA00005)	Turcia	MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%) ; H: 14-16cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeurii tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1,5 litri; H: 14,7cm - Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeurii tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	Aviz sanitar
33100 000-1	169	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 2,5 litri	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 2,5 litri (003220)	Container galben deșeurii întepătoare 3L N1 (Codul produsului: BPTA00007)	Turcia	MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%) ; H:20-25cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeurii tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 3 litri; H:22,2cm - Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeurii tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. TDS (pag1-2) Facturare N1.	Aviz sanitar

33100 000-1	174	Scutec cu bandă adezivă	Scutec cu bandă adezivă (003243)	Camp chirurgical cu adeziv si orificiu (Codul produsului:103- 006-B)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Scutec steril cu bandă adezivă, cu gaura pe mijloc. Mărimea 30/50- 60/80cm	Scutec steril cu bandă adezivă, cu gaura pe mijloc. Mărimea 30/50- 60/80cm Conform TDS pag.1 Facturare N1	DM000810 701
33100 000-1	188	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (003307)	Set chirurgical jetabil angiografie prin abord radial (Codul produsului:230-001)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat. 1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă. 1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dublu stratificat 1buc câmp 75x190cm (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat. 1 buc: Câmp angiografie minim 240x350cm (+/-5cm); întregu, impermeabil 100%; Super absorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp; 4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor Margini laterale transparente, dim. 70cm(+/-5cm); 1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm 2 buc: Halat chirurgical mânecile sudate cu ultrasunet, se va exclude mâneca cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche; 1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent 1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, înaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ; 1 buc: Bol transparent rotund 250 ml 1 buc: Pinceta plastic 1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal– 1 buc; 1 buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare” Pachet accesorii 1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator 1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robinete acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistentă la 600 psi, integrată cu: - sistem pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000mm, - sistem de perfuzie din poliuretan minim 1800-2000mm, cu aerisitor, - tub din poliuretan, minim 1800-2000mm, 1 buc: Bisturiu cu miner din masă plastică Nr. 11 1 buc: Ghid angiografic din Nitinol minim 175cm, J3, 0,035” 30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material nețesut fără scame 1 buc: Ac puncție 18G x 70mm 1 buc: Ac seringă G22, 30mm 2 buc: Ac seringă G21, 40mm SERINGI LUER LOCK 1 buc: Seringă 20 ml 3 componente 1 buc: Seringă 10 ml 3 componente 1 buc: Seringă 5 ml 3 componente 1 buc: Seringă 3 ml 3 componente 1 buc: Tăviță dreptunghiulara 27 x 22 x 5cm (+/-3cm)	1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat. 1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă. 1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dublu stratificat 1buc câmp 75x190cm (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat. 1 buc: Câmp angiografie minim 240x350cm (+/-5cm); întregu, impermeabil 100%; Super absorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp; 4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor Margini laterale transparente, dim. 70cm(+/-5cm); 1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm 2 buc: Halat chirurgical mânecile sudate cu ultrasunet, se va exclude mâneca cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche; 1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent 1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, înaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ; 1 buc: Bol transparent rotund 250 ml 1 buc: Pinceta plastic 1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal– 1 buc; 1 buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare” Pachet accesorii 1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator 1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robinete acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistentă la 600 psi, integrată cu: - sistem pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000mm, - sistem de perfuzie din poliuretan minim 1800-2000mm, cu aerisitor, - tub din poliuretan, minim 1800-2000mm, 1 buc: Bisturiu cu miner din masă plastică Nr. 11 1 buc: Ghid angiografic din Nitinol minim 175cm, J3, 0,035” 30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material nețesut fără scame 1 buc: Ac puncție 18G x 70mm 1 buc: Ac seringă G22, 30mm 2 buc: Ac seringă G21, 40mm SERINGI LUER LOCK 1 buc: Seringă 20 ml 3 componente 1 buc: Seringă 10 ml 3 componente 1 buc: Seringă 5 ml 3 componente 1 buc: Seringă 3 ml 3 componente 1 buc: Tăviță dreptunghiulara 27 x 22 x 5cm (+/-3cm) Conform TDS pag.1 Facturare N1	DM000397 560

33100 000-1	189	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice (003308)	Set chirurgical jetabil intervenții angiografice diagnostice (Codul produsului:230-003)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate de absorbție nu mai puțin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, dimensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : a) strat confort pentru pacient din polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: a) zona absorbantă – minim 75x190cm, din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime.	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate de absorbție nu mai puțin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, dimensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : a) strat confort pentru pacient din polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: a) zona absorbantă – minim 75x190cm, din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime. Conform TDS pag.1 Facturare N1	DM000397 560
----------------	-----	---	---	---	--------	--	--	--	-----------------

33100 000-1	190	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore (003309)	Set chirurgical jetabil intervenții angiografice majore (Codul produsului:230- 001-S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice majore, compus din: 1. 1 buc.: Câmp angiografic - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție- minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcn grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciu deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscricționat cu eticheta "risc biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. Y- conector standard - 1 bucata. 18. 1 buc.: Bisturiu E11. 19. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035", acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 20. 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 21. 2 buc.: Ac seringă 18G. 22. 1 buc.: Ac seringă 21G. 23. 1 buc.: Ac seringă 22G 24. 2buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 25. 2 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 26. 2buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 28. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 29. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice majore, compus din: 1. 1 buc.: Câmp angiografic - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcn grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciu deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscricționat cu eticheta "risc biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. Y- conector standard - 1 bucata. 18. 1 buc.: Bisturiu E11. 19. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035", acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 20. 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 21. 2 buc.: Ac seringă 18G. 22. 1 buc.: Ac seringă 21G. 23. 1 buc.: Ac seringă 22G 24. 2buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 25. 2 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 26. 2buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 28. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 29. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2. Conform TDS pag.1 Facturare N1	DM000397 560
----------------	-----	--	--	---	--------	--	---	---	-----------------

33100 000-1	191	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore (003312)	Set chirurgical jetabil intervenții endovasculare majore (Codul produsului:230-005)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografic - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție- minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcn grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteizant, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperi pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscricționat cu eticheta "risc biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable),0,035", acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 2 buc.: Ac Seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografic - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcn grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteizant, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscricționat cu eticheta "risc biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable),0,035", acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 2 buc.: Ac Seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2. Conform TDS pag.1 Facturare N1	DM000810 715
----------------	-----	--	---	---	--------	--	--	---	-----------------

33100 000-1	192	Set clismă unică folosință	Set clismă unică folosință (003316)	Set clismă unică folosință (Codul produsului: T20179)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Set clismă unică folosință (003316), Componenta a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârful deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârful "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârful prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioară în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	Set clismă unică folosință (003316), Componenta a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârful deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârful "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârful prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioară în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării (Conform TDS, pag.1) Facturare N1.	DM000656 145
33100 000-1	193	Set de aspirație cu mâner Yankauer	Set de aspirație cu mâner Yankauer (003319)	Set de aspiratie cu maner Yankauer steril 300cm 7mm N1 (Codul produsului: 507 03 30 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striatii longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm (±0,5cm), transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril.	Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striatii longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm (±0,5cm), transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril. TDS (pag 1). Facturare N1	DM000639 104
33100 000-1	198	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pilot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pilot dublu” pentru 72 ore, endotraheal (003455)	Sistem de aspirare cu circuit închis adulți, adaptor „cot cu pilot dublu” , 72 h, endotraheal, 14 FR, 60cm (Codul produsului: 237 72 13 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pilot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pilot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control. TDS (pag. 1-2) Facturare N1.	DM000373 835

33100 000-1	199	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie (003456)	Sistem de aspirare cu circuit închis adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” , 72 h, traheostomie, 14 FR, 30cm (Codul produsului: 237 72 23 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional pentru introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control. TDS (pag. 1-2) Facturare N1.	DM000373 835
33100 000-1	200	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR (003457)	Sistem de aspirare cu circuit închis adulți, racord în "T", 24 h, endotraheal, 14FR, 60cm (Codul produsului: 241 24 17 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adulți 24 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 55-60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adulți 24 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 60cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control. TDS (pag. 1-2) Facturare N1.	DM000373 835
33100 000-1	201	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie (003458)	Sistem de aspirare cu circuit închis adulți, racord în "T", 24 h, traheostomie, 14FR, 30cm (Codul produsului: 238 72 23 2)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adulți 72 ore, cameră dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate pentru sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14FR, cu valvă de protecție și control. TDS (pag. 1-2) Facturare N1.	DM000373 835
33100 000-1	220	Stent ureteral mono J 6FR	Stent ureteral mono J 6FR (003548)	Stent ureteral mono J 6FR (Codul produsului: 331 60192)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Stent ureteral. Dimensiune 6FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor standard, pentru fixarea la punge de drenaj. La solicitarea beneficiarului cu un capăt deschis și altul închis sau cu ambele capete deschise.	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 6FR, lungime 90cm, în set cu conductor TDS (pag. 1-3) Facturare N1.	DM000846 355
33100 000-1	221	Stent ureteral mono J 7FR	Stent ureteral mono J 7FR (003549)	Stent ureteral mono J 7FR (Codul produsului: 331 70192)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Stent ureteral. Dimensiune 7FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor standard, pentru fixarea la punge de drenaj. La solicitarea beneficiarului cu un capăt deschis și altul închis sau cu ambele capete deschise.	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 7FR, lungime 90cm, în set cu conductor TDS (pag. 1-3) Facturare N1.	DM000846 356
33100 000-1	222	Stent ureteral mono J 8FR	Stent ureteral mono J 8FR (003550)	Stent ureteral mono J 8FR (Codul produsului: 331 80192)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Stent ureteral. Dimensiune 8FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor standard, pentru fixarea la punge de drenaj. La solicitarea beneficiarului cu un capăt deschis și altul închis sau cu ambele capete deschise.	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 8FR, lungime 90cm, în set cu conductor. TDS (pag. 1-3) Facturare N1.	DM000846 357

33100 000-1	223	Stent ureteral mono J 9FR	Stent ureteral mono J 9FR (003551)	Stent ureteral mono J 9FR (Codul produsului: 331 90192)	China	BONREE MEDICAL CO., LTD.	Stent ureteral. Dimensiune 9FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor standard, pentru fixarea la punga de drenaj. La solicitarea beneficiarului cu un capăt deschis și altul închis sau cu ambele capete deschise.	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 9FR, lungime 90cm, în set cu conductor. TDS (pag. 1-3) Facturare N1.	DM000846 359
33100 000-1	224	Sterilete	Sterilete (003563)	Dispozitiv intrauterin Pregna+ T Cu 380A (Codul produsului: Pregna+ T Cu 380A)	India	PREGNA INTERNATI ONAL LTD.	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2019 (Conform Brosura, pag.1) Facturare N1.	DM000651 006

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23