

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_MD-1624351592417 /21041107 din 22.06.2021							
Denumirea licitației: licitație deschisă/ "Reziduuri și produse metabolice"							
Cod CPV: 33600000-6							
Nr lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LOT 1 Set pentru determinarea cantitativa ridascrining al tetraciclinei	R3505	Germany	R-biopharm	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 0.5µg/l; 1.5µg/l; 3 µg/l; 6 µg/l; 18 µg/l), solutie de spalare Tween; Conjugate; Antibody; Chromogen; Stop solution. Soluția RIDA Tetracycline Spiking R3599. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: Miere 90%-100%, lapte 90%-115%, tesut 95%-105%, oua 70%-80%, limita de detectie: lapte ≤ 0.9 µg/l; miere ≤ 3.7 µg/kg; tesut ≤ 1.5 µg/kg; oua ≤ 2.8 µg/kg Matrice: miere, lapte, tesut (carne, peste, crevete), oua	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite: 0 µg/l; 0.5µg/l; 1.5µg/l; 3 µg/l; 6 µg/l; 18 µg/l, /, solutie de spalare Tween; Conjugate; Antibody; Chromogen; Stop solution. Fiecare kit dispune de Quality Assurance Certificate cu curba de calibrare pentru lotul de reagenți din ambalaj. Recuperare: Miere 97%, lapte 111%, tesut 99%, oua 76%, LOD: milk 09µg/l, milk powder 5µg/kg, cheese 2,3µg/kg, butter 2,6µg/kg, dairy products 1µg/kg, honey 3,7µg/kg, meat 1,5µg/kg, sausage 4,6µg/kg, fish 1,5µg/kg, shrimp 1,2µg/kg, whole egg 2,8µg/kg Matrice: miere, lapte, tesut (carne, peste, crevete), oua RIDA Tetracycline Spiking Soluția R3599 - concentrația 100ppb.	Conform cerințelor
2	LOT 2 Set pentru determinarea cantitativa ridascrining al cloramphenicol	R1511	Germany	R-biopharm	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0 ng/l; 25 ng/l; 50 ng/l; 100 ng/l; 250 ng/l; 750 ng/l), solutie de spalare Tween; Conjugate; Chromogen; Stop solution, Soluția RIDA Chloramphenicol Spiking R1599. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare : Miere 97%-107%, lapte 80%-100%, tesut 90%-100%, oua 80%-90% limita de detectie: lapte ≤ 24 ng/l; miere ≤ 25 ng/kg; tesut ≤ 8 ng/kg; oua ≤ 15 ng/kg Matrice: miere, lapte, tesut (carne, peste, crevete), oua	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0 ng/l; 25 ng/l; 50 ng/l; 100 ng/l; 250 ng/l; 750 ng/l), solutie de spalare Tween; Conjugate; Chromogen; Stop solution, Fiecare kit dispune de Quality Assurance Certificate cu curba de calibrare pentru lotul de reagenți din ambalaj. Recuperare : Miere 106%, lapte 93%, tesut (vită, porc, pasăre) 91%, (pește, creveți) 92-98%, oua 83%. limita de detectie: lapte 12-61ng/l; miere 25 ng/kg; tesut 5ng/kg; oua 15 ng/kg Matrice: miere, lapte, tesut (carne, peste, crevete), oua Soluția RIDA Chloramphenicol Spiking R1599 - 50g/ml.	Conform cerințelor
3	LOT 3 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa streptomycininei cu coloane de purificare	5111STREP	Olanda	R-biopharm/ Euro Proxima	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0.25 ng/ml; 0.5 ng/ml; 1.0 ng/ml; 2.0 ng/ml; 10ng/ml si 20 ng/ml), dilution buffer; rinsing buffer; substrate solution; stop solution Conjugate; Antibody. Standard solution 100 ng/ml, SPE colum Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 75% - 110% limita de detectie: Miere ≤6 ppb, lapte ≤4ppb tesut ≤10ppb, oua ≤2ppb Matrice: miere, lapte, tesut, oua	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0.25 ng/ml; 0.5 ng/ml; 1.0 ng/ml; 2.0 ng/ml; 10ng/ml si 20 ng/ml), dilution buffer; rinsing buffer; substrate solution; stop solution Conjugate; Antibody. Standard solution 100 ng/ml, zero standard solution. SPE colum pentru extracția în fază solidă (SPE) cu coloane R2002/RIDA® C18. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 75% - 110% limita de detectie: Miere proced.I- 6 ppb, miere proced.II - 5ppb, lapte 4ppb tesut 10ppb, oua 2ppb Matrice: miere, lapte, tesut, oua	Conform cerințelor
4	LOT 4 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa streptomycininei cu coloane de purificare	5111STREP	Olanda	R-biopharm/ Euro Proxima	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0.25 ng/ml; 0.5 ng/ml; 1.0 ng/ml; 2.0 ng/ml; 10ng/ml si 20 ng/ml), dilution buffer; rinsing buffer; substrate solution; stop solution Conjugate; Antibody. Standard solution 100 ng/ml, SPE colum Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 75% - 110% limita de detectie: Miere ≤6 ppb, lapte ≤4ppb tesut ≤10ppb, oua ≤2ppb Matrice: miere, lapte, tesut, oua	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0.25 ng/ml; 0.5 ng/ml; 1.0 ng/ml; 2.0 ng/ml; 10ng/ml si 20 ng/ml), dilution buffer; rinsing buffer; substrate solution; stop solution Conjugate; Antibody. Standard solution 100 ng/ml, zero standard solution. SPE colum pentru extracția în fază solidă (SPE) cu coloane R2002/RIDA® C18. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 75% - 110% limita de detectie: Miere proced.1- 6 ppb, miere proced.2 - 5ppb, lapte 4ppb tesut 10ppb, oua 2ppb Matrice: miere, lapte, tesut, oua	Conform cerințelor

Nr lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
5	LOT 5 Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a oxitetraciclinei	RND99049	USA	LLC	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite, Antibody, HRP-Conjugated, 20 X soluție de spălare, stop buffer, sample dilution, TMB substrate. Standard solution 100 ng/ml ,Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbanta) Recuperarea: 75% - 120% limita de detecție: ≤ 2 ppb Matrice: miere, lapte, tesut (carne, peste, crevete), oua	Set pentru 96 teste cu 6 standarde gata pregătite de citit (0/2/4/8/16/64) ng/mL Oxytetracycline Standard Stok (450ppb/powder); Standard diluent 28ml, Oxytetracycline Spiking Solution 200ng/ml, Oxytetracycline Antibody 6ml HRP-Conjugated Antibody 12ml Antibody 2 diluent 20ml, 20X Wash Solution 30ml Stop solution 12ml, 30X Sample Dilution 30ml, TMB Substrate /Cromogen 12ml Limita de detecție: miere 0.8ng/g, lapte 2ng/g,lapte praf 0.8 ng/g tesut (carne, peste, crevete) 1.6ng/g, oua - 0.8ng/g Recuperarea: 75% - 120% Matrice: miere, lapte, tesut (carne, peste, crevete), oua	Conform cerințelor
6	LOT 6 Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a clortetraciclinei	RND99050	USA	LLC	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite Antibody, Conjugated, Wash buffer, stop solution, sample dilution, Standard solution 100 ng/ml, TMB substrate. Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbanta) Recuperarea 75%-120% limita de detecție: ≤ 3ppb Matrice: miere, lapte, tesut (carne, peste, crevete), oua	Set pentru 96teste cu 6standarde gata pregătite de citit (0/0,1/0,2/0,4/0,8/0,16)ng/ml Chlortetracycline Standard Stok 100ng/ml; Chlortetracycline Antibody 6ml/ HRP-Conjugated Antibody 12ml / 20X Wash Solution 30ml Stop Buffer 12ml / TMB Substrate 12ml 30X Standard Diluent 30ml / Recuperarea 75%-120% LOD: tesut 2,0/ miere 0,5ppb, egg 1ppb, milk 0,5ppb Matrice: Tesut (carne, peste, crevete), miere,ouă, lapte	Conform cerințelor
7	LOT 7 Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă al sulfonamidelor	HU50003 /SM390	Italia	Tecna	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ng/ml; 0.5ng/ml; 1.0ng/ml; 10 ng/ml; 50 ng/ml; 250ng/ml), Anti-sulphonamides Antibody, Enzyme conjugate, Enzyme conjugate diluent, washing buffer, developing solution, dilution buffer, stop solution. Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbanta) Recuperare 80%-120% limita de detecție: lapte ≤ 0.25ppb, oua, miere, tesut ≤ 0.5ppb; Matrice: lapte, tesut (carne, peste, crevete), oua, miere	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ng/ml; 0.5ng/ml; 1.0ng/ml; 10 ng/ml; 50 ng/ml; 250ng/ml), Anti-sulphonamides Antibody, Enzyme conjugate, Enzyme conjugate diluent, washing buffer 20X, developing solution, dilution buffer 20X, stop solution, graphic: concentrație – absorbanta Recuperare 80%-120% limita de detecție: lapte -0.25ppb, oua, miere, tesut - 0.5ppb; Matrice: lapte, tesut (carne, peste, crevete), oua, miere	Conform cerințelor
8	LOT 8 Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a Benzil Penicilin	KA03901H	China	Kwinbon Biotech	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 0.1ppb; 0.3ppb; 0.9ppb; 2.7ppb; 8.1ppb), Spiking standard control (1ppm, 1ml), enzyme conjugate, antibody, solution A, solution B, stop solution, concentrated washsolution, concentrated extraction solution. Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbanta) Recuperare lapte 60% - 110%, miere 60% - 80% Limita de detecție: lapte ≤ 2ppb, miere ≤ 0.1ppb; Matrice: lapte, miere	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite 0 ppb, 0.1ppb, 0.3ppb, 0.9ppb, 2.7ppb, 8.1ppb/, Spiking standard control 1ppm, antibody solution, rinsing buffer, substrate solution, stop solution, enzym/conjugate, antibody, 2×Concentrated extraction solution. Graphic: concentrație – absorbanta. Recuperare lapte 85±25%, miere 70±10% Limita de detecție: lapte - 2ppb, miere - 0.1ppb; Matrice: lapte, miere	Conform cerințelor
9	LOT 9 Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a Benzil Penicilin	5091PEN	Germany	R-biopharm/ Euro Proxima	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite, Spiking standard control (1ppm, 1ml), dilution buffer, rinsing buffer, substrate solution, stop solution, conjugate, antibody. Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbanta) Recuperare Tesut ≤ 100% Limita de detecție: Tesut ≤ 5ppb; Matrice: tesut	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard 0,125 ppb, 0.25ppb, 0.5ppb, 1.0ppb, 2.0ppb, 4.0ppb/, Spiking standard control, antibody solution, rinsing buffer, substrate solution, stop solution, enzym/conjugate, antibody, 2×Concentrated extraction solution. Graphic: concentrație – absorbanta. Recuperare Tesut 70-98% Limita de detecție: Tesut (carne, peste, creveți) 5ppb; lapte - 0,08ppb Matrice: tesut, lapte	Conform cerințelor

Nr lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
10	LOT 10 Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a Ampicilinei	KA02301H	China	Kwinbon Biotech	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 0.2ppb; 0.6ppb; 1.8ppb; 5.4ppb; 16.2ppb), Spiking standard control (1ppm, 1ml), enzyme conjugate, antibody, solution A, solution B, stop solution, wash concentrate solution, concentrated extraction solution. Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbantă) Recuperare 70% - 110% Limita de detecție: țesut ≤ 4ppb, lapte ≤ 8ppb, miere ≤ 0.5ppb; Matrice: lapte, țesut (carne), miere	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 0.2ppb; 0.6ppb; 1.8ppb; 5.4ppb; 16.2ppb), Spiking standard control -1ppm, enzyme conjugate, antibody, solution A, solution B, stop solution, wash concentrate solution, 2x concentrated extraction solution. Graphic: concentrație – absorbantă) Recuperare: țesut, miere, lapte 90±20% Limita de detecție: țesut - 4ppb, lapte 8ppb, miere - 0.5ppb; Matrice: lapte, țesut (carne), miere	Conform cerințelor
11	LOT 11 Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a Amoxicilinei	KA10101H	China	Kwinbon Biotech	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 1.5ppb; 4.5ppb; 13.5ppb; 40.5ppb; 121.5ppb), Spiking standard control (1ppm, 1ml), enzyme conjugate, antibody, solution A, solution B, stop solution, concentrated wash solution, concentrated extraction solution. Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbantă) Recuperarea 70% - 110% Limita de detecție: țesut ≤ 15ppb, lapte ≤ 6ppb, oua ≤ 9ppb; Matrice: lapte, țesut (carne), oua	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 1.5ppb; 4.5ppb; 13.5ppb; 40.5ppb; 121.5ppb), Spiking standard control -1ppm, enzyme conjugate, antibody, solution A, solution B, stop solution, 20Xconcentrated wash solution, 2Xconcentrated extraction solution. Graphic: concentrație – absorbantă. Recuperarea Țesut, lapte, ouă 70% - 110% Limita de detecție: țesut - 15ppb, lapte - 6ppb, oua - 9ppb; Matrice: lapte, țesut (carne), oua	Conform cerințelor
12	LOT 12 Set pentru determinarea cantitativă și calitativă a nitrofuranului AHD	5091AHD	Germany	R-biopharm/ Euro Proxima	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0 ppb; 0.03 ppb; 0.1 ppb; 0.3 ppb; 0.9ppb și 2.7ppb), Enzime conjugate, Antibody; Wash buffer concentrate; Assay diluent concentrate; Standard solution (100ppb, 1.0 ml); Derivative reagent; TMB solution; Stop solution Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbantă) Recuperare 70% - 120% limita de detecție: țesut, miere, lapte ≤ 0.06 ppb Matrice: țesut (carne, pește și produse de mare), miere, lapte	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0,0625/0,125/0,25/0,5/1,0/2,0/ppb), conjugat solution, Wash buffer 20Xconcentrate; Sample diluent bufer; Standard solution (100ng/ml); Dilution bufer, Zero standard, substrat solution; Stop solution. Graphic: concentrație – absorbantă. Recuperare 70% - 120% limita de detecție: țesut, ouă, lapte - 0,2 ppb, miere - 0,5ppb Matrice: țesut (carne, pește și produse de mare), miere, lapte, ouă	Conform cerințelor
13	LOT 13 Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a nitrofuranului AHD	KA00407H	China	Kwinbon Biotech	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb; 2.025ppb), Spiking standard solution (100ppb) , conjugate, conjugate dilution solution, solution A, solution B, stop solution, solutie de spalare, solutie de extractie, 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Raport de control al calitatii (graphic: concentrație – absorbantă) Recuperarea 70% - 130% limita de detecție: miere ≤ 0.05ppb Matrice: miere	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb; 2.025ppb), Spiking standard solution (100ppb) , Concentrated enzyme □ Enzyme conjugate dilution solution, 20×concentrated wash solution, solution A, solution B, stop solution, 2Xsolutie de extractie, 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Graphic: concentrație – absorbantă. Recuperarea 70% - 130% limita de detecție: miere - 0.05ppb Matrice: miere	Conform cerințelor
14	LOT 14 Set pentru determinarea cantitativă ridascrining al a nitrofuranului SEM	5091SEM	Germany	R-biopharm/ Euro Proxima	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0 ppb; 0.03 ppb; 0.1 ppb; 0.3 ppb; 0.9ppb și 2.7ppb), Enzime conjugate, Antibody; Wash buffer concentrate; Assay diluent concentrate; Standard solution (100ppb, 1.0 ml); Derivative reagent; TMB solution; Stop solution Raport de control al calitatii (graphic: concentrație – absorbantă) Recuperare 70% - 120% limita de detecție: țesut, miere, lapte ≤ 0.06 ppb Matrice: țesut (carne, pește și produse de mare), miere, lapte	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0,019 /0.056/ 0.167/ 0.5/ 1.5 si 4.5, Conjugate solution, Sample dilution buffer, 20XWash buffer concentrate; Substrate solution; Standard solution 100ng ml, Zero standard; Derivative reagent; Dilution buffer; Stop solution. Graphic: concentrație – absorbantă. Recuperare 70% - 120% limita de detecție: țesut, miere, 0,2 ppb/ lapte, ouă - 0,1ppb Matrice: țesut (carne, pește și produse de mare), miere, lapte, ouă	Conform cerințelor

Nr lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
15	LOT 15 Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a nitrofuranului SEM	KA00303H	China	Kwinbon Biotech	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 0.1ppb; 0.3ppb; 0.9ppb, 2.7ppb; 8.1ppb), Spiking standard solution (100ppb), enzyme conjugate, antibody, substrate solution A, substrate solution B, stop solution, concentrated wash solution, concentrated extraction solution 2-nitrobenzaldehyde 15.1mg Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbanta) Recuperare 70% - 110% limita de detecție: miere ≤ 0.1ppb Matrice: miere	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 0.1ppb; 0.3ppb; 0.9ppb, 2.7ppb; 8.1ppb), Spiking standard solution 100ppb/ml, enzyme conjugate, antibody solution, substrate solution A, substrate solution B, stop solution, 20Xconcentrated wash solution, 2Xconcentrated extraction solution 2-nitrobenzaldehyde 15.1mg Graphic: concentrație – absorbanta Recuperare 70% - 110% limita de detecție: miere - 0.1ppb Matrice: miere	Conform cerințelor
16	LOT 16 Set pentru determinarea cantitativă și calitativă a nitrofuranului AMOZ	5091AMOZ	Germany	R-biopharm/ Euro Proxima	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0.0625ng/ml; 0.125ng/ml; 0.25ng/ml; 0.50ng/ml; 1.0ng/ml; 2.0ng/ml), AMOZ Stock solution 100 ng/ml 1ml, Sample dilution buffer, rinsing buffer, substrate solution, stop solution, conjugate solution, dilution buffer, zero standard. Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbanta) Recuperare 70% - 110% limita de detecție: tesut, miere, oua, lapte, peste ≤ 0.1ppb Matrice: tesut (carne, peste), miere, oua, lapte	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0.0625ng/ml; 0.125ng/ml; 0.25ng/ml; 0.50ng/ml; 1.0ng/ml; 2.0ng/ml), AMOZ Stock solution 100 ng/ml 1ml, Sample dilution buffer, rinsing buffer, substrate solution, stop solution, conjugate solution, dilution buffer, zero standard. Graphic: concentrație – absorbanta. Recuperare 70% - 110% limita de detecție: tesut, miere, oua, lapte, peste - 0.1ppb Matrice: tesut (carne, peste), miere, oua, praf de ou, lapte	Conform cerințelor
17	LOT 17 Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a nitrofuranului AMOZ	KA00202H	China	Kwinbon Biotech	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 0.1ppb; 0.3ppb; 0.9ppb, 2.7ppb; 8.1ppb), Spiking standard solution (100ppb 1ml), enzyme conjugate, antibody solution, solution A, solution B, stop solution, concentrated wash solution, concentrated extraction solution, 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbanta) Recuperare 70% - 110% limita de detecție: miere ≤ 0.2ppb Matrice: miere	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 0.1ppb; 0.3ppb; 0.9ppb, 2.7ppb; 8.1ppb), Spiking standard solution - 100ppb /ml, enzyme conjugate, antibody solution, solution A, solution B, stop solution, concentrated wash solution, concentrated extraction solution, 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Graphic: concentrație – absorbanta. Recuperare 90±20% limita de detecție: miere - 0.2ppb Matrice: miere	Conform cerințelor
18	LOT 18 Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă a nitrofuranului AOZ	KA00106H	China	Kwinbon Biotech	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb; 2.025ppb), Spiking standard solution (100ppb 1 ml), enzyme conjugate, enzyme dilution solution, solution A, solution B, stop solution, concentrated wash solution, concentrated extraction solution, 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbanta) Recuperarea 70% - 130% limita de detecție: miere, tesut ≤ 0.1ppb Matrice: miere, tesut (carne, ficat)	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ppb; 0.025ppb; 0.075ppb; 0.225ppb, 0.675ppb; 2.025ppb), Spiking standard solution 100ppb /1 ml, Concentrated Enzyme conjugate, enzyme dilution solution, solution A, solution B, stop solution, 20Xconcentrated wash solution, 2Xconcentrated extraction solution, 2-nitrobenzaldehyde 15.1 mg. Raport de control al calității /graphic: concentrație – absorbanta. Recuperarea 70% - 130% limita de detecție: miere, tesut 0.0.1ppb Matrice: miere, tesut (carne, ficat)	Conform cerințelor
19	LOT 19 Set pentru determinarea cantitativă ridascrining al nitrofuranului AOZ	R3703	Germany	R-biopharm	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ng/L; 25 ng/L; 50 ng/L; 100 ng/L, 200 ng/L; 400ng/L), 2-nitrobenzaldehyde 100 mg, wash buffer salt Tween, Conjugate, Antibody, Chromogen, Stop solution/ AOZ Stoc solution (100 ng/ml 1 ml), Raport de control al calității (graphic: concentrație – absorbanta) Recuperarea 70% - 100% limita de detecție: peste lapte ≤ 0.050 ppb tesut, oua ≤ 0.1ppb Matrice: tesut (carne, peste), lapte oua	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite (0ng/L; 25 ng/L; 50 ng/L; 100 ng/L, 200 ng/L; 400ng/L), 2-nitrobenzaldehyde 100 mg, wash buffer salt Tween, Conjugate, Antibody, Chromogen, Stop solution AOZ Stoc solution 100 ng/ml 1 ml. Graphic: concentrație – absorbanta. Recuperarea 75% - 100% limita de detecție: peste, creveți, lapte -0.050 ppb tesut, oua - 0.1ppb Matrice: tesut (carne, peste), lapte, oua	Conform cerințelor

Nr lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
20	LOT 20 Set Lacticyte somatic counter test pentru determinarea numărului celulelor somatice	X4-100	USA	Lactoscan	Set contine: Lacticyte test cartridges tip X4-100 buc, fiole cu colorant liofilizat -400 buc, vârfuri pentru pipete-800 buc	LactiCyt Test Kit for 400 tests Set contine: Lacticyte test cartridges tip X4-100 buc, fiole cu colorant liofilizat -400 buc, vârfuri pentru pipete-800 buc	Conform cerințelor
21	LOT 21 Set de 5 Standarde cu numărul celulelor somatice iofilizat (Liofilized long-term cell count standards)	8011	Germany	QSE	Set trebuie sa contina 5 standarde cu numărul cunoscut de celule somatice(Liofilized long-term cell count standards Set SCC1-SCC5)	SCC1 - SCC5 Standard 15 mL lyophilized raw milk with somatic cell count between 100.000 - 1.000.000 cells/mL	Conform cerințelor

Semnat:_____ Numele, prenumele:Sergiu RATA În calitate de: Director General

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova