

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1646810795834 din: 21 mart 2022, 9:00 - 25 mart 2022, 8:00
Obiectul achiziției: Consumabile necesare Secției perfuziologie.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1	33100000-1	Oxygenator pentru copii < 16 kg cu membrană	CXFX05RW + CXML027	Japonia	Terumo	"Oxygenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat în oxygenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 14-16) - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxygenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal operational în rezevorul venos 30 ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	"Oxygenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat în oxygenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 14-16) - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 1,5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al“priming”-ului oxygenatorului (ml) - 43 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - 0,63 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal operational în rezevorul venos 30 ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	CE/ISO
15	33100000-1	Sensor de nivel	195240	Japonia	Terumo	Compatibile pentru aparatul de CEC Terumo - Da	Compatibile pentru aparatul de CEC Terumo - Da	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**