

CAIET DE SARCINI
Bunuri

Obiectul Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022

Autoritatea contractantă Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimată
33100000-1	1	Dializator suprafața 0,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg	Dializator suprafața 0,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg	buc	60	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 0,4 m²</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vaporii, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 28 ml</p> <p>Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>1 ureea ≥ 125</p> <p>2 creatinina ≥ 95</p> <p>3 fosfați ≥ 50</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 20</p>	31 000,00
33100000-1	2	Dializator suprafața 1,0 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	Dializator suprafața 1,0 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	buc	100	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,0 m²</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vaporii, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 70 ml</p> <p>Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>1 ureea ≥ 168</p> <p>2 creatinina > 147</p> <p>3 fosfați ≥ 115</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 60</p>	13 500,00

33100000-1	3	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	buc	1560	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3 – 1,4 m².</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vaporii, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 90 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>No Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 185</p> <p>2 creatinina ≥ 172</p> <p>3 fosfați ≥ 135</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 75</p>	17 200,00
33100000-1	4	Lotul nr.6 Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg	Lotul nr.6 Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg	buc	10080	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m²</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vaporii, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 100 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>No Clearance Unitate măsură, ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 182</p> <p>2 creatinina ≥ 168</p> <p>3 fosfați ≥ 130</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 67</p>	1 140 000,00

33100000-1	5	Lotul nr.7 Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	Lotul nr.7 Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	buc	7870	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7 – 1,8 m².</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 110 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură, ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 186</p> <p>2 creatinina ≥ 173</p> <p>3 fosfați ≥ 154</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 95</p>	890 000,00
33100000-1	6	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	buc	16115	<p>4. Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, artera/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml.</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>	887 000,00

33100000-1	7	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatric (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatric (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 56 ml	buc	100	<p>5. Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatric (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatric 6,4 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale pediatric ≤ 56</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatric 6,4 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale pediatric ≤ 117 ml</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>	5 000,00
------------	---	--	--	-----	-----	--	----------

33100000-1	8	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrie (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrie (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere 117 ml	buc	200	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set pediatrie (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție \geq 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Camera de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Camera de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venosă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm \pm 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrie 6,4 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale pediatrie \leq 117 ml</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale \geq 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase \geq 2700 mm.</p>	10 000,00
------------	---	---	---	-----	-----	--	-----------

33100000-1	9	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun	buc	3680	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, Bbraun)</p> <p>Cerințe generale și specifice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da 2 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da 3 Termen garanție ≥ 2 ani 4 Livrare în set (arteră/venă) Da 5 Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da 6 Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da 7 Pungă de colectare de 2 litri Da 8 Post-diluaire Da 9 Port de injecție fără conținut de latex Da 10 Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 11 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 12 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 13 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 14 Diametrul capcanei venoase (mm) 22 	350 000,00
33100000-1	10	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	buc	14280	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№Cerința Unitate măsură</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm 	72 000,00

33100000-1	11	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	buc	14280	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție \geq 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>3</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm 	72 000,00
33100000-1	12	Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, B Braun)	Lotul nr. 16 (10.3) Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, B Braun)	buc	1620,00	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție \geq 2 ani</p> <p>Formă de prezentare</p> <p>2. Pentru aparatele tip Dialog, B Braun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, B Braun)</p> <p>Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame</p>	410 000,00

33100000-1	13	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, B Braun)	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, B Braun)	buc	3650,00	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție \geq 2 ani</p> <p>Formă de prezentare</p> <p>2. Pentru aparatele tip Dialog, B Braun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, B Braun)</p> <p>Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame</p>	212 000,00
33100000-1	14	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, B Braun (dintr-o singură sursă)*: Sol. Acid Citric, 50%-10 litri, canistre	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, B Braun (dintr-o singură sursă)*: Sol. Acid Citric, 50%-10 litri, canistre	buc	1,00	<p>Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, B Braun, canistre 10 litri *</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție \geq 2 ani</p> <p>Formă de prezentare Soluție concentrată</p> <p>Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparaturajului</p> <p>Cerințe speciale</p> <p>Denumirea, Unitate de măsură Corespunde</p> <p>1. Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*</p>	2 800,00

33100000-1	15	<p>Cateter Dublu Lumen, set vîrșnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;</p>	<p>Cateter Dublu Lumen, set vîrșnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;</p>	buc	340,00	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set vîrșnici) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G $\varnothing 0,9 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,27 \times \geq 600$ mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.</p>	136 000,00
33100000-1	16	<p>Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm;</p>	<p>Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm;</p>	buc	10,00	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 75 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G $\varnothing 0,9 \times 70$ mm Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,27 \times \geq 600$ mm Dilatator 7/8 F Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.</p>	6 000,00

33100000-1	17	<p>Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm;</p>	<p>Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm;</p>	buc	10,00	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 6,5 F</p> <p>Lungimea 100 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 19 G $\varnothing_{0,9} \times 70$ mm</p> <p>Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,27 \times \geq 600$ mm</p> <p>Dilatator 7/8 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.</p>	6 000,00
33100000-1	18	<p>Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;</p>	<p>Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;</p>	buc	10,00	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 6,5 F</p> <p>Lungimea 120 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 19 G $\varnothing_{0,9} \times 70$ mm</p> <p>Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,27 \times \geq 600$ mm</p> <p>Dilatator 7/8 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.</p>	6 000,00

33100000-1	19	Cateter Dublu Lumen, set pediatic, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm;	Cateter Dublu Lumen, set pediatic, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm;	buc	10,00	<p>Cerințe tehnico-medicate pentru catetere diluabile (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatic)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 8 F</p> <p>Lungimea 100 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G $\varnothing 1,0 \times 70$ mm</p> <p>Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,35 \times \geq 600$ mm</p> <p>Dilatator 8/10 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.</p>	6 000,00
33100000-1	20	Cateter Dublu Lumen, set pediatic, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm;	Cateter Dublu Lumen, set pediatic, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm;	buc	5,00	<p>Cerințe tehnico-medicate pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatic)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 5 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 8 F</p> <p>Lungimea 120 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G $\varnothing 1,0 \times 70$ mm</p> <p>Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,35 \times \geq 600$ mm</p> <p>Dilatator 8/10 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.</p>	3 000,00

33100000-1	21	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm;	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm;	buc	5,00	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 5 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 8 F</p> <p>Lungimea 150 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G $\varnothing 1,0 \times 70$ mm</p> <p>Ghid metalic de securitate $\varnothing 0,35 \times \geq 600$ mm</p> <p>Dilatator 8/10 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.</p>	3 000,00
------------	----	--	--	-----	------	--	----------

33100000-1	22	<p>Cateter Dublu Lumen, set vîrșnici, "long life - termen lung", 15,0 F, L - 240-280 mm;</p>	<p>Cateter Dublu Lumen, set vîrșnici, "long life - termen lung", 15,0 F, L - 240-280 mm;</p>	buc	32,00	<p>. Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă pe "termen lung" (set vîrșnici)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretanic</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrșuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilator, teacă de introducere, tunelizador, seringă, bisturiu, injecțion caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 15,0 F</p> <p>Lungimea 240-280 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm)</p> <p>Dilatatoare 12 și 14 F</p> <p>Dilatator de tip „PeelAway” 16 F</p> <p>Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatorului de tip „PeelAway" (obligator) 1</p> <p>Tunelizador 1</p> <p>Seringă 5 ml 1</p> <p>Bisturiu-lamă, 11 cm 1</p> <p>Injecțion caps 2</p> <p>Dispozitiv de fixare a cateterului 1</p> <p>Autocolant de identificare a pacientului 1</p> <p>Material de pansament 2</p>	150 000,00
33100000-1	23	<p>Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)</p>	<p>Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)</p>	buc	3,00	<p>3477084A -Tubing connector 7x1/8"</p>	440 000,00
33100000-1	23	<p>Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)</p>	<p>Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)</p>	buc	3,00	<p>3451916A -Tubing connector 8x1/8"</p>	

33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	3,00	3477103A -Tubing connector 3.5x1/8"	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	3,00	3451727B -Throttle 0.4 bar	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	3,00	3451664B -Throttle 1.3 bar	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	4,00	34516131 -Pressure sensor – 660 mbar	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	8,00	34515330 -Gear pump (Micropump) with magnet, without motor	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	4,00	34565319 -Gear pump V2	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	4,00	3456055B -Motor for piston pump	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	3,00	34560572 -Bell joint for piston pump (Reed sensor)	

33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	5,00	34560602 -Pump body for piston pump	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	5,00	3451615A -Membrane for balance chamber	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	4,00	3451663A -Motor	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	1,00	3451833A -Manometer connection (red), for PA/PBE	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	1,00	3451884A -Manometer connection (blue), for PV	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	3,00	3456005B -SAD version 3 with red detector 3	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	3,00	3451908C -Blood leak detector 3	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	3,00	3451657A -Pressure sensor	

33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	4,00	34514430 -Housing bottom	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	3,00	34561382 -Dialyzer coupling, red	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	3,00	34561390 -Dialyzer coupling, blue	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	1,00	34570888 -Centre disc(3 buc pachet)	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	2,00	34772928 -Centre disc(5 buc pachet)	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	1,00	34771085 -Seal (5 buc pachet)	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	1,00	34771050 -Pressure spring 500 mmHg (10 buc pachet)	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	2,00	34561919 -Gear pump (Micropump V2) with magnet and integrated tubing connect.	

33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	1,00	3456009A -Swivel arm version 2	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	4,00	34570535 -Single tubing holder	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	2,00	3457035A -Quadring 12.37x2.62 incl. Spacer	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	1,00	3451893H -Maintenance kit	
33100000-1	23	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	buc	1,00	3456068B -Maintenance kit/supplement HDF Online	
33100000-1	24	Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania)	Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania)	buc	5,00	EJMG41015- Membrane M4.6-11 for HRO 3000	350 000,00
33100000-1	25	Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,3-1,4 m ² . Coeficient de ultrafiltrare ≥ 35 ml/oră mm Hg.	buc	40	Cerțițe tehnico-medicale pentru Dializator 1,3-1,4 m ² , pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerinte generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vaporii, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (High-Flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 80 ml	111 000,00

						<p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură, ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 200</p> <p>2 creatinina ≥ 200</p> <p>3 fosfați ≥ 170</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 116</p> <p>5 inulina ≥ 88</p> <p>. Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator 1,7 – 1,8 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrana complet sintetică Da</p> <p>Flux înalt (high-flux) Da</p> <p>Coeфициentul de UF ≥ 50 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 100 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură, ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 250</p> <p>2 creatinina ≥ 250</p> <p>3 fosfați ≥ 177</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 135</p> <p>5 inulina ≥ 110</p> <p>Cerințe tehnico-medicale a liniilor de protecție pentru hemodiafiltrare generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da</p> <p>Cerințe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius)</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p>	
33100000-1	25	Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius	Linie de protecție pentru hemodiafiltrare, bucăți	buc	100		
33100000-1	25	Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt 1,8 – 1,9 m-2. coeficient de ultrafiltrare ≥ 50 ml/oră mm Hg.	buc	60		
33100000-1	25	Set pentru hemodiafiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, bucăți	buc	4		

					<p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Efectuarea hemodifiltrării în regim on-line Da</p> <p>Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sânge, arteră/venă, set maturi</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectate/monitorizare tensiune arterială/venosă cu membrană dublă cu marcaji de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>N^o Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm \pm 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale maturi \leq 161 ml.</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale \geq 3500 mm.</p> <p>6 Lungimea totală a magistralei venoase \geq 2700 mm.</p>		
33100000-1	25	Set pentru hemodifiltrare pentru aparatele de dializă Fresenius	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set virsmici	buc	100	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodifiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p>	900 000,00
33100000-1	26	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius)	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius)	buc	682		

					<p>№ Cerința Unitate masura</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p> <p>1 1.1. Componentul granulat uscat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid</p> <p>1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat:</p> <p>Na 140,0 mmol/l</p> <p>K 2,0 mmol/l</p> <p>Ca 1,75 mmol/l</p> <p>Mg 0,5 mmol/l</p> <p>Cl 108,5 mmol/l,</p> <p>HCO-3 32,0 mmol/l,</p> <p>Acetat 6,0 mmol/l.</p>	
					<p>Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializa</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p> <p>2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 %</p> <p>Na 1000 mmol/l</p> <p>Acetat 1000 mmol/l</p>	
33100000-1	27	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius)	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius)	buc	259	326 000,00
33100000-1	28	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri: Diasteril, 6 litri	buc	96	90 000,00

						Denumirea, Unitate de masura 1. Diasteril, 6 litri, canistre	
33100000-1	29	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri	buc	25	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre	22 000,00
33100000-1	30	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Citrosteril, 5 litri	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Citrosteril, 5 litri	buc	8	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre	6 000,00
33100000-1	31	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius	buc	32	Cerințe tehnico-medicale și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a câte 25 kg Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă	8 600,00
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	3	6338611 Filter cart. sterile filter AB2-DEL-7PH4 0,2µm permeate loop	4 200 000,00
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius)	buc.	22	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	

		fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Medical Care, Germania)				
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	26	6308791 Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	26	6308811 Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	26	6308831 Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	26	F40012394 Filter cartridge GX1 3/4 " 1µm Granumix	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	13	M531621 RO-MEMBRANE ESPAI-4040	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	1	F40014377 BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	1	F40012425 PRESSURE MASTER (2,2 BAR) *FWT	

33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	kg	100	6308561 Gravel bag, 1-2 mm (25 kg)	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	kg	100	6316991 BIRM filter material (28 L)	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	litre	56	6340201 Ion exchanger resin (25L bag)	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	sac	6	6311151 PRESSURE GAUGE WIKA 25 BAR R1/4" STAINLESS *AQUAXXX	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	1	F000001520 Mediar P/2D	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	20	6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	metru	200		
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	200	6324761 Insulating material 28 mm AF5H13/28A 2MTR	

	Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Medical Care, Germania)				
33100000- 1	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	10	6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 5 x 3 MMS	
33100000- 1	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	50	6325801 Connector 180° f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT	
33100000- 1	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	11	6316041 Connector straight f. PEX 25x3.5mm s/s inst. FWT	
33100000- 1	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	metru	20	6325111 Clip half pipe 3 m installation FWT	
33100000- 1	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	32	6314721 Pipe Bowing 45° including 2 clamping sleeves	
33100000- 1	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	200	6314711 Pipe Bowing 90° including 2 clamping sleeves	

33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	200	0309401 Sliding sleeve 23 X 3.3 mm I. PEX PIPE	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	2	F00003314 Aqua B plus Option "Ring Unit, 2 Rings"	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	20	F00006166 The hook (mediar)	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	27	F40012447 RUBBER SEAL 56X40MM	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	2	F40012464 Permeate connector 180° single MSC s/s	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	5	F40012463 Permeate connector straight stainless	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	metru	100	F00001213 Cable channel 70x130 with cover white	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	80	F00001214 Cable channel – End Cap for 70x130, white	

		Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Medical Care, Germania)				
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	8	F40012416 Closure nipple DN6 R1/4" - 11mm s/s MSC	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	20	F40012415 O-ring EPDM 4 x 4	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	20	F40012762 O-ring 11 x 2	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	20	M531251 Closure coupling DN6 nozzle 10mm MSC MSP	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	22	63111111 Through nipple DN6 4008S V10/MSC/MSP	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	3	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	4	M426761 Retrofit kit water inlet filter 4008	

33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	10	0458/91 Filter cartridge 4008S/V10	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.		M391581 DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	3	M391591 DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	3	6751421 GEAR PUMP PPS *4008B/H/S	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	20	M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	4	M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	4	6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/H/S	
33100000-1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	13	M388721 RELIEF VALVE *4008B/H/S	

	Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Medical Care, Germania)					
33100000- 1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	4	6525681 RINSE CHAMBER *4008B/H/S	
33100000- 1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	17	M332331 RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S	
33100000- 1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	20	6763031 COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S	
33100000- 1	32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	buc.	1	6720291 Battery 18V *4008B/H/S	10 882 100,00

1. Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 din (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obliga tivitate a
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită	DA

		atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	
3	Specificația de preț	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din <i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> , valabilă 120 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
<u>Cerinte de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin	DA

		aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
10	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
12	Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	prin care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
13	Declarație de la ofertant	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire	DA
14	Declarație de la ofertant	cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei originală - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
15	Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi	prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar, original- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	DA
	Cerințe obligatorii de respectat pentru bunurile ce se achiziționează	<ol style="list-style-type: none"> Consumabilele pentru dializă trebuie să corespundă aparatajului utilizat în secțiile de hemodializă; Materialele de consum trebuie să fie biocompatibile și ambalate steril cu o valabilitate de utilizare cel puțin de 2 ani; Dializatorul trebuie să corespundă cerințelor calitative solicitate de către cumpărător. Pentru asigurarea compatibilității procedurilor de hemodiafiltrare, materialele de consum destinate hemodiafiltrării necesită a fi livrate numai în set: hemodiafiltrul + liniile 	

		<p>(magistralele) pentru sine + acele pentru puncte + lăunile de protecție + filtrul suplimentar pentru filtrarea dializatului;</p> <p>5. Sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sărurile (soluțiile) concentrate pentru hemodializă trebuie să corespundă cerințelor universale pentru astfel de proceduri și să fie livrate în ambalaj corespunzător, fără a avea contact cu aerul sau apa; 2) Pentru aparatul firmei Fresenius se acceptă numai săruri concentrate granulate (toate secțiile dispun de mixere pentru pregătirea soluțiilor concentrate de dializă) sub forma de compoziție chimică: hemodializă – bicarbonat sau posibilitatea utilizării concentratelor de dializă în cartridge (cartușe), fără o reglare prealabilă a aparatului. 3) Termenul de valabilitate a sărurilor granulate trebuie să corespundă cerințelor solicitate; 4) Se acceptă livrarea concentratului de dializă în canistre în formă lichidă (soluție) sau componente lichide și cartușe în secțiile care nu dispun de mixere (pentru aparatele Dialog, B Braun); 6. Dezinfectantele se livrează sub formă de soluții concentrate, în canistre ermetice ambalate și trebuie să fie compatibile cu aparatul de hemodializă instalat în secțiile solicitate. În cazul livrării dezinfectanților noi, este indispensabilă instrucțiunea corespunzătoare de utilizare a lor și măsurile de securitate. 7. Cătețerele dublu-lumen, alte consumabile vor fi livrate în conformitate cu cerințele calitative și specificarea solicitantului (caracteristica, dimensiunile, gradajia internațională, ș.a.). Nu se acceptă cătețere rigide care se frâng. <p><u>NOTĂ:</u> La procurarea aparatului și a materialelor de consum pentru dializă se va lua în considerare atât prețul propus, cât și calitatea produsului, care determină rezultatul și eficacitatea tratamentului acordat. Certificatele de proveniență a materialelor sunt obligatorii.</p>	DA
17	<p>Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p>	<p>Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>	DA
18	Notă	<p>Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
19	Notă	<p>În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv a tuturor accesoriilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p>	DA

2. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-11 Chisinau-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat
Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cunatum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei
sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

3. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.
Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Conducătorul grupului de lucru:



Sergiu BALTA