

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1637761078234 din: 13 dec 2021, 17:52 - 1 ian 2022, 17:02

Obiectul achiziției: Echipamente medicale (necesariului de consumabile medicale (listă suplimentară) pentru anul 2022)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
3314000 0-3	Lot 2 :Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor	CPHN	Polonia	Zarys	Filtu pentru aer: max. 0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm Efect bactericid a filtrului de aer; Posibilitatea de folosire multipla 24 ore; Pastrarea solutiilor sterile, Steril	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 48: Ace de unică folosință pentru seringi 21G 1 ½	IN-08X40	Polonia	Zarys	Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x40mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 49: Ace de unică folosință pentru seringi 22G 1 ½	IN-07X30	Polonia	Zarys	Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea acului 0,7x30mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 59: Aleze 60x90cm	BT-PC6090	Polonia	Zarys	60x90cm O parte impermeabilă, cealaltă parte absorbantă.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 66: Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neșesut	811013	Polonia	Zarys	steril, hipoalergic, material neșesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 72: Canula nazala pentru oxygen	CTND-200	Polonia	Zarys	Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 78: Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	KDKC	Polonia	Zarys	steril, ambalaj individual, male, female.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 87: Cateter i/v periferic 14G	KDBP-20-45	Polonia	Zarys	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 88: Cateter i/v periferic 16G	KDBP-17-45	Polonia	Zarys	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă	Conform broșurii anexate	CE/ISO

					8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.		
3314000 0-3	Lot 89: Cateter i/v periferic 18G	KDBP-13-45	Polonia	Zarys	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 90: Cateter i/v periferic 20G	KDBP-11-32	Polonia	Zarys	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 91: Cateter i/v periferic 22G	KDBP-09-25	Polonia	Zarys	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 92: Cateter i/v periferic 24G	KDBP-07-19	Polonia	Zarys	1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 98: Cateter Pizzer Fr -30	CP-30-40	Polonia	Zarys	Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale.Latex	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 99: Cateter Pizzer Fr -32	CP-32-40	Polonia	Zarys	Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale.Latex	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 111: Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv75 x 90 cm	AT-NFFA-S 4 E	Polonia	Zarys	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 125: Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație)1000-2000ml,	28186	Italia	Gima	Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se inchide ermetic pentru a mentine vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 126: Electrode neutral monoutilizabil copii	2600-C/12	Spania	Telic	pentru copii, suprafața pînă la 200 cm2, cu cablu 3m.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 127: Electrode neutral monoutilizabil maturi	2500-C/12	Spania	Telic	maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 128: Electrode sterilizabil tip lama	E40	Italia	Alsa	pentru coagulare monopolară in adincime. Lunjimea 15cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 129: Electrozi ECG copii	LF-36	Spania	Telic	pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 130: Electrozi ECG (aduți)	SX-50	Spania	Telic	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviti pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex	Conform broșurii anexate	CE/ISO

					4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.		
3314000 0-3	Lot 131: Emplastru ~ 2.5x500cm	STA25005W	Polonia	Zarys	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 132: Emplastru ~ 5x500cm	STA50005W	Polonia	Zarys	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~5x500cm.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 133: Emplastru 1x500cm	STA12505W	Polonia	Zarys	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 134: Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei	803010	Polonia	Zarys	menține ochiul umed , non-latex și hipotalergic.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 135: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	MN 136	Turcia	Morton	adulți, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 136: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali	MN 137-02	Turcia	Morton	pentru neonatali, "nas artificial", volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 137: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice	MN 137-01	Turcia	Morton	pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 141: Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml	GC-15/5	Spania	Telic	1.Volum: 5000ml + 1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000ml câte un flacon) 2.PH - 6.1-7.9 3.Hipoalergic, să nu irite pielea și mucoasele 4.Fără efect asupra sondelor 5.Transparent, incolor, inodor (fără miros) 6.Fără bule și microbule de aer 7.Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 8.Hidrosolubil 9.Vâscozitate înaltă.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 143: Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat	AT-SGSP-XL 1	Polonia	Zarys	1.Din material neșut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m ² ; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m ² ; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m ² ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 144: Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat	AT-SGSP-XXL 1	Polonia	Zarys	1.Din material neșut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m ² ; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m ² ; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m ² ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîineca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);	Conform broșurii anexate	CE/ISO

					7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;		
3314000 0-3	Lot 150: Husă pt tub camera video sterile	AT-SP-S 3	Polonia	Zarys	14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijeii endoscopului cu lipici rezistent la apă.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 164: Mâner Yankauer fin	KO-00204	Polonia	Zarys	"Mânerul Yankauer fin pentru aspirație: canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. O unitate per ambalaj steril.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 174: Mănuși din polietilenă	RF-L	Polonia	Zarys	Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosință, nesterile. Pentru protejarea miinilor de microbi, detergenți, substanțe chimice, destinate pentru activități miniminvasive. Cu margini bine sigilate.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 178: Mască inhalare oxigen cu prelungitor	MTS-L	Polonia	Zarys	dotata cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 179: Masca Nebulizer	MTN-L	Polonia	Zarys	cu camera speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din masca-nebulizator, camera nebulizator si tub de 210 cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 187: Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi	803011	Polonia	Zarys	9,5x6,5 cm Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 188: Pansament steril adeziv Dimesniuni: 10x10 cm (-/+ 1cm)	801013	Polonia	Zarys	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 189: Pansament steril adeziv Dimesniuni: 5x7 cm (-/+ 1cm)	801001	Polonia	Zarys	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 190: Pansamente adezive Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm)	801005	Polonia	Zarys	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 191: Pansamente adezive Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm)	801018	Polonia	Zarys	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 196: Piesă bucală de uz unic diametru 33mm	33895	Italia	Gima	Piesă bucală,de uz unic, diametru 33mm, din carton, lungimea minimală 30 mm compatibilă cu aparatul BTL - 08 Spiro Pro	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 200: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace	PB1500-BF	Polonia	Zarys	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, opac, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip "male-female"	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 201: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	P1500-BF	Polonia	Zarys	1.Steril, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tremen de valabilitate - 5 ani de la livrare. 8.Tip "male-female"	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 203: Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm	PMR-15	Polonia	Zarys	Pediatrice si neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/ū tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO

3314000 0-3	Lot 204: Prelungitor pentru tubul endotraheal l-180mm	PMR-15	Polonia	Zarys	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 214: Robinete 3-direcționale	KT-002	Polonia	Zarys	3-direcționale, rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 234: Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml	005ML-3CZ-LL-BL	Polonia	Zarys	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml, unică folosință, sterilă, f/ac, cu corp transparent, piston cauciuc, garnitură, scara de gradație clară -0,2ml, ambalaj individual și intact, non -toxic, fără pirogen, sterilizarea cu oxid etilen, valabilitatea-3 ani.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 235: Seringă opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	050ML-3CZ-LL-B-BL	Polonia	Zarys	50 ml opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc, pentru infuzia nitraților, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 237: Seringă transparentă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	050ML-3CZ-LL-BL	Polonia	Zarys	50 ml transparent pentru infuzomat cu piston de cauciuc, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 246: Set de aspirație cu mîner Yankauer	ZO-402423114	Polonia	Zarys	"Set aspirație Yankauer : 1. Tub PVC moale, transparent, steril, cu striții longitudinale, rezistent la torsioni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pânle cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pânle standard pentru unirea la mineralul Yankauer din set, lungime 300cm. 2. Mineralul Yankauer, L-26 cm , transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 257: Set electrocauter	MBR600	Spania	Telic	Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, si electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu mineralul, accesoriu detasabil, conector tip monoolar 3 pin cu diametru 4 mm.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 275: Seturi drenaj toracic	639	Franța	Vygon	cu trocar drenaj toracic, valve unidirectionale HEIMLICH uni/bicamerale si truse complete pentru drenaj toracic si peritoneal 10-12 Fr	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 309: Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie	YIPU400WY21	Japonia	Terumo Corporation	Protecție flux liber, compatibile cu pompa de infuzie TERUMO TE-LM 800	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 314: Sondă (cateter) urinară Foley CH 10 (F) două canale	CFNS-2D-10-05-P	Polonia	Zarys	1. Dimensiuni: CH 10 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2. Model: cu 2 (două) canale 3. Material: silicon, transparent, 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac. 7. Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 315: Sondă (cateter) urinară Foley CH 16 (F) trei canale	CFNS-3D-16-30-P	Polonia	Zarys	1. Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2. Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac 7. Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 316: Sondă (cateter) urinară Foley CH 18 (F) trei canale	CFNS-3D-18-30-P	Polonia	Zarys	1. Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2. Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac 7. Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 317: Sondă (cateter) urinară Foley CH 20 (F) trei canale	CFNS-3D-20-30-P	Polonia	Zarys	1. Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2. Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4. Orificii amplasate lateral, 5. Vârf atraumatic, drept, cilindric 6. Steril, radiopac 7. Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8. Ambalare individuală	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 318: Sondă (cateter) urinară Foley CH 22 (F) trei canale	CFNS-3D-22-30-P	Polonia	Zarys	1. Dimensiuni: CH 22 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2. Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4. Orificii amplasate lateral,	Conform broșurii anexate	CE/ISO

					5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală		
3314000 0-3	Lot 319: Sondă (cateter) urinară Foley CH 24 (F) trei canale	CFNS-3D-24-30- P	Polonia	Zarys	1.Dimensiuni: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 340: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5Fr	5604528 + 35BX	Japonia	Olympus	5Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 341: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr	EGSSC6028 + 35BX	Japonia	Olympus	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 342: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr	5606028 + 35BX	Japonia	Olympus	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 343: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr	5607028 + 35BX	Japonia	Olympus	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 344: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr	SSC7028 + 35BX	Japonia	Olympus	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 359: Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0	RIMZP-60	Polonia	Zarys	6,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X- ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 360: Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5	RIMZP-65	Polonia	Zarys	6,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X- ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 361: Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0	RIMZP-70	Polonia	Zarys	7,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X- ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 362: Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5	RIMZP-75	Polonia	Zarys	7,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X- ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 363: Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0	RIMZP-80	Polonia	Zarys	8,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X- ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 364: Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5	RIMZP-85	Polonia	Zarys	8,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X- ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 365: Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0	RIMZP-90	Polonia	Zarys	9,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X- ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 379: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 10.0	RIM-100	Polonia	Zarys	10.0, material polivinilclorid, termoplastice, linie radiopaca, R0-contrastă, termoplastice la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta; Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Conform broșurii anexate	CE/ISO

3314000 0-3	Lot 382: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.5	RIM-45	Polonia	Zarys	4.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Conform broşurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 385: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.0	RIM-70	Polonia	Zarys	7.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Conform broşurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 386: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.5	RIM-75	Polonia	Zarys	7.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Conform broşurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 387: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0	RIM-80	Polonia	Zarys	8.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Conform broşurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 388: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5	RIM-85	Polonia	Zarys	8,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Conform broşurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 389: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 9.0	RIM-90	Polonia	Zarys	9,0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Conform broşurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 390: Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.0	RIB-40	Polonia	Zarys	4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, Ttmoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Conform broşurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 391: Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.5	RIB-45	Polonia	Zarys	4.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, Ttmoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Conform broşurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 400: Tub traheostomic cu manjetă nr.7	RTM-70	Polonia	Zarys	Nr.7; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	Conform broşurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 401: Tub traheostomic cu manjetă nr.8	RTM-80	Polonia	Zarys	Nr.8 ; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	Conform broşurii anexate	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 402: Tub traheostomic cu manjetă nr.8.5	RTM-85	Polonia	Zarys	Nr.8,5; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	Conform broşurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**