



ECHIPAMED

P L U S

Moldova, MD - 2001, Chisinau, str. Valea Trandafirilor 24 "B", of. 2-7

tel. +373 (22) 234 349, 234 225; fax +373 (22) 234 225

e-mail: office@echipamed.com, www.echipamed.com

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: **21.12.2018**

Procedura de achiziție Nr.: **Licitație publică deschisă**

Anunț de participare Nr.: **21002128**

Cod CPV: **33600000-6**

Către: **IMSP Institutul de Cardiologie**

"ECHIPAMED-PLUS" SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările.
- b) "ECHIPAMED-PLUS" SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de atribuite și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii:
Articole parafarmaceutice, consumabile și obiecte de mica valoare pentru anul 2019
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
1 853,00 MDL [o mie opt sute cincizeci și trei lei, 00 bani]
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
2 223,00 MDL [două mii două sute douăzeci și trei lei, 00 bani].
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, "ECHIPAMED-PLUS" SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art.74 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce face parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Iurchevici**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED-PLUS" SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, str. Valea Trandafirilor 24"B", of.80**

Data: **21.12.2018**



ORDIN DE PLATA Nr. 505

DATA EMITERII: 17 decembrie 2018

PLATITI: 18-53

LEI Optsprezece lei 53 bani

PLATITOR (R) ECHIPAMED-PLUS SRL

Cod. IBAN: MD64CM000222454981000920
CODUL FISCAL: 1003600077677

PRESTATORUL PLATILOR BC COMERTBANK S.A. mun. Chisinau

CODUL BANCII
: CMTBMD2X

BENEFICIAR (R) IMSP Institutul de
Cardiologie

Cod. IBAN: MD98ML000000002251902161
CODUL FISCAL: 1003600150613

PRESTATORUL BENEFICIAR BC Moldindconbank S.A. mun. Chisinau

CODUL BANCII
: MOLDM2X

DESTINATIA PLATII: Pentru garantia pentru oferta a
licitatia publica 21002028 din 21.12.18

TIPUL TRANSFERULUI
NORMAL/URGENT : 'N'

L.S.

CODUL TRANZACTIEI: 001
DATA PRIMIRII: 17 decembrie 2018
DATA EXECUTARII: 17 decembrie 2018

SEMNATURILE
EMITENTULUI

MOTIVUL REFUZULUI

SEMNATURA PRESTATORULUI

41 17 DEC. 2018

COMERTBANK S.A.

Cod
1003600



SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

pentru IMSP Institutul de Cardiologie

Numărul procedurii de achiziție: 21002028	Data/ora: 07.12.18/00:00 - 21.12.18/09:00	Alternativa:
Denumirea LP: <u>Articole parafarmaceutice, consumabile și obiecte de mica valoare pentru anul 2019</u>	Lot: 17, 59, 89	Pagina 1 din 1

Nr. Lot	Cod CPV	Descrierea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestate	Clasificație bugetară (IBAN)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	33600000-6	Filtru bactericid p/u VAP	buc.	100	7,70	9,24	770,00	924,00	In termen de 5 zile de la comanda beneficiarului, Ianuarie-Decembrie 2019	MD26TRPCC518430A00003AA
59	33600000-6	Set tuburi gofrate p/u VAP	buc.	10	39,55	47,46	395,50	474,60		
89	33600000-6	Filtru cu filtrare eficienta și returnarea optima la a umeditatii și căldurii(VAP)	buc.	50	13,75	16,50	687,50	825,00		
		TOTAL pe oferta					1 853,00	2 223,60		

Termenul de valabilitate a ofertei este de **60 zile**.



Semnat:

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str. Valea Trandafirilor 24 "B"**

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru IMSP Institutul de Cardiologie

Numărul procedurii de achiziție: 21002028					Data/ora: 07.12.18/00:00 - 21.12.18/09:00		Alternativa:	
Denumirea LP: <u>Articole parafarmaceutice, consumabile și obiecte de mica valoare pentru anul 2019</u>					Lot: 17, 59, 89		Pagina 1 din 1	
Nr	Cod CPV	Denumire a bunului solicitate	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
17	33600000-6	Filtru bactericid p/u VAP	MP01770	Germania	Draeger	getabil	Filtru CareStar 30, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,999%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 30ml, greutate nu mai mult de 23g, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2.	CE, ISO
59		Set tuburi gofrate p/u VAP	2150000	Lituania	Intersurgical	Circuit de respirație compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator, Reversibil, configurabil, pliant, pentru adulți, Diametru 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port Luer, cu capac, la tubul endotraheal, conectiunea adaptorului 22M/15F, conectiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual clinic curat.	Set tuburi gofrate p/u VAP, Circuit de respirație Compact II; P/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil; Configurabil; Pliant; P/u adulți; Diametru 22mm; Lungimea circuitului de până la 1,5m în stare întinsă; Adaptor unghiular biaxial cu un port Luer; Cu capac la tubul endotraheal; Conectiunea adaptorului 22M/15F; Conectiunea furtunurilor 22F; Material: polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Clinic curat.	CE, ISO
89	33600000-6	Filtru cu filtrare eficientă și returnarea optimă a umidității și căldurii (VAP)	MP01805	Germania	Draeger	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,999%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml, Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilena, acril, ceramică. Ambalaj individual, curat clinic, Port Luer p/u proba de CO2	Filtru HME TwinStar 55, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,999%, return H2O cel puțin 36,8 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 55ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2.	CE, ISO

Ofertantul: "Echipamed - Plus" SRI Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

Semnat: Adresa: **str. Valea Trandafirilor 24"B"**

În calitate de: **Director**

