

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR** : **ocds-b3wdp1-MD-1617968619635**

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi. Lămpa chirurgicala pentru sala de operație cu prindere tavan

Centrul de Achizitii publice Centralizate în Sănătate

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articole	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000-1	5	Lămpa chirurgicala pentru sala de operație cu prindere tavan	700 Led	China	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd	Lămpa chirurgicala pentru sala de operație cu prindere tavan Parametru Specificare Gradul de iluminare a unei suprafețe 120,000-160,000 lux Diametrul câmpului de iluminare 22 – 30 cm (opțiuni: circular sau oval) Reglarea câmpului de lucru "Reglarea mărimii câmpului de lucru și iluminarea menținând o temperatură de culoare dată" temperatura de culoare 3800 – 4800 K, variabil Reglabilă Indicele de redare a culorilor 95 Adâncimea iluminării > 80 cm Surse de lumină LED-uri performante prevenirea apariției umbrelor de culoare Durata de viață a LED-urilor ≥ 25,000 ore Operare Sterilă prin senzor Grip Nesteril prin intermediul panoului senzorTouch Apertură ≥ 1,8 – 2,1 Senzor 1/3 tip HD CMOS Focalizarea Automată inclusă Balans de alb Automat /manual Nivel de strălucire Automat /manual Signalul Video SD NTSC (CROP), NTSC (SQUEEZE); PAL Umeditatea de lucru de la 20% până la 80% Protecția împotriva interferențelor electrice și radio în corespundere cu FCC class A	Lămpa chirurgicala pentru sala de operație cu prindere tavan Parametru Specificare Gradul de iluminare a unei suprafețe -160000lux Diametrul câmpului de iluminare 22 – 30 cm Reglarea câmpului de lucru "Reglarea mărimii câmpului de lucru și iluminarea menținând o temperatură de culoare dată" temperatura de culoare 3800±500K 4400±500K 5000±500 K, variabil Reglabilă Indicele de redare a culorilor 95 Adâncimea iluminării - 130 cm Surse de lumină LED-uri performante prevenirea apariției umbrelor de culoare Durata de viață a LED-urilor ≥50,000 ore Operare Sterilă prin senzor Grip Nesteril prin intermediul panoului senzorTouch Apertură de la 1,8 la 3,4 Senzor 1/2 tip HD CMOS (parametru mai înalt) Focalizarea Automată inclusă Balans de alb Automat /manual Nivel de strălucire Automat /manual Signalul Video SD NTSC (CROP), NTSC (SQUEEZE); PAL Umeditatea de lucru de la 20% până la 80% Protecția împotriva interferențelor electrice și radio în corespundere cu FCC class A	CE,ISO, Declarație de conformitate

Semnăt: Numele, Prenumele:

Stela POTINGA În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova