

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1776252089492/21605007					Data: „23” aprilie 2026
Denumirea licitației:		Modul de gaze anestezice					
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
3310 0000- 1	1	Modul de gaze anestezice	Modul de gaze anestezice, AG(O2) 115-030368-00	China	Mindray	<p>Cerințe dispozitiv Modul tip plug&play compatibil cu mașina de anestezie WATO EX-65 PRO</p> <p>Determinarea concentrației gazelor anestezice minim Sevofluran, Izofluran, Halotan</p> <p>Detectarea automată a tipului de gaz anestezic utilizat</p> <p>Determinarea concentrației de bioxid de carbon (CO2)</p> <p>Determinarea concentrației de oxigen (O2)</p> <p>Senzor paramagnetic pentru determinarea concentrației de oxigen (O2)</p> <p>Fluxul de aspirație a gazului de probă ≤200ml/min</p> <p>Posibilitatea de modificare a fluxului de aspirație a gazului de probă</p>	<p>Modul tip plug&play compatibil cu mașina de anestezie WATO EX-65 PRO – Broșura WATO EX-65 PRO/ Precise Monitoring pag. 3</p> <p>Determinarea concentrației gazelor anestezice Sevofluran, Izofluran, Halotan, Desfluran și Enfluran – DataSheet WATO EX-65 PRO/Modules/ Anesthesia Gas (AG) Module pag. 2</p> <p>Detectarea automată a tipului de gaz anestezic utilizat – Broșura WATO EX-65 PRO/ Precise Monitoring pag. 3</p> <p>Determinarea concentrației de bioxid de carbon (CO2) – Broșura WATO EX-65 PRO/ Precise Monitoring pag. 3</p> <p>Determinarea concentrației de oxigen (O2) – opțiune inclusă în ofertă – DataSheet WATO EX-65 PRO/Modules/ Anesthesia Gas (AG) Module pag. 2</p> <p>Senzor paramagnetic pentru determinarea concentrației de oxigen (O2) – DataSheet WATO EX-65 PRO/Modules/ Anesthesia Gas (AG) Module pag. 2</p> <p>Fluxul de aspirație a gazului de probă 150 / 180 / 200 ml/min – DataSheet WATO EX-65 PRO/Modules/ Anesthesia Gas (AG) Module pag. 2</p> <p>Posibilitatea de modificare a fluxului de aspirație a gazului de probă – da - 150 / 180 / 200 ml/min – DataSheet WATO EX-65</p>

						<p>Timp de încălzire maxim de 10 min pentru precizie maximă de determinare a concentrațiilor de gaze</p> <p>Afișarea valorii MAC</p> <p>Servicii incluse Instalarea, configurarea și testare la mașina de anestezie Trainingul de utilizare pentru personalul medical Garanție minim 12 luni</p>	<p>PRO/Modules/ Anesthesia Gas (AG) Module pag. 2 Timp de încălzire maxim de 10 min pentru precizie maximă de determinare a concentrațiilor de gaze – DataSheet WATO EX-65 PRO/Modules/ Anesthesia Gas (AG) Module pag. 2 Afișarea valorii MAC – DataSheet WATO EX-65 PRO/Modules/ Anesthesia Gas (AG) Module pag. 2 Servicii incluse Instalarea, configurarea și testare la mașina de anestezie – da, inclusă în ofertă! Trainingul de utilizare pentru personalul medical – da, inclusă în ofertă! Garanție 12 luni!</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. "Dutchmed-M" S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, of. S108