

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO*EU type-examination certificate***PPE-522-12240-Cert****Direttiva 89/686/CEE - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE***Directive 89/686/EEC - PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENTS*

Tipologia di DPI / Type of PPE:	Protective clothing against diagnostic medical X-radiation in lightweight lead vinyl attenuation material
Modello / Model:	Art. 23990 - 23930 - 23940 - 23912 - 239401 - 239405 - 239300 - 239303 - 239414 P10101 - P10105 - P10107 - P10102 - 239413
Fabbricante / Manufacturer:	RADJ Teknoloji Medikal San.ve Tic. A.Ş. Kocavezir Mah.Karacaoğlu Cad.Kocavezir İş Mer. 5/1007 Seyhan - Adana (Turkey)
Categoria / Category:	III rd
Sistema di controllo della produzione / Production Control System	Quality Production Control System (Art. 11B)
Rapporti di prova / Test reports:	DPI-M387/2 issued 18/04/2018 DPI-M397 issued on 18/04/2018
Fascicolo Tecnico / Technical files	Technical File of EC Type Examination Certification Rev. 1 - 19/04/2018
Norme tecniche / Technical standards	Essential Health and Safety Requirements (IEC 61331-3: 2014)

Dopo aver valutato conforme la documentazione tecnica ed il buon esito delle prove eseguite sui campioni rappresentativi della produzione, si attesta che il DPI sopra indicato, soddisfa i Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza (Allegato II Direttiva 89/686/CEE). Il Fabbricante è autorizzato ad apporre la Marcatura CE (art. 13) sul modello certificato.

In consideration of the suitability of the technical files and the results of the tests carried out to establish the conformity of the model, we hereby certify that the PPE above mentioned complies with the essential health and safety requirements (Annex II Directive 89/686/EEC). The Manufacturer is authorized to affix the CE mark (art. 13) on the model.

Il presente Certificato rimane valido solo se accompagnato dagli attestati di sorveglianza annuali in corso di validità emessi a seguito delle verifiche effettuate dall'ON incaricato secondo la procedura scelta dal Fabbricante e sopra indicata

This Certificate is valid only if supported by annual survey certificates accordance with the procedure chosen by manufacturer (see above)

La nota informativa è stata verificata ed approvata solo per gli aspetti e le informazioni del DPI in esame e nella versione in lingua italiana. Le norme di riferimento sono quelle vigenti alla data del presente Attestato; la validità non è assicurata se vengono emesse norme sostitutive. In tal caso il Fabbricante è tenuto ad interpellare ANCCP C.A. sulla permanenza della validità dell'Attestato. Il presente Attestato deve essere conservato dal Fabbricante per essere esibito alle Autorità di controllo e/o di vigilanza.

The information notice was been examined and approved only in english version and as far as the PPE under test was concerned; the regulations referred to, are those in force on the date stated on this certificate, the validity of which can no longer be guaranteed when substituting legislation is issued. In such cases, the Manufacturer must inquire ANCCP C.A. on the continuance of validity of the certificate. The Certificate shall be held by the Manufacturer at the disposal of the competent authorities

Prima emissione
First issue


19/05/2018

Emissione corrente
Current issue

19/05/2018

Scadenza
Expiration

19/05/2023

Rappresentante Legale
(Fabio Gazzero)

SGQ N° 036A

PRD N° 149B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements