

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1734104476366 din 22.01.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea reagenților (Reagenți pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei și reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT) pentru anii 2025-2027

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 22.01.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea reagenților (Reagenți pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei și reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT) pentru anii 2025-2027 "

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1734104476366 din 22.01.2025

pentru o durată de 160 (una sută șaiszeci) zile, respectiv până la data de 01.07.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 22.01.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1734104476366 din 22.01.2025						
Obiectul achiziției:		Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea reagenților (Reagenți pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei și reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT) pentru anii 2025-2027						
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT.	Reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT.	ACT+, ACT-LR,PT,Citrate PT,APTT,Citrate APTT ELITE INTERNATIONAL analyzer, HEMOCHRON JR. ACT+,HEMOCHRON JR. ACT-LR,HEMOCHRON JR Citrate PT,HEMOCHRON JR APTT,HEMOCHRON JR Citrate APTT	SUA	Accriva Diagnostics, Inc.	<p>Criteriile tehnice față de dispozitivul medical ce urmează a fi oferit în comod 1 bucată: Anul de producere a dispozitivului medical nu mai vechi de anul 2023.</p> <p>Descriere: Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sângelui.</p> <p>Parametrul Specificația Configurația portabil</p> <p>Tip probă sânge integral proaspăt sau citrat Greutatea totală ≤ 0,6 kg</p> <p>Coefficientul de variabilitate ≤10%</p> <p>Temp de măsurare de la 0 până la 1005 sec.</p> <p>Temperatura canalului de testare 37 °C ±1.0 °C</p> <p>Teste ACT+ sau analogic da ACT-LR (low range) sau analogic da PT sau analogic da Citrate PT sau analogic da APTT sau analogic da Citrate APTT sau analogic da Linearitatea testelor ACT</p> <p>Linearitatea ACT+ sigura pentru concentrația heparinei, nu mai puțin 1.0-6.0 mg de heparina/ml, Opțional</p> <p>Linearitatea ACT-LR (low range) sigură pentru concentrația heparinei, până la 2.5 mg de heparina/ml, Opțional</p> <p>Printer/Imprimantă încorporat sau extern Da Calibrarea automată Da Data management:</p> <p>Display da Memorie internă teste da, ≥400 rezultate Memorie internă controale da, ≥400 rezultate Interfață PC cu software compatibila cu Windows Da Cititor bar cod Opțional Baterie Internă reutilizabilă da Autonomie ≥2 ore Durata de viață ≥500 de reincărcări, Opțional Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz."</p> <p>Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului de</p>	<p>Criteriile tehnice față de dispozitivul medical ce urmează a fi oferit în comod 1 bucată: Anul de producere a dispozitivului medical nu mai vechi de anul 2023.</p> <p>Descriere: Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sângelui.</p> <p>Parametrul Specificația Configurația portabil-Da Tip probă sânge integral proaspăt sau citrate-Da, broșura "Hemochron_signature_elite_brochure_0715" pag.2 Greutatea totală 0.53kg, broșura "Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN", pag.15 Coefficientul de variabilitate ≤10%-Da, broșura "Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN", pag.15</p> <p>Temp de măsurare de la 0 până la 1005 sec.- Da, broșura "Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN", pag.15</p> <p>Temperatura canalului de testare 37 °C ±1.0 °C- Da, broșura "Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN", pag.15</p> <p>Teste ACT+ sau analogic da- Da, broșura "Hemochron_signature_elite_brochure_0715" pag.6</p> <p>ACT-LR (low range) sau analogic da-- Da, broșura "Hemochron_signature_elite_brochure_0715" pag.6</p> <p>PT sau analogic da- Da, broșura "Hemochron_signature_elite_brochure_0715" pag.6</p> <p>Citrate PT sau analogic da- Da, broșura "Hemochron_signature_elite_brochure_0715" pag.6</p> <p>APTT sau analogic da- Da, broșura "Hemochron_signature_elite_brochure_0715" pag.6</p> <p>Citrate APTT sau analogic da- Da, broșura "Hemochron_signature_elite_brochure_0715" pag.6</p> <p>Linearitatea testelor ACT</p> <p>Linearitatea ACT+ sigura pentru concentrația heparinei, nu mai puțin 1.0-6.0 mg de heparina/ml, Opțional -- Da, broșura "Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN", pag.5</p> <p>Linearitatea ACT-LR (low range) sigură pentru concentrația heparinei, până la 2.5 mg de heparina/ml, Opțional Da, broșura "Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN", pag.5</p> <p>Printer extern - Da, broșura "Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN", pag.5 Calibrarea automată Da-- Da, broșura "Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN", pag.15 Data management:</p> <p>Display da Memorie internă teste da, ≥400 rezultate- Da 128 MB, broșura "Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN", pag.51</p> <p>Memorie internă controale da, ≥400 rezultate-- Da 128 MB, broșura "Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN", pag.51 Interfață PC cu software compatibila cu Windows Da-- broșura</p>	ISO, CE

					<p>consumabile, compatibile cu dispozitivul medical: Accesorii/consumabile/controlale/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare - asigurate pentru numărul total de testări solicitate – 7600 de investigații solicitate. Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului de la producător, în limba de stat- la livrare. Teste Activated clothing Time Plus ACT + - 1500 Teste „Activated clothing Time low rate” ACT LR - 1200 Teste pentru aprecierea INR, timpul protrombinei PT- 200 Teste pentru aprecierea timpului parțial de tromboplastina APTT- 200</p>	<p>“Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN”, pag.51 Cititor bar cod Opțional- Da--.broșura “Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN Baterie- Da--.broșura “Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN Internă reutilizabilă da Da--.broșura “Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN Autonomie >2 ore- broșura “Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN Durata de viață 500 de reîncărcări, Opțional- broșura “Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz.- Da--.broșura “Hemochron_Signature_Elite_-_User_Manual_EN ”</p> <p>Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului de consumabile, compatibile cu dispozitivul medical: Compania Biosistem MLD SRL va prezenta Accesorii/consumabile/controlale/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare - asigurate pentru numărul total de testări solicitate – 7600 de investigații solicitate. Va prezenta instrucțiunii de utilizare a produsului de la producător, în limba de stat- la livrare. Teste Activated clothing Time Plus ACT + - 1500 Teste „Activated clothing Time low rate” ACT LR - 1200 Teste pentru aprecierea INR, timpul protrombinei PT- 200 Teste pentru aprecierea timpului parțial de tromboplastina APTT- 200</p>
--	--	--	--	--	---	--

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Poata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1734104476366 din 22.01.2025												
Obiectul achiziției: Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea reagenților (Reagenți pentru efectuarea analizelor chimice și microscopice ale urinei și reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT) pentru anii 2025-2027												
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
2	Reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT.	Reagenți pentru ACT+, ACT-LR, PT și APTT.	buc	7600	161.00	193.20	1 223 600.00	1 468 320.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodat instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS, testele consumabilele la cererea beneficiarului în termen de 30 zile;	33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	1 223 600.00	1 468 320.00				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poiata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1734104476366 din 22.01.2025
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

-Va prezenta instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului, gratuită inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru 10 examinări, separat pentru fiecare tip de infecție, pentru dispozitivele/ consumabilele/ reagenții/ calibratorii/ soluțiile

-Va prezenta la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător.

-Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice -

-Va asigura gratuit functionalitate, mentenata, reparația dispozitivului medical pe toată perioada de realizare a numărului de investigații contractate

-Va asigura crearea gratuită a tuturor componentelor pentru buna funcționare dispozitivului oferit (sursa de energie/apă, etc.), în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar.

-Va asigura interconectarea gratuită cu programul de management al datelor de laborator în SIA din cadrul insituției pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcționare și notificării scrise a beneficiarului.

-Este înregistrat în lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) cu numărul MD2024-10-EEE-049

-Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului -

Data completării: 22.01.2025

Cu stimă,

Poiana Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)