

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775739090007 din 21 apr 2026, 11:00 - 12 mai 2026, 15:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026
Suplimentar 3

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumire a modelului bunului/s erviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
39100 000-3	4	Brancarda sanitara de baza	Movee 2.0	Turcia	Meissa	<p>Brancarda sanitara de baza</p> <p>Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Tip hidraulic</p> <p>Secțiuni min. 2</p> <p>Poziționare Tredenburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade</p> <p>"Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 12 grade</p> <p>opțional</p> <p>Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz min. 0 - 70 grade</p> <p>Control manual da, din ambele părți</p> <p>Transparentă la razele x-ray (radiografie, brac C) opțional</p> <p>Nișe pentru casete x-ray opțional</p> <p>Reglabilă pe înălțime diapazon de ≥ 27 cm, dintre poziția de jos și cea de sus</p>	<p>Brancarda sanitara de baza</p> <p>Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Tip hidraulic</p> <p>Secțiuni 3</p> <p>Poziționare Tredenburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 13 grade</p> <p>"Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 13 grade</p> <p>Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz 85 grade</p> <p>Control manual , din ambele părți</p> <p>Transparentă la razele x-ray (radiografie, brac C)</p> <p>Reglabilă pe înălțime 65 - 90 cm</p> <p>Bare laterale, pliabile</p> <p>Roți Diametru 20 cm</p> <p>Frine cu blocare centrala sau min. pe 2 roti</p> <p>Posibilitatea de blocare a direcției roților</p> <p>Material oțel vopsit electrostatic</p> <p>Sarcina maximă 230 kg</p> <p>Dimensiuni 205 x 80 cm</p> <p>Mînere pentru transportarea brancardei</p> <p>Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă</p>	DM000594889

					<p>Bare laterale, pliabile da</p> <p>Roți Diametru ≥ 125 mm</p> <p>Frine cu blocare centrala sau min. pe 2 roți da</p> <p>"Posibilitatea de blocare a direcției roților " da (optional)</p> <p>Material oțel vopsit electrostatic</p> <p>Sarcina maximă ≥ 240 kg</p> <p>Dimensiuni $\geq 200 \times 65$ cm</p> <p>Mînere pentru transportarea brancardei da</p> <p>Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă</p> <p>"Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da</p> <p>Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>"Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete"</p> <p>Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	
39100 000-3	18	Pat multifunction al pentru adulti 5-6 poziții traumatologic	PLUS A8	Turcia	<p>MEDICAL 2000</p> <p>Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții)_traumatologic Cod 140391</p> <p>Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</p> <p>Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții</p> <p>Tip pacient adult</p> <p>Controlul pacientului tip</p> <p>Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</p> <p>Funcționalități poziționare sedentară</p> <p>poziționare</p> <p>Trendelenburg</p> <p>poziționare anti-Trendelenburg</p>	<p>Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții)_traumatologic Cod 140391</p> <p>Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</p> <p>Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții</p> <p>Tip pacient adult</p> <p>Controlul pacientului tip</p> <p>Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</p> <p>Funcționalități poziționare sedentară</p> <p>poziționare</p> <p>Trendelenburg</p> <p>poziționare anti-Trendelenburg</p>	DM000748035

					<p>Poziționare Trendelenburg \geq 16 grade</p> <p>Anti-trendelenburg \geq 16 grade</p> <p>Poziționare CPR electric (auto-CPR)</p> <p>Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu</p> <p>Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic \geq 35 x 43 cm</p> <p>Spătarul reglabil \geq 70 grade</p> <p>Controlul de către asistentă</p> <p>Blocarea control pacient da, inclus</p> <p>Greutatea maximă admisă de încărcare</p> <p>Cadru pentru etichetă pe spetează \geq 250 kg</p> <p>Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, \pm 2 cm</p> <p>Rotile Diametru \geq 15 cm</p> <p>Sistem de blocare central pentru toate roțile</p> <p>blocarea roților în o singură direcție</p> <p>Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)</p> <p>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă</p> <p>Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit</p> <p>grosimea min. 20 cm</p> <p>husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit</p> <p>Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit</p> <p>Bară de suport pentru ridicare pacient bară echipată cu cura flexibilă și mâner în formă de cerc /</p>	<p>Poziționare Trendelenburg \geq 16 grade</p> <p>Anti-trendelenburg \geq 16 grade</p> <p>Poziționare CPR electric (auto-CPR)</p> <p>Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu</p> <p>Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic \geq 35 x 43 cm</p> <p>Spătarul reglabil \geq 70 grade</p> <p>Controlul de către asistentă</p> <p>Blocarea control pacient da, inclus</p> <p>Greutatea maximă admisă de încărcare</p> <p>Cadru pentru etichetă pe spetează 230 kg</p> <p>Înălțime Ajustabilă diapazon 47 - 78 cm</p> <p>Rotile Diametru \geq 15 cm</p> <p>Sistem de blocare central pentru toate roțile</p> <p>blocarea roților în o singură direcție</p> <p>Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)</p> <p>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă</p> <p>Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit</p> <p>grosimea min. 20 cm</p> <p>husă cu fermoar, S-02.</p> <p>Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime inclus, nu are part number</p> <p>Manual de utilizare În limba de stat</p> <p>Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						<p>triunghi rigid de care se prinde pacientul</p> <p>Manual de utilizare În limba de stat</p> <p>Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină</p> <p>instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfectia suprafețelor și a părților componente</p> <p>Manual tehnic sau de service În limba engleză</p> <p>Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte</p> <p>Garanție minim 24 luni</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>la curățarea și dezinfectia suprafețelor și a părților componente</p> <p>Manual tehnic sau de service În limba engleză</p> <p>Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte</p> <p>Garanție minim 24 luni</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	
39100 000-3	19	Pat multifuncțional 6-8 poziții caracteristicim avansate cu inclinare laterală	3T Plus	Turcia	MEDICAL 2000	<p>Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu inclinare laterală</p> <p>Cod 140403</p> <p>Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip multifuncțional cu 6-8 poziții</p> <p>Tip pacient adult</p> <p>Controlul pacientului tip</p> <p>Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</p> <p>Funcționalități poziționare sedentară</p> <p>poziționare</p> <p>Trendelenburg</p> <p>poziționare anti-</p> <p>Trendelenburg</p> <p>poziționare cardiacă</p> <p>Poziționare Trendelenburg \geq 16 grade</p> <p>Anti-trendelenburg \geq 16 grade</p>	<p>Pat multifuncțional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu inclinare laterală</p> <p>Cod 140403</p> <p>Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip multifuncțional cu 6-8 poziții</p> <p>Tip pacient adult</p> <p>Controlul pacientului tip</p> <p>Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</p> <p>Funcționalități poziționare sedentară</p> <p>poziționare</p> <p>Trendelenburg</p> <p>poziționare anti-</p> <p>Trendelenburg</p> <p>poziționare cardiacă</p> <p>Poziționare Trendelenburg \geq 18 grade</p>	DM000748038

					<p>Poziționare CPR electric</p> <p>Spătarul reglabil ≥ 70 grade</p> <p>Cîntar încorporat da</p> <p>Înclinarea laterală (stînga, dreapta) minim $16^\circ / 16^\circ$</p> <p>Stabilitate suprafață orizontală $\leq 1^\circ$ fără a fi acționată</p> <p>înclinarea laterală</p> <p>Controlul de către asistentă</p> <p>Blocarea control pacient obligatoriu</p> <p>Greutatea maximă admisă de încărcare</p> <p>Cu etichetă pe pat ≥ 250 kg</p> <p>Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm</p> <p>Rotile Diametru ≥ 15 cm</p> <p>A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu</p> <p>Sistem de blocare central pentru toate roțile</p> <p>blocarea roților în o singură direcție</p> <p>Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stînga, dreapta)</p> <p>Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm</p> <p>Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator</p> <p>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu</p> <p>Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit "fabricat din spumă poliuritanică" obligatoriu</p> <p>grosimea min. 20 cm</p> <p>husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit</p>	<p>Anti-trendelenburg ≥ 18 grade</p> <p>Poziționare CPR electric</p> <p>(auto-CPR)</p> <p>Spătarul reglabil ≥ 70 grade</p> <p>Cîntar încorporat da</p> <p>Înclinarea laterală (stînga, dreapta) 21/21</p> <p>Stabilitate suprafață orizontală $\leq 1^\circ$ fără a fi acționată</p> <p>înclinarea laterală</p> <p>Controlul de către asistentă</p> <p>Blocarea control pacient obligatoriu</p> <p>Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 230 kg</p> <p>Înălțime Ajustabilă diapazon min. 58.5 – 98.5</p> <p>Rotile Diametru ≥ 15 cm</p> <p>A cincea roată la mijlocul patului</p> <p>Sistem de blocare central blocarea roților în o singură direcție</p> <p>Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stînga, dreapta)</p> <p>Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm</p> <p>Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator</p> <p>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit "fabricat din spumă poliuritanică" obligatoriu</p> <p>grosimea 12 cm</p> <p>husă cu fermoar</p> <p>Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit</p> <p>Manual de utilizare În limba de stat</p> <p>Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfectia suprafețelor și a părților componente</p> <p>Manual tehnic sau de service În limba engleză</p> <p>Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte</p> <p>Garanție minim 24 luni</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Manual de utilizare În limba de stat</p> <p>Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfectia suprafețelor și a părților componente</p> <p>Manual tehnic sau de service În limba engleză</p> <p>Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte</p> <p>Garanție minim 24 luni</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>		
39100 000-3	20	Saltea antiescare grad I cu celule tip fagure	Bubble air mattress + compressor (28564+28565)	Italia	GIMA S.P.A.	<p>Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure</p> <p>Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm</p> <p>Celule tip fagure (formă de bule) minim 130</p> <p>Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da</p> <p>Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da</p> <p>Greutatea maximă suportată minim 110 Kg</p> <p>Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da</p>	<p>Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure</p> <p>Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Saltea Dimensiuni aproximative 200x90 , înălțime 7cm</p> <p>Celule tip fagure (formă de bule) 130</p> <p>Material PVC</p> <p>Celule tip fagure conectate în o singura grupa</p> <p>Greutatea maximă suportată minim 135 Kg</p> <p>Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta</p> <p>Ciclul de umflare / dezumflare 6 minute</p>	DM000148048

						<p>Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute</p> <p>Cârlige pentru fixare de marginea patului da</p> <p>Nivel de zgomot redus da</p> <p>Debitul de aer 4-9 litri/min</p> <p>Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg</p> <p>Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Cârlige pentru fixare de marginea patului</p> <p>Nivel de zgomot redus</p> <p>Debitul de aer 6-7 litri/min</p> <p>Presiunea reglabila la ieșire minim 40-100 mmHg</p> <p>Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	
39100 000-3	21	Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice	Alternating pressure mattress + pump (28575)	Italia	GIMA S.P.A.	<p>Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice</p> <p>Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic</p> <p>Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm</p> <p>Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16</p> <p>Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da</p> <p>Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da</p> <p>Greutatea maximă suportată minim 140 Kg</p> <p>Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta da</p> <p>Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute</p> <p>Cârlige pentru fixare de marginea patului da</p> <p>Nivel de zgomot redus da</p> <p>Debitul de aer 4-9 litri/min</p> <p>Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg</p>	<p>Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice</p> <p>Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic</p> <p>Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 198x86 , înălțime 11cm</p> <p>Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) 17 buc</p> <p>Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție</p> <p>Celule cilindrice conectate în două grupe A și B</p> <p>Greutatea maximă suportată 150 Kg</p> <p>Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternanta</p> <p>Ciclul de umflare / dezumflare 12 minute</p> <p>Cârlige pentru fixare de marginea patului</p> <p>Nivel de zgomot redus</p> <p>Debitul de aer 7-8 litri/min</p> <p>Presiunea reglabila la ieșire 55-120 mmHg</p>	DM000148046

						Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	
39100 000-3	22	Pat manual de îngrijire a pacientului cu 3 manivele	MN-03	Turcia	MEDICAL 2000	Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele Descriere Pat pentru îngrijirea a pacienților in IMSP, cu reglări mecanice Parametru Specificație Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da "Reglarea spătarului, a înălțimei și a picioarelor prin mecanismul menivelei" da Manivele de mână ușor de depozitat da Șine laterale pliabile pe toată lungimea da Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare da Fowler și pozițiile vesculare da Suprafața de așezare metalică perforată da Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere da Reglarea suportului pentru picioare prin clichet da Stâlp IV reglabil pe înălțime da Roți pivotante minim 2 cu frână "Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri" da Saltea inclusă da Lungimea totală "210 - 220 cm " Lățimea totală "90 - 105 cm " Interval de înălțime "48 - 70 cm "	Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele Descriere Pat pentru îngrijirea a pacienților in IMSP, cu reglări mecanice Parametru Specificație Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da Reglarea spătarului, a înălțimei și a picioarelor prin mecanismul menivelei da Manivele de mână ușor de depozitat da Șine laterale pliabile pe toată lungimea da Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare da Fowler și pozițiile vesculare da Suprafața de așezare metalică perforată da Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere da Reglarea suportului pentru picioare prin clichet da Stâlp IV reglabil pe înălțime da Roți pivotante minim 2 cu frână "Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri" da Saltea inclusă da Lungimea totală 216 cm Lățimea totală 109 cm Interval de înălțime 40-73 cm Unghiul spătarului 0 - 70 grade	DM000748031

						Unghiul spătarului minim 0 - 70 grade Unghiul picioarelor minim 0 - 30 grade Diametrul rolei minim 12,5 - 15 cm Spațiu liber sub pat minim 15 cm Sarcină de lucru sigură 250 kg Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Unghiul picioarelor 0 - 30 grade Diametrul rolei minim 12,5 cm Spațiu liber sub pat minim 15 cm Sarcină de lucru sigură 230 kg Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**