

Specificații tehnice (F 4.1)

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1585046546587 / 21021603** din **20.04.2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Implante traumatologico-ortopedice - 2020**

Nr. Lot	Denumirea lotului / pozițiilor	Model articol	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de refer.
Lot 1. Set standard p/u osteosinteză fragmente mici (conține implanturi și instrumentele aferente necesare p/u osteosinteza cu plăci standard și cu compresie de 3,5mm și 4,0mm)							
1	1.1.Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant, diam.3,5mm; Lungime:14-50mm	032...	India	HEMC	* Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; * Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare unitate; * Fiecare lot să fie produs de un singur producător; * Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite; * Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite; * Catalogul producătorului p/u produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice); * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare; * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; * Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	* Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; * Marcajul producătorului indicat pe fiecare unitate; * Lot produs de un singur producător; * Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau Engleză/Rusă - la livrare; * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;	CE, ISO 13485
	1.2.Placă 1/3 tubulară p/u șuruburi cu diam.3,5mm; 6-10 orificii.	368...	India	HEMC			
	1.3.Placă reconstructivă p/u șurub 3,5mm; 6-10 orificii.	362...	India	HEMC			
	1.4.Broșa diametru 1,5mm; Lungime 250mm.	308...	India	HEMC			
	1.5.Broșa diametru 1mm; lungime 250mm.	308...	India	HEMC			

Nr. Lot	Denumirea lotului / pozițiilor	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard de refer.
Lot 2. Set osteosinteză plăci cu stabilitate unghiulară p/u fragmente mici							
2	2.1.Șurub cortical, autotarodant diam.3,5mm; Lungime 14-50mm.	032...	India	HEMC	* Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; * Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; * Fiecare lot să fie produs de un singur producător; * Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite; * Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite; * Catalogul producătorului p/u produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice); * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare; * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; * Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	* Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; * Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; * Lot produs de un singur producător; * Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau Engleză/Rusă - la livrare; * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;	CE, ISO 13485
	2.2.Șurub cortical blocat, autotarodant diam.2,7mm; Lungime 14-50mm.	034...	India	HEMC			
	2.3.Șurub cortical blocat, autotarodant diam.3,5mm; Lungime 14-50mm.	035...	India	HEMC			
	2.4.Șurub spongios blocat, autotarodant diam.3,5mm; Lungime 14-50mm.	063...	India	HEMC			
	2.5.Placă îngustă cu contact limitat cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică p/u șurub de 3,5mm; 8-14 orificii.	107...	India	HEMC			
	2.6.Placă p/u clavicula anatomică cu stabilitate unghiulară p/u șurub 3,5mm; 8-12 orificii, varianta stânga/dreapta.	112.... 1002.... 1005.... 1006....	India	HEMC			
	2.7.Placă direcționată humerus proximal cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică p/u șurub 3,5mm; 9 orificii metafizare și 3-8 orificii diafizare.	1010...	India	HEMC			
	2.8.Placă p/u olecranon cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică p/u șurub 3,5mm; 4-8 orificii diafizare, dreapta/stânga.	102...	India	HEMC			
	2.9.Placă Blocată Tibială Distală Medială cu 8-14 orificii de blocaj în partea diafizară p/u șuruburi de 3,5mm și 7 orificii în partea metafizara p/u șuruburi 2,7mm diametru; Lățimea părții diafizare 11mm, grosimea 3,7mm; Variantele stânga/dreapta.	117...	India	HEMC			
	2.10.Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu 8-14 orificii diafizare, grosimea 3,7mm; P/u șuruburi 3,5 și 4,0mm diametru.	1057...	India	HEMC			
	2.11.Placă Blocată Calcaneu cu lungimi cuprinse între 60-65mm, cu variante anatomice p/u stânga/dreapta, grosime 1,5mm.	156...	India	HEMC			

Nr. Lot	Denumirea lotului / pozițiilor	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand ard de refer.
Lot 3. Set standart p/u osteosinteza fragmente mari (conține implanturi și instrumentele aferente necesare p/u osteosinteza cu plăci standard, plăci blocate cu compresie, șuruburi de 4,5mm și 5,0mm)							
3	3.1.Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam.4,5mm; Lungime 20-60mm.	033...	India	HEMC	* Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; * Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; * Fiecare lot să fie produs de un singur producător; * Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite; * Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite; * Catalogul producătorului p/u produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice); * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare; * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; * Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	* Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; * Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; * Lot produs de un singur producător; * Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau Engleză/Rusă - la livrare; * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;	CE, ISO 13485
	3.2.Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam.6,5mm, filet total; Lungime 30-80mm.	058...	India	HEMC			
	3.3.Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam.6,5mm, filet parțial 32mm; Lungime 40-80mm.	057...	India	HEMC			
	3.4.Șurub maleolar autotarodant diam.4,5mm; L-50-55mm.	079...	India	HEMC			
	3.5.Broșa diametru 2,0mm; Lungime 300mm.	308...	India	HEMC			
	3.6.Broșa diametru 2,0mm; Lungime 300mm cu capetele filetate	309A...	India	HEMC			
	3.7.Broșa diametru 2,0mm; Lungime 400mm.	308...	India	HEMC			
	3.8.Broșa diametru 2,5mm; Lungime 400mm cu capetele filetate.	309A...	India	HEMC			
	3.9.Placă curbă reconstructivă p/u bazin (p/u șurub de 4,5mm, lățime 12mm, grosime 3,5mm cu 16 orificii).	404...	India	HEMC			
	3.10.Șurub cortical blocat, autotarodant diam.5,0mm; Lungime 20-80mm.	036...	India	HEMC			
	3.11.Șurub spongios blocat, autotarodant diam.5,5mm, filet parțial; Lungime 50-80mm.	051...	India	HEMC			
	3.12.Șurub spongios blocat, autotarodant diam.5,5mm, filet total; Lungime 50-80mm.	052...	India	HEMC			
	3.13.Placă cu contact limitat cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică p/u humerus, șurub de 4,5/5,0mm; Lățime 13,5mm, grosime 4,2mm, 8-14 orificii.	131...	India	HEMC			
	3.14.Placă laterală femur proximal cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică 5,0; 10-14 orificii, dreapta/stânga.	153...	India	HEMC			
	3.15.Placă Blocată Femurală Diafizară; Lățime 17,5mm, 12-16 orificii, grosime 6,0mm (să permită folosirea șuruburilor blocate de diam.5,0mm; Orificiile diafizare să permită folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diam.4,5mm; Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor pe os; Placa să fie ascuțită în capătul de inserție p/u a putea fi introdusă miniinvaziv; Să fie cu contact limitat).	132...	India	HEMC			

3.16.Placă direcționată laterală femur distal cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică de 5,0/5,5mm; 8-14 orificii, dreapta/stânga (Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diam.5,0mm; Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5mm; Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os; Placa să fie ascuțită în capătul de inserție p/u a putea fi introdusă miniinvaziv; Placa să fie cu contact limitat; Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); Plăcile să fie livrate cu set de instrumentar LISS (în custodie); Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; Cadrul extern de inserție a placii cu varianta anatomică stânga/dreapta).	134...	India...	HEMC	* Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; * Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; * Fiecare lot să fie produs de un singur producător; * Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite; * Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite; * Catalogul producătorului p/u produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice); * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare; * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; * Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	* Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; * Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; * Lot produs de un singur producător; * Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau Engleză/Rusă - la livrare; * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;	CE, ISO 13485
3.17.Placă laterală tibie proximală cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică de 5,0/5,5mm; 5-14 orificii, dreapta/stânga (Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diam.5,0mm; Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5mm; Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os; Placa să fie ascuțită în capătul de inserție p/u a putea fi introdusă miniinvaziv; În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire p/u burghiu și cu burghie).	144...	India	HEMC			
3.18.Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu 5-10 orificii meta-diafizare; Variante anatomice p/u stânga/dreapta, grosime 3,0mm (Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diam.5,0mm; Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5mm; Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os; Placa să fie ascuțită în capătul de inserție p/u a putea fi introdusă miniinvaziv; În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire p/u burghiu și cu burghie).	123...	India	HEMC			

Lot 4. Fixatoare p/u fracturile de col femural

4	4.1.Șurub spongios, cap hexagonal, canulat, autotarodant, diam.7,3mm; Lungime 70-120mm; Filet 32mm.	074...	India	HEMC	* Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; * Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; * Fiecare lot să fie produs de un singur producător; * Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite; * Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite; * Catalogul producătorului p/u produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice);* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau Engleză/Rusă - la livrare;* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;* Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorului	* Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; * Marcajul producătorului indicat pe fiecare șurub; * Lot produs de un singur producător; * Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau Engleză/Rusă - la livrare;* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;	CE, ISO 13485
	4.2.Șurub spongios, cap hexagonal, canulat, autotarodant, diam.7,3mm; Lungime 70-120mm; Filet 16mm.	073...	India	HEMC			

Lot 5. Fixatoare externe

5	5.1.Schanz Screws, self-drilling 100mm, diam.3,0mm.	098...	India	HEMC	* Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; * Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare unitate; * Fiecare lot să fie produs de un singur producător; * Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite;* Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite; * Catalogul producătorului p/u produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice); * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare; * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; * Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	* Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; * Marcajul producătorului indicat pe fiecare unitate; * Lot produs de un singur producător; * Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau Engleză/Rusă - la livrare;* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;	CE, ISO 13485
	5.2.Schanz Screws, self-drilling 100mm, diam.4,0mm.	098...	India	HEMC			
	5.3.Schanz Screws, self-drilling 100mm, diam.5,0mm.	098...	India	HEMC			
	5.4.Bară externă diam.8mm, lungime 100-300mm.	559....	India	HEMC			
	5.5.Bară externă diam.11mm, lungime 100-400mm.	558....	India	HEMC			
	5.6.Lăcată cu autofixare laterală prin clic, bara diam.8mm, fișa 3,0mm.	560.034S	India	HEMC			
	5.7.Lăcată cu autofixare laterală prin clic, bara diam.8mm, fișa 4,0mm.	560.034S	India	HEMC			
	5.8.Lăcată cu autofixare laterală prin clic, bara diam.11mm, fișa 5,0mm.	561.024	India	HEMC			
	5.9.Lăcată cu autofixare laterală prin clic, bara diam.8mm.	560.034S	India	HEMC			

Lot 6. Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS

6	6.1.Piesă (placă) DHS unghi de 135, cu 3-6 orificii.	261...	India	HEMC	* Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; * Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; * Fiecare lot să fie produs de un singur producător; * Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite;* Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite; * Catalogul producătorului p/u produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice); * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare; * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; * Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	* Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; * Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă; * Lot produs de un singur producător; * Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau Engleză/Rusă - la livrare; * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;	CE, ISO 13485
	6.2.Piesă (placă) DCS unghi de 95, cu 8-14 orificii.	263...	India	HEMC			
	6.3.Șurub de compresiune inclus și șurub de compactare cu lungimi cuprinse între 70-120mm.	267... 268...	India	HEMC			
	6.4.Set de instrumentar în custodie (p/u fixatorul DHS și cel DCS să fie livrat în seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă; Fixatoarele și instrumentariul să fie de la același producător și cu marcaj; Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate); În caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component al setului să fie reamplasat).	IS-04-03	India	HEMC			

Lot 7. Fixatoare p/u fracturile mâinii

7	7.1.Șuruburi Herbert canulate 3,0mm; Lungime 14-20mm.	Fara cod	India	Shagun Cares	* Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;* Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă;* Fiecare lot să fie produs de un singur producător;* Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului;* Certificat CE și/sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite;* Certificat ISO 13485 p/u produsele oferite;* Catalogul producătorului p/u produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice);* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat Engleză/Rusă- la livrare;* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;* Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	* Implanturile traumatologo ortopedice confecționate din inox; * Lot produs de un singur producător;* Schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului; * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau Engleză/Rusă - la livrare;* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final p/u produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;	CE, ISO 13485
	7.2.Set de instrumente p/u șuruburi Herbert gratis în folosință	Fara cod	India	Shagun Cares			

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.