

		Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul licitației: 21009452						din 08.07.2019		Alternativa nr.
Denumirea licitației: Consumabile pentru dispozitive medicale (repetat II) Conform necesitatilor IMSP IM și C (Institutul Mamei și Copilului)						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lotul 2						
		Spo2 cablu prelungitor	U715-3CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Conform F4.1	Spo2 cablu prelungitor L = 2,4m, 7pin-6j reguire senzor LNOP	CE
		Total lot 2						
33100000-1		Lotul 3						
		Disposable Electrode	1900000457	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform F4.1	Electrod pentru copii, nesteril, realizat din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu presă, oval, diametru 35 mm. Electrodul este testat în conformitate cu ISO-10993, biocompatibil. Potențialul alergen: lipsit de latexBlocul gelului: gel umedMaterial: Carrier: spumă PE cu adeziv acrilic medical (40 g / m²); Senzor de nituire: ABS, acoperire Ag / AgCl; Burete: PET; Press-stud: oțel inoxidabil; Gel: gel umed solid; Acoperire: PET siliconat	CE
		Total lot 3						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23