



ACHIZIȚII PUBLICE

35

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
ÎNREGISTRAT
Nr. 18/00613/001 din 18.05.18
ACHIZIȚII DISPOZITIVE MEDICALE

CONTRACT nr. 2704/18DM de achiziționare a dispozitivelor medicale

„27” aprilie 2018

mun. Chișinău
(localitatea)

Vînzător	Beneficiar	Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
<u>IM Dutchmed-M SRL</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Director Prodan Sveatoslav</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statutului</u> , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <u>Vînzător, 1009600033367 din 05.10.2009</u> , (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	<u>IMSP Institutul de Cardiologie</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Moscalu Vitalie</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>regulamentului</u> , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <u>Beneficiar, 1003600150613</u> , (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	reprezentat prin director, <u>Ivan ANTOCI</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Regulamentului de organizare și funcționare</u> , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit în continuare <u>Centru, IDNO 1016601000212</u> , (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)

denumite în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Achiziționarea centralizată de achiziționarea de dispozitive medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2017 repetat __,
(denumirea bunurilor)

denumite în continuare *Bunuri*, conform LP 18/00613,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din „18” aprilie 2018.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Specificația Nr.1 (Lista bunurilor) – anexa nr.1;
- Garanția de bună execuție în mărime de 5% din suma totală a contractului cu TVA – anexa nr.2;
- Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere – anexa nr. 3;
- Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.4.

SPECIFICAȚIE Nr.2*(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)*

Codul generic a produsului	Specificațiile tehnice a dispozitivelor medicale	Cantitatea	Termenul de garanție; Mentenanța.
33100000-1	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă APLICAȚII CLINICE General, cardiac PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear (vascular) L12-3E în diapazonul 3 – 13,5 MHz Convex (abdominal) C5-2E în diapazonul 1,3-6 MHz Phased/Vector (cardiac), SP5-1E (Single crystal) tip monocristal în diapazonul 1-5 MHz Multifrequency da gama de frecvență sistem 1-18 MHz NIVELE DE GRI -256 GAMA DINAMICĂ -260dB PREPROCESARE, Canale digitale -131072 POSTPROCESARE M-mod da IMAGINE MODURI M-mod și 2-D da Free Xros MTM (Anatomical M-mode) Color M-Mode da iBeam™ (Spatial Compounding Imaging) PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging) ExFOV (Extended Field of View) iScape™ View (Realtime Panoramic Imaging) DOPPLER Moduri CW, PW, CDI, TDI, PDI Afișare viteză - da Angio da Duplex - da Triplex in timp real da HPRF – da, PW PRF: 0.7kHz to 24 kHz, CW PRF: 0.3kHz to 100 kHz FUNCȚIONALITĂȚI Diapazon dinamic selectabil - da Focalizare de transmisie ajustabilă - da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video - da imagine în timp real - da funcția de autodopler cardiac. - da tehnologii avansate de procesare a semnalului Doppler ex. Pure Wave, Blood Speckle Imaging (opțional) iClear™ (Speckle Suppression Imaging) Deformarea și rata deformări miocardului (Strain și Strain Rate) - da PAN/ZOOM imagine înghețată – da Capacitate da STOCARE IMAGINI Cine - 500GB da PERIFERICE Imprimantă integrată alb/negru da DICOM 3.0 opțional MONITOR FIZIOLOGIC ECG da	2	24 luni

	Soft-ul de instalare inclus -da Memory stick - da PACHETE DE ANALIZĂ Vascular -da Stress echo - da Altele - Obstetrics, Pediatrics, Gynecology, Abdomen, Urology, Small Parts, Nerve, Emergency Cardiac da Panou de comanda Touch Screen opțional MONITOR 19" DIVIZARE MONITOR da Cerințe de certificare: *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din momentul livrării și/sau instalării/dării în exploatare a bunului, dacă dispozitivul necesită a fi instalat. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat		
--	--	--	--

Vinzătorul:

L.Ș.



Beneficiarul:

L.Ș.



Centrul:

