

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1629286866654 / 21043431 din 01.10.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: LD "Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 12, pentru anul 2021"							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 5						
33100 00 0-1	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	SMB-VD-75	Turcia	Sterilmed	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa nr.1	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa nr. 1	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: *Trocin Caterina*

În calitate de: *Administrator*

Ofertantul: „*Health Medical Solutions*” S.R.L.

Adresa: *mun. Chișinău, str. Grenoble 128*

Data: *30.09.2021*

Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	SMB-VD-75, Sterilmed, Turcia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire da Alarmer acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă Ușa rămâne blocată până la scaderea sfârșitului procesului de sterilizare da Suprafața exterioară să nu se încălzească Imprimantă termică da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 105 - 134 grade C Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare da "Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare " da Înregistrator date da Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	DA, Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația DA, Încărcare orizontală Construcția interioară din oțel inox AISI 316L DA, Exterior oțel inox. DA, Securitate la supraîncălzire DA, Alarmer acustică, vizuală DA, Durata sterilizării reglabilă DA, Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe DA, Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit DA, Control electronic Microprocesor DA, Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă DA, Ușa rămâne blocată până la scaderea sfârșitului procesului de sterilizare DA, Suprafața exterioară să nu se încălzească DA, Imprimantă termică DA, Monitorizarea procesului pe ecran LCD DA, Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare DA, presiune (prin manometru sau digital) DA, vacuum (prin manometru sau digital) DA, Ciclu de sterilizare DA, Ciclu de presiune pozitivă DA, Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil DA, Sistem de uscare DA, Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă DA, Volum interior 100 l DA, Rafturi 2 buc DA, Precizie timp de sterilizare ± 1 min. DA, Gama de temperatură: 105 - 141 grade C DA, Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ DA, Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare DA, "Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare " DA, Înregistrator date DA, Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune DA, Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz