

Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul licitației: 21019544						din 17.02.2020
Denumirea licitației: Sistem de oxigen portabil (conform specificației) Conform necesitatilor Institutul Neurologie și Neurochirurgie						Lot: conform listei solicitate
Valuta, lei MDL						
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specificatie tehnică propus de ofertant
1		2	3	4	5	6
		Bunuri				
		Lotul 1				
31000000-6		5 litre capacity cylinder with Futura valve + PRESSURE REGULATOR WITH CLICK ADJUSTMENT FLOW AND SWIVEL HOSE ADAPTOR + STERILIZABLE HUMIDIFIER FOR OXYGEN THERAPY + HARD CARRYING CASE FOR CYLINDERS	BO.100.15035DIN6 + RO.300.12240DIN6 + CO.400.12059 + CO.100.18041	ITALIA	SAN-O-SUB ITALIA SRL	BO.100.15035DIN6 Oxygen medical de gaze Presiune de încercare 200/300 bar Body Acciaio 35 CrMo4 (UNI 7845) Cilindru de 5 litri cu supapa Futura RO.300.12240DIN6 Oxygen medical de gaze Presiune de lucru 230 bar Presiune de ieșire 3,5 bar Flux continuu 0-15 litri / min intervale 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 Precizie + -10% o + - 0,5 lt.min. Domeniu de temperatură -20 ° C + 50 ° C Corp CW617N-UNI EN 12165 CO.400.12059 Interval de temperatură 2 ° C - 50 ° C (+ - 10%) Body Sterilizable Macron Attacco Brass Placat cu crom Femei de intrare 9/16 UNF Piesă de evacuare 6 mm. Reglabil Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. Capacitate 250 cc CO.100.18041 Carcasă dură pentru cilindri de 5 litri Tub pentru conectarea la butelia de O2 - 2 buc Masca faciala - 2 buc Canula nazala - 2 buc
		Total lot 1				
		TOTAL				

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23

Alternativa nr.
Pagina 1din 1
Standarde de referință
8
CE