

Specificatii tehnice

IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1676032287966 , din 27.02.2023						nr.21073436	
Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți de tip închis, consumabile conform necesităților laboratorului						Pagina 1 din 1	
Cod CPV	Denumirea pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fibrinogen Clauss A	Fibrinogen Clauss A, nr. Catalog C720	Italia	BEN SRL	Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie < 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Fibrinogen Clauss A , Test la fibrinogenă (fl- 3 ml) cu calibrator. Cerințe generale: • Nr.inregistrarii la AMDM - DM000380930	ISO, CE.
	Bufer Imidazol	Bufer Imidazol	Italia	BEN SRL	Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie < 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie < 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE.
	Coagulation Control Level II	Coagulation Control Level I, nr. Catalog C706	Italia	BEN SRL	Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie < 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Coagulation Control Level I. Cerințe generale: • Nr.inregistrarii la AMDM - DM000380927	ISO, CE.
	Coagulation Control Level II	Coagulation Control Level II, nr. Catalog C707	Italia	BEN SRL	Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie < 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Coagulation Control Level II. Cerințe generale: • Nr.inregistrarii la AMDM - DM000380928	ISO, CE.
	Cuve cu bare metalice, p/u coagulometru CA-02		China		Cuve cu bare metalice, specific p/u coagulometru CA-02 set 1000 buc.	Cuve cu bare metalice, specific p/u coagulometru CA-02 set 1000 buc. Cerințe generale: •	ISO, CE.
33696500-0	Lot VII. Investigații imunologice						
7.1.	HBs Ag	HBsAg ELISA, nr.catalog WB-1296	China	WANTAI Biological Pharmacy Enterprise CO,LTD	Teste, Metoda ELISA+cerințe generale CE Marca	HBsAg , (96 teste - set) metoda de determinare ELISA, gata de lucru.cerințe generale, CE Marca. Cerințe generale: • Nr.inregistrarii la AMDM - DM000372789	ISO, CE.
33696500-0	Lot IX. Veselă și articole de ustensilă						
9.1.	Expres teste diagnostic pentru analize de rutină a urinei 11 parametri	U-11 Test rapid, nr.catalog U031-11	China	ALLTEST	(Glucoză, cetone, nitric, pH, proteine, greutate specific (osmolaritatea), bilirubină, urobilinogen Hb sîngelui, Leucocite, Eritrocite) set de 100 teste	U-11-Expres test p/u urina -11 parametre (Glucoză, cetone, nitric, pH, proteine, greutate specific (osmolaritatea), bilirubină, urobilinogen Hb sîngelui, Leucocite, Eritrocite) set de 100 teste . Cerințe generale: • Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377352	ISO, CE

Semnat: _____ Nume: Varman Irina în calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, Dokucaev 6, of.61