

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21571839, ocds-b3wdp1-MD-1771938558793						Data: 24.03.2026	Alternativa nr.	
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 6)						Lot:	pag. 1 din 1	
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsăt orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
31	33100000-1	LOT NR.31- Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)	Centrifugă de laborator (24 tuburi) CM-6MT + rotor 6M.05 Registrul de Stat DM000222048	Lituania	ELMI	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Centrifugă de laborator (8-12 tuburi) CM-6MT + rotor 6M.05 . Destinată pentru a centrifuga sângele. Viteza de rotație a rotorului, rpm: de la 100 la 3500 - Broșura Setarea timpului și vitezei de rotație - Broșura Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml - Broșura (Rotor 6M.05) Numărul de tuburi 8-12 tuburi - Broșura (Rotor 6M.05), Manual de utilizare pag. 3 Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min - Manual de utilizare pag. 1 Incrementarea ≤1 min - Manual de utilizare pag. 1 Blocarea capacului în timpul lucrului - Broșura Indicatori vizual și acustic - Manual de utilizare pag. 2 Debalansare - Manual de utilizare pag. 3 Pornire/oprire - Manual de utilizare pag. 2 Capac deschis - Broșura, Manual de utilizare pag. 2 Display Digital - Broșura, Manual de utilizare pag. 2 Nivelul de zgomot ≤55 dB (Broșura) Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare - Broșura, Manual de utilizare (desen)	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 24.03.2026

Valabilitatea ofertei - 160 zile.