

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1736950947907](#) din 15 ianuarie 2025

Obiectul achiziției: Servicii de metenanță și reparație a dispozitivelor medicale pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	An fabricație	Țara de origine	Număr unități	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Periodicitate
1	2	3	4	4	5
Lot III. Secția Fizeoterapie					
Dispozitiv electroforeză	2017	Rusia	3	Verificarea funcționalității, subarea electrozilor de plumb	O dată în lună, la solicitare
Lotul IV. Secția chirurgie. Unitatea de anestezie Saturn Evo					
Unitate de anestezie Saturn Evo	1998		1	Verificarea parametrilor de performanță, calibrarea dispozitivului, dezasamblarea și curățarea de praf	O dată în lună, la solicitare
Lotul V. Secția chirurgie. Unitatea de anestezie Genesis					
Unitate de anestezie Genesis	2022	Spania	1	Verificarea parametrilor de performanță, calibrarea dispozitivului, dezasamblarea și curățarea de praf	O dată în lună, la solicitare
Lotul VI. Secția chirurgie. Sterilizator cu aer uscat GP80					
Sterilizator cu aer uscat	2015	Rusia	2	Verificarea parametrilor de	O dată în lună, la solicitare

GP80				performanță, dezasamblarea și curățarea de praf	
Lotul VII. Secția reanimare. Ventilator pulmonar Shangrila					
Ventilator pulmonar Shangrila	2011	China	2	Verificarea parametrilor de performanță, calibrarea dispozitivului, dezasamblarea și curățarea de praf	O dată în lună, la solicitare
Lotul VIII. Secția reanimare. Ventilator pulmonar Nestovent					
Ventilator pulmonar Nestovent	2015	Spania	1	Verificarea parametrilor de performanță, calibrarea dispozitivului, dezasamblarea și curățarea de praf	O dată în lună, la solicitare
Lotul IX. Secția reanimare. Monitor pacient Mec 2000					
Monitor pacient Mec 2000		China	2009	Verificarea parametrilor de performanță, calibrarea dispozitivului, dezasamblarea și curățarea de praf	O dată în lună, la solicitare
Lotul X. Secția reanimare. Seringă cu pompă JZB1800					
Seringă cu pompă JZB1800		China	2020	Verificarea parametrilor de performanță, calibrarea dispozitivului, dezasamblarea și curățarea de praf	O dată în lună, la solicitare
Lotul XI. Secția consultativă					
Autoclav GK 100	2013	Rusia	1	Verificarea parametrilor de performanță, dezasamblarea și curățarea de praf	O dată în lună, la solicitare

Lotul XII. Secția autoclavare					
Autoclav GK 100	2021	Rusia	1	Verificarea parametrilor de performanță, dezasamblarea și curățarea de praf	O dată în lună, la solicitare

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de:Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmițanu 19/3 ap. 101