

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758865375674 din 26 septembrie 2025

Obiectul de achiziției: Reagenti si consumabile suplimentar pentru 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Reagenti pentru analizatorul VIDAS						
Trusa pentru determinarea cantitativa	30429. VIDAS® CA 15-3®(153)	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul automat VIDAS	VIDAS® CA 15-3 este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a nivelurilor CA 15-3 din serul sau plasma umană (heparinat de litiu sau EDTA) folosind tehnica ELFA (Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Intervalul de măsurare al kitului VIDAS CA 15-3 se extinde de la 2 la 400 U/ml. Trusa de reactivi conține tot necesarul inclusiv calibrator, control si diluent. 1 trusă=1kit=30teste	CE, ISO
CA 15-3 (30 teste)						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: director

Ofertantul: SRL Mediclim AM Adresa: Mun. Chisinau, str Vasile Alecsandri 141 et 1