

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	COP nr. 21179239 / ocds-b3wdp1-MD-1709105206296 din 28.02.2024					
Obiectul achiziției:	Consumabile pentru dispozitivele medicale de sterilizare endoscoape (repetat)					
Denumirea Bunurilor/ Serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatprul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Set consumabile pentru mașina de spălat endoscoape, compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2						
Furtune Set pentru coșul de sterilizare	9991344	Italia	Steelco Spa	compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	DA compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	CE/EEC
O-ringuri tip roșii pentru conectarea la coșul de încărcare D 9,19 – 2,62	PN: 660017	Italia	Steelco Spa	compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	DA compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	CE/EEC
O-ringuri tip roșii pentru conectarea la coșul de încărcare D 25,17-2,62	PN: 660013	Italia	Steelco Spa	compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	DA compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	CE/EEC
Filtru Aer 0,2 microni 2 buc în set	PN: 660010	Italia	Steelco Spa	compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	DA compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	CE/EEC
Kit de mentenanță complet pentru Mașina de Sterilizare Complecția: - Garnitură pentru ușă; - Garnitură impermeabilă sub ușă; - Filtre de apă si de canale interne; - Filtru aer H14; - Baterie pentru PLC controler; - Baterie pentru HMI controler; - O- Ringuri pentru canale de inserție în mașina a coșului culoare roșie.	PM70040666/ PM70020666	Italia	Steelco Spa	compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	DA compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	CE/EEC

Filtru bacteriologice 0,45 micrometri	660033	Italia	Steelco Spa	compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	DA compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	CE/EEC
Filtru bacteriologice 0,10 micrometri	660032	Italia	Steelco Spa	compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	DA compatibile cu Mașina de sterilizare automată pentru endoscoape / Steelco EW2/2	CE/EEC
Lot 2. Consumabile pentru mașinile de păstrare și uscare a endoscoapelor, compatibile cu dispozitivul medical Steelco ED200						
Filtru KA1PERP1 EMFLON PER 0,2 Micrometri	ED100085	Italia	Steelco Spa	compatibile cu dispozitivul medical Steelco ED200	DA compatibile cu dispozitivul medical Steelco ED200	CE/EEC
Filtru HEPA Aer dim. 190x200x149mm	700262	Italia	Steelco Spa	compatibile cu dispozitivul medical Steelco ED200	DA compatibile cu dispozitivul medical Steelco ED200	CE/EEC
Garnitură pentru ușa	ED100080	Italia	Steelco Spa	compatibile cu dispozitivul medical Steelco ED200	DA compatibile cu dispozitivul medical Steelco ED200	CE/EEC
Compresor garnitură	ED250040	Italia	Steelco Spa	compatibile cu dispozitivul medical Steelco ED200	DA compatibile cu dispozitivul medical Steelco ED200	CE/EEC
Aer pre-filtrare	ED100064	Italia	Steelco Spa	compatibile cu dispozitivul medical Steelco ED200	DA compatibile cu dispozitivul medical Steelco ED200	CE/EEC

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2