

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1693399523978 din 02.10.2023
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform IMSP beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 29)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 4 Monitor Doppler fetal	Monitor Doppler fetal Model SD 3 PRO	China	EDAN INSTRUMENTS INC .	Display LED Frecvența ultrasunetului 3 MHz ±10% Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 10 săptămâni Presiunea negativă de vârf: mai mică de 0,1 MPa Rata de ritm cardiac fetal: 50-240 batai / min Putere de ieșire audio: min. 0,7 W Temperatura de funcționare: 5-40 °C Masa nu mai mare de 500 gr Alimentarea, baterii reîncărcabile sau acumulator Bloc de alimentare acumulator sau încărcător baterii	Display OLED Frecvența ultrasunetului 3 MHz Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 9 săptămâni pag 2 Data sheet Presiunea negativă de vârf: mai mică de 0,1 MPa – DA pag 2 Data sheet Rata de ritm cardiac fetal: 50-240BPM pag 2 Data sheet Putere de ieșire audio: 2W pag 2 Data sheet Temperatura de funcționare: +5°C ...+40 °C pag 3 Data sheet Masa 350 gr cu acumulator pag 2 Data sheet Alimentarea, baterii reîncărcabile sau acumulator – DA pag 2 Data sheet Bloc de alimentare acumulator sau încărcător baterii – DA pag 2 Data sheet AMDM DM000241372 Rg04-000286	ISO, Data sheet.
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „AELO Grup” SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str. Petru Movilă 23/5, ap (of)3