



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 0(22) 222 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. 202-1955 din "16" 07 2021

IMUNOTEHNOMED SRL

office@imunotehnomed.md

petru.balca@imunotehnomed.md

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocbs-b3wdp1-MD-1621928913766 din 26.06.2021 privind "Achiziția dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 5)", Vă comunică că conform **deciziei din 15.07.2021** oferta Dvs. nu a fost acceptată:

Lotul nr.2 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (cod 290150)

Nu pot fi identificate și evaluate următoarele cerințe:

1. Display medical HD (să se indice modelul).
2. Sistem de aspirație (să se indice modelul).
3. Tester automat (să se indice modelul).

Conform cerințelor caietului de sarcina pentru fiecare poziție de mai sus a fost solicitat se se indice modelele oferite. Acestea nu au fost indicate în oferta F 4.1 unde s-a specificat despre Anexa nr.2 care nu s-a atașat și nici nu sunt prezente careva broșuri, manuale sau alte material confirmative pentru oferta depusa din care se se poată deduce modelul oferit.

Lotul nr.5 Microscop Oftalmologic

1. S-a solicitat Factor Magnificare = 0.4 x – 2.4 x s-a oferit 4.4 - 26.6x
2. S-a solicitat Interval de focalizare, nu mai puțin, mm. 70 s-a oferit +17 to -33mm (50 mm)..
3. S-a solicitat Distanța de lucru a obiectivului frontal, nu mai mică, mm 200 s-a oferit 175 mm.
4. S-a solicitat Focusare lină, electromotoare, în limitele, mm Nu mai puțin de 70 s-a oferit +17 to -33mm (50mm).
5. S-a solicitat Cuplare XY, gama mișcare, mm Nu mai puțin de 61x61 s-a oferit 60x60 mm.
6. S-a solicitat Diagonala ecranului tactil, inch, nu mai puțin 23.6 s-a oferit 21.5 inch.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director
Centru pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate

Ivan ANTOCI